



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 049/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 033, ofertado NÃO atende o descritivo do termo de referência e Edital.

- Tempo de selagem: sem especificação - edital: possibilidade de ajuste manual do tempo de selagem de 2 a 10 segundos a.
- Soldagem: sem especificação - Edital: sistema de radiofrequência balanceado, evitando interferência com outros equipamentos eletrônicos.
- Soldagem: sem especificação - Edital: Soldagem de fácil destaque garantida por exclusivo sistema de "picote" central com total segurança para o técnico e produto (Área soldada com cerca de 3 mm pontilhada em seu centro facilitando a separação do tubo)
- Soldagem: sem especificação - Edital: Permite soldas em tubos de PVC de grau médico de vários diâmetros (até 6,5mm)
- Tamanho da seladora: sem especificação - Edital: unidade seladora móvel descrita de pequena dimensão, permitindo grande mobilidade, garantida por cabo com no mínimo 1,9 metros de comprimento,
- Botão liga/desliga: sem referência - Edital: Botão liga-desliga com “led” indicador, evitando consumo desnecessário de energia quando não estiver em uso;
- Cabeças para conexão: sem referência - Edital: Pode ser conectado a unidade principal 2 cabeças de selagem de bancada ou 1 bancada e 1 alicate de selagem ergonômica;



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Componentes inclusos: sem especificação - Edital: unidade principal de força, gerador de radiofrequência e uma unidade de controle monitorada por microprocessador, 01 cabeça de selagem de bancada com* cabo coaxial de 1,9 m e alicata de selagem ergonômica com cabo coaxial em espiral de no mínimo 1,7 m. alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Diante o exposto, entendemos que a empresa CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MED, NÃO está HABILITADA, por NÃO atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.


Dilce Catarina Gomes de Matos
Gerente-GRD/HEMOCENTRO
Matr.. 113031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS
Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 050/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 033.1, ofertado NÃO atende o descritivo do termo de referência e Edital.

- Tempo de selagem: sem especificação - edital: possibilidade de ajuste manual do tempo de selagem de 2 a 10 segundos a.
- Soldagem: sem especificação - Edital: sistema de radiofrequência balanceado, evitando interferência com outros equipamentos eletrônicos.
- Soldagem: sem especificação - Edital: Soldagem de fácil destaque garantida por exclusivo sistema de "picote" central com total segurança para o técnico e produto (Área soldada com cerca de 3 mm pontilhada em seu centro facilitando a separação do tubo)
- Soldagem: sem especificação - Edital: Permite soldas em tubos de PVC de grau médico de vários diâmetros (até 6,5mm)
- Tamanho da seladora: sem especificação - Edital: unidade seladora móvel descrita de pequena dimensão, permitindo grande mobilidade, garantida por cabo com no mínimo 1,9 metros de comprimento,
- Botão liga/desliga: sem referência - Edital: Botão liga-desliga com “led” indicador, evitando consumo desnecessário de energia quando não estiver em uso;
- Cabeças para conexão: sem referência - Edital: Pode ser conectado a unidade principal 2 cabeças de selagem de bancada ou 1 bancada e 1 alicate de selagem ergonômica;



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Componentes inclusos: sem especificação - Edital: unidade principal de força, gerador de radiofrequência e uma unidade de controle monitorada por microprocessador, 01 cabeça de selagem de bancada com cabo coaxial de 1,9 m e alicate de selagem ergonômica com cabo coaxial em espiral de no mínimo 1,7 m. alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Diante o exposto, entendemos que a empresa CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MED, NÃO está HABILITADA, por NÃO atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.

Dilce Catarina Gomes de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
Matr. 113031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS

Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.

MTHEMO.CODA.CI.006

DATA DA CRIAÇÃO: 01/2023

VERSÃO: 00

REVISÃO: 2023

CI Nº 137/2023 MTHEMO.GAT

De: GERÊNCIA AMBULATORIAL E TRANSFUSIONAL

Para: RECURSOS HUMANOS

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448 - Modalidade de Pregão Eletrônico nº 088/2023

Prezada,

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório **PROCESSO SES-PRO-2022/46448**, “**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL)**”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa **ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA**, está **HABILITADA** por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Assinatura e carimbo	Data
 Mirna Vilfrida da Silva Medrado Gerente de Ambulatório e Transfusão MT-Hemocentro	Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

Mirna V. da Silva Medrado
Gerente de Ambulatório e Transfusão
Matrícula nº 257594
MT-Hemocentro



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 148/DG/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Pregão Eletrônico nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que os itens 24 e 24,1 ofertados atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa TECNOGOV COMERCIAL LTDA, está **HABILITADA** por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.


GIAN CARLA ZANELA
Diretora Geral
MT – Hemocentro.

Gian Carla Zanela
Matrícula: 289190
Diretora Geral
MT - HEMOCENTRO



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 146/DG/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Pregão Eletrônico nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que os itens 28 e 28,1 ofertados atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa BHP PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.


GIAN CARLA ZANELA
Diretora Geral
MT – Hemocentro.

Gian Carla Zanela
Matrícula: 289190
Diretora Geral
MT - HEMOCENTRO



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 145/DG/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade Pregão Eletrônico nº 0 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 12 ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.


GIAN CARLA ZANELA
Diretora Geral
MT – Hemocentro.

Gian Carla Zanela
Matrícula: 289190
Diretora Geral
MT - HEMOCENTRO



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 190/GDL/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Pregão Eletrônico nº 0 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de Parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Os itens 05 e 06, referente aos modelos ofertados está dentro do exigido.

Considerando que o item ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Erika Ferreira de Siqueira

Gerência de Diagnostico Laboratorial
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 191/GDL/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Pregão Eletrônico nº 0 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Os itens 02, 12.1, 13, 16, 19, 23 e 27, referente aos modelos ofertados está dentro do exigido.

Considerando que o item ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO está **HABILITADA** por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Erika Ferreira de Siqueira

Gerência de Diagnostico Laboratorial
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 192/GDL/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Pregão Eletrônico nº 0 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

O item 12 referente ao modelo ofertado está dentro do exigido.

Considerando que o item ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa VALLEN DIAGNÓSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Erika Ferreira de Siqueira

Gerência de Diagnostico Laboratorial
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 193/GDL/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Pregão Eletrônico nº 0 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de Parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Os itens 14, 14.1, 15 e 15.1 referente aos modelos ofertados está dentro do exigido.

Considerando que o item ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Erika Ferreira de Siqueira

Gerência de Diagnostico Laboratorial
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 194/GDL/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Pregão Eletrônico nº 0 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de Parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

O item 26 referente ao modelo ofertados está dentro do exigido.

Considerando que o item ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa SD MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Erika Ferreira de Siqueira

Gerência de Diagnostico Laboratorial
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 195/GDL/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Pregão Eletrônico nº 0 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Os itens 37 e 52 referentes aos modelos ofertados está dentro do exigido.

Considerando que o item ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa HD - Miyahara Comércio e Serviços Ltda, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Erika Ferreira de Siqueira

Gerência de Diagnostico Laboratorial
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 147/DG/MT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Pregão Eletrônico nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448, “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Os itens 57 e 57,1 os modelos ofertados NÃO atendem ao descritivo do Termo de Referência e edital, pelos :

- Peso: 850 gramas - o edital descreve até 300 g.
- Tecnologia: iluminação através de LEDS - o edital descreve iluminação infravermelha.
- Capacidade (profundidade) de detecção de veias: até 5 mm - o edital exige até 10 mm.
- Modos de leitura: somente um modo de leitura (claro) - edital descreve modos de leitura claro e escuro.
- Não apresenta suporte que seja acoplado a macas e cadeiras de coleta.

Diante o exposto, entendemos que a empresa HD - MIYAHARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NÃO está HABILITADA por NÃO atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.


GIAN CARLA ZANELA
Diretora Geral
MT – Hemocentro.

Gian Carla Zanela
Matrícula: 289190
Diretora Geral
MT - HEMOCENTRO



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 043/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que os itens 001 e 001.1 ofertados atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.


Dilce Catarina G. de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
Matr.: 113031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS
Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 044/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 003 ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa HD - MIYAHARA COMERCIO E SERVIÇOS Ltda, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.

Dilce Catarina G. de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
Matr.. 113031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS
Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 045/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 004 ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa KCRS COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.

Dilce Catarina G. de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
Matr. 113031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS
Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 046/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 009 ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI, está **HABILITADA** por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.


Dilce Catarina G. de Matos
Gerente (GPED/HEMOCENTRO)
DILCE CATARINA GOMES DE MATOS

Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 047/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que os itens 010, 022, 030, 031 ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.


Dilce Catarina G. de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
Matr.. 113031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS
Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 048/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 010.1 ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABOR, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.

Dilce Catarina G. de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
MT-HEMOCENTRO

Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 051/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 036, ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa SD MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.


Dilce Catarina G. de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
Matr.: 113031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS
Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 052/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que os itens 038, 038.1 ofertado atende o descritivo do termo de referência e Edital.

Diante o exposto, entendemos que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO, está HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.


Dilce Catarina G. de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
Matr. 113031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS
Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº 053/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação nº 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 040, ofertado NÃO atende o descritivo do termo de referência e Edital.

- corpo do alicate de ordenha: plástico - Edital: composto especial de aço inoxidável

Diante o exposto, entendemos que a empresa CARLA DE OLIVEIRA CORREIA, NÃO está HABILITADA, por NÃO atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.


Dilce Catarina G. de Matos
Gerente GPED/HEMOCENTRO

Matr: 113031
DILCE CATARINA GOMES DE MATOS

Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.