



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PE 008/2022 - Preprocesso 112107/2021

3 mensagens

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>


7 de fevereiro de 2022 16:27

Para: Diretoria LACEN <dirlacen@ses.mt.gov.br>

Repassando o e-mail da empresa **Comercial – Life Metrologia**,
para vossa apreciação e manifestação.

Poderia nos tirar outra dúvida?

Na página 47 item 4.1.18, está informando que será preciso Teste de Segurança Elétrica em equipamentos laboratoriais. Este procedimento não seria para equipamentos hospitalares?



Fico no aguardo de um possível retorno.


Grata pela atenção

Atenciosamente,

Ingrid Amanda

Comercial – Life Metrologia

(85)3491.4579



Rua Érico Mota, 719, Amadeu Furtado - Cep.: 60.455-495 -Fortaleza-CE - Brasil .

www.lifemetro.com.br

--

Atenciosamente.

Nelson Augusto da Silva
Pregoeiro

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410 Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05
Centro Político Administrativo
78049-902, Cuiabá-MT

2 anexos



image001.jpg
4K

4.1.18 Teste de Segurança Elétrica: Ensaios elétricos efetuados em equipamentos laboratoriais, conforme normas IEC 61010 e ABNT NBR 13706, contendo no mínimo: ensaio de rigidez dielétrica, ensaio de corrente de fuga e ensaio de continuidade de aterramento, com ensaio de teste de segurança elétrica. Deverá ser fornecido laudo para cada teste de segurança elétrica.

image008.jpg
22K

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>
Para: Diretoria LACEN <dirlacen@ses.mt.gov.br>

9 de fevereiro de 2022 07:38

Bom dia

Estamos aguardando vossa manifestação.

Atenciosamente

Nelson Augusto - Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

Atenciosamente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Diretoria LACEN <dirlacen@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

9 de fevereiro de 2022 10:55

Com relação a pergunta:

Na página 47 item 4.1.18, está informando que será preciso Teste de Segurança Elétrica em equipamentos laboratoriais. Este procedimento não seria para equipamentos hospitalares?

Resposta: Nesse caso, não, necessitamos de Teste de Segurança Elétrica em equipamentos laboratoriais, conforme descrito.

Continuamos a disposição

Dra. Elaine Cristina de Oliveira
Diretora do LACEN-MT

[Rua Thogo da Silva Pereira, 63, Porto](#)

[CEP: 78020-500, Cuiabá-MT](#)

Fones: (65) 3624-6095 Ramal -201, (65) 3622-0599 - (65)9 9925-6733

E-mail: dirlacen@ses.mt.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]