

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 3, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO

EMPRESA: MEDPEJ



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Questionamento - Pregão Eletrônico nº 032/2023 Processo nº SES-PRO-2022/38497

3 mensagens

Medpej Licitação - João França <licitacao.02@medpej.com.br>

11 de abril de 2023 às 08:55

Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

Bom dia, tudo bem?

Gostaria de realizar um questionamento quanto ao descritivo do item 12 – Foco Cirúrgico de Teto com duas Cúpulas, ao analisar o descritivo verificamos que o mesmo não identifica uma intensidade luminosa mínima para o equipamento:

FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA COM TECNOLOGIA LED PARA FIXAÇÃO EM TETO ATRAVÉS DE HASTE CENTRAL ÚNICA E BRAÇOS MULTIARTICULADOS. COMPOSTO POR DUAS CÚPULAS CONSTITUÍDAS POR UMA ESTRUTURA INTERNA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EXTERNO EM MATERIAIS RESISTENTES (PLÁSTICOS DE ENGENHARIA) E GRUPOS DE LED LENTES. CÚPULAS NO FORMATO CIRCULAR, ARREDONDADOS E COM SEUS LEDS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA SIMÉTRICA E HOMOGÊNEA POR TODA A SUA FACE PARA UMA REDUÇÃO DE SOMBRAS. DEVERÁ SER ISENTA DE QUAISQUER REENTRÂNCIAS E CANTOS PARA EVITAR O ACÚMULO DE SUJEIDADE.

Gostaria de questionar se o mesmo não teria uma intensidade luminosa a ser adquirida pois o existem no mercado equipamentos com 100.000 Lux, 120.000 Lux e também 160.000 Lux. Dependendo do tipo de cirurgia a qual o equipamento for utilizado a intensidade luminosa pode auxiliar ou atrapalhar ao profissional que estará realizando a cirurgia, em cirurgias de maior complexidade seria mais indicado um equipamento com maior intensidade luminosa aproximadamente 160.000 Lux e caso seja utilizado para procedimentos dermatológicos e cirurgias de baixa complexidade (procedimentos artificiais) seria mais indicado um equipamento com iluminação de 100.000.

Att.,

JOÃO FRANÇA

Licitação

☎ 16 3238-0302

✉ licitacao.02@medpej.com.br🌐 medpej.com.br🛒 lojamedpej.com.br

📍 R. Campinas, 2248 | Ribeirão Preto – SP





Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>
Para: Medpej Licitação - João França <licitacao.02@medpej.com.br>

11 de abril de 2023 às 09:08

Bom dia, João!

Confirmamos o recebimento do pedido de esclarecimento.
Informamos que este será encaminhado à área técnica e assim que respondido daremos o devido retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Cordialmente,
Letícia Pereira.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

☎ (65) 3613-5456

✉ pregao@ses.mt.gov.br

📍 CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410 **Superintendência de Aquisições e Contratos**

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

11 de abril de 2023 às 09:18

Para: Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar <gbsagh@ses.mt.gov.br>, Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>, Bárbara Lanjoni de Oliveira <barbaraoliveira@ses.mt.gov.br>, Caroline Campos Dobes Conturbia Neves <carolineneves@ses.mt.gov.br>, raphael denner <raphaeldennersouza@gmail.com>
Cco: Wesley Jean Nunes da Cunha Bastos <wesleybastos@ses.mt.gov.br>, Anderson Henrique da Silva Martins <andersonmartins@ses.mt.gov.br>

Prazos, bom dia!

Segue pedido de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico n. 032/2023, cujo objeto consiste em "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 3, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO"

Informamos que a sessão ocorrerá em **20.04.2023**.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Cordialmente,
Letícia Pereira**

[Texto das mensagens anteriores oculto]