



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar
Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares

MEMORANDO Nº 1694/2020/GBSAGH/SES

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2020.

PARA: COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153281/2020- EDITAL 038/2020- REGISTRO DE PREÇO- AQUISIÇÃO EVENTUAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – LISTA MATERIAL I.

O presente memorando tem por objetivo justificar as impugnações impetradas pelas empresas **BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, **GFE DO BRASIL**, **HOSPFARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR S/A**, **NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** e a empresa **BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA**, questionando diversos itens do Termo de Referência que serão justificados da forma a seguir:

1.A empresa **BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, interpõe pedido de retificação dos itens 49,50,51 e 52 que se trata da aquisição de ataduras com medidas de 10, 12, 15 e 20 centímetros, argumentando que as descrições dos itens mencionados se contradizem com as determinações da norma N°14.056/2.002 da ABNT, visto, que a referida normativa orienta que a composição poderá ser 100% pura ou Mista.

No entanto ao buscar informações junto a equipe técnica, foi orientado a manter as mesmas características descritas na TR, visto, que a opção por atadura 100% algodão é a mais adequada para utilização nos pacientes.

Desse modo, decide manter as descrições técnicas do produto de ataduras de crepe 100% algodão dos itens 49,50,51 e 52 do Termo de Referência.

2. A empresa **GFE BRASIL**, promoveu o questionando se poderá participar do certame caso possa entregar o produto do item “14” agulhas de Esclerose?



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar
Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares

Em análise à impugnação realizada pela equipe Técnica em que ficou demonstrado que sugestão da empresa viabiliza a aquisição de um produto que oferece mais segurança e qualidade opina pela viabilidade para alterar a aquisição do produto nas características ofertada pela empresa.

Desse modo resolve aditar o item “14” do Termo de Referência, assim:

Onde se lê:

AGULHA DE ESCLEROSE TAMANHO 22GA X 1,80CM USADAS PARA ESCLEROSE DE VARIZES DO ESÔFAGO EM BRONCOSCOPIA, ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA. AGULHA DE INJEÇÃO DESCARTÁVEL EM TUBO PLÁSTICO, COM PONTA AFIADA EM AÇO INOX, COM CATETER EM TEFON, CONECTOR LUER LOCK. (ENCAIXE PARA SERINGA). AGULHA Ø 0,7MM (22G), COMPRIMENTO 6MM, PARA CANAIS DE TRABALHO A PARTIR DE Ø 2,6MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO 180CM.

Leia-se

AGULHA DE ESCLEROSE TAMANHO 22GA X 1,80 CM USADA PARA ESCLEROSE DE VARIZES DO ESÔFAGO EM BRONCOSCOPIA, ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, AGULHA DE INJEÇÃO DESCARTÁVEL EM TUBO PLÁSTICO, COM PONTA AFIADA EM AÇO INOX, COM CATETER EM TEFON, CONECTOR LUER LOCK. (ENCAIXE PARA SERINGA). AGULHA 0,7 MM (22G) COMPRIMENTO 6MM, PARA CANAIS DE TRABALHO A PARTIR DE 2,6MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO 180 CM.

4. As empresas NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR S/A impetraram impugnação referente do item “16” ao item “22”, do Termo de Referência, argumentando que os itens mencionados não oferecem dispositivo de segurança, nos termos da portaria 485/2005, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Assim, após análise criteriosa dos itens realizada pela equipe técnica decide-se por acatar a Impugnação das empresas mencionadas acima declinando pelo aditamento dos itens 16 ao 22 , assim:

Onde de Lê

ITEM 16-AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CALIBRE 13X4,5. UNIDADE.
--



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar
Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares

ITEM 17-AGULHA DESCARTÁVEL 25X06 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 25X06. UNIDADE.
ITEM 18-AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 25X07. UNIDADE
ITEM 19-AGULHA DESCARTÁVEL 25X08 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 25X08
ITEM 20- AGULHA DESCARTÁVEL 30X07 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 30X07. UNIDADE
ITEM 21-AGULHA DESCARTÁVEL 30X08 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 30X08. UNIDADE.
ITEM 22- AGULHA DESCARTÁVEL 40X12- AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 40X12. UNIDADE.

Leia sê:

ITEM: 16- AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - AGULHA HIPODÉRMICA **COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CALIBRE 13X4,5. UNIDADE.

ITEM: 17-AGULHA DESCARTÁVEL 25X06 - AGULHA HIPODÉRMICA **COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar
Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares

PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 25X06. UNIDADE.

ITEM: 18 -AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 - AGULHA HIPODÉRMICA **COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 25X07. UNIDADE.

ITEM: 19- AGULHA DESCARTÁVEL 25X08 - AGULHA HIPODÉRMICA **COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 25X08. UNIDADE.

ITEM: 20- AGULHA DESCARTÁVEL 30X07 - AGULHA HIPODÉRMICA **COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 30X07. UNIDADE.

ITEM: 21 -AGULHA DESCARTÁVEL 30X08 - AGULHA HIPODÉRMICA **COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 30X08. UNIDADE.

ITEM: 22-AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 - AGULHA HIPODÉRMICA **COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 40X12. UNIDADE.

5. A empresa **BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA** requereu esclarecimentos referente aos itens “2”, “39” e “95” do Termo de Referência, alegando que após analisar os itens em descrito no Edital, a empresa alega que da forma em que os itens estão dispostos limita a participação de algumas empresas que comercializam os produtos dos itens mencionados.

No entanto, após análise realizada pela equipe técnica, decide-se manter as características dos produtos descritos nos itens “2”, “39” e “95” do Termo de Referência.

Desse modo, resolve-se não acatar os questionamentos realizados pela empresa **BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA**.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar
Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares

*Deste modo, não foi acatado as impugnações das empresas **BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** e da empresa **BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA**, no entanto as impugnações das empresas **GFE BRASIL** (item 14), **CARE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** e **HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR S/A**, (ambas item 16 ao 22) as impugnações foram acatadas e os itens foram aditivados nos termos dos itens “2” e “4” da presente Resposta.*

Assim, segue a devolutiva do processo para continuidade da aquisição, reiterando os votos de estima e consideração e coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Margarida C. Taveira
Assessoria Técnica

NÚBIA SANTANA DFO NASCIMENTO OLIVEIRA
Sup. de Gestão e acompanhamento Serviços
Hospitalares

CAROLINE CAMPOS DOBES C. NEVES
Secretária Adjunta de Gestão