



pregão 034.2022

Diretoria LACEN <dirlacen@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

3 de agosto de 2022 12:59

Bom dia,

Ao tempo em que a cumprimento, venho por meio deste encaminhar a manifestação no tocante a proposta apresentada:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371653/2021

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MATO GROSSO - LACEN/MT, unidade desconcentrada da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/MT, localizada na [Rua Santiago, nº 70](#), bairro Jardim das Américas, CEP 78.060-628, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pela Diretora Sra. Dra. Elaine Cristina de Oliveira, brasileira, portadora do RG n.º 10570438 SJ/MT, inscrita no CPF sob o n.º 801.181.781-72, vem MANIFESTAR, conforme segue:

Trata-se de Proposta de Preço apresentada pela empresa JOÃO APARECIDO DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 33.735.522/0001-90, no tocante ao item 5 – CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA.

Com efeito, referente ao item 5, consta do Edital, Anexo I, Termo de Referência, a seguinte descrição:

“CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2 Fluxo laminar vertical aço inox; Painel de controle simplificado; Fluxo uniforme, velocidade constante do ar; Indicador da velocidade do fluxo do ar; Cortina de ar, formando barreira de proteção 100% de exaustão; Angulação ergonômica de 10° da cabine melhora a posição de trabalho do operador, proporcionando conforto e correta postura do pescoço, cabeça, ombros e braços, reduzindo condições de risco em virtude do cansaço do operador; Presença de 2 (dois) filtros HEPA para garantir 100% de ar puro dentro e fora da cabine; Fabricada de acordo com a norma NSF49; Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm; Alarme visual e audível em caso de velocidade incorreta do fluxo de ar; Luz fluorescente >1200lux; Plenum negativizado para evitar possíveis vazamentos de ar contaminado; Câmara interna construída em uma só peça em forma de “U”, com cantos arredondados e sem solda; Revestimento em poliéster que resiste à lâmpada UV e desinfetantes; Janela frontal de vidro temperado; Posição stand-by pré-ajustável; Soquete para teste de DOP; Descanso para o braço; Topo da entrada frontal fixo para evitar destruição da barreira de proteção; Acabamento em aço galvanizado – revestimento de poliéster dentro e fora; Duas tomadas internas; Lâmpada UV para descontaminação da área de trabalho; Mesa de trabalho em aço inoxidável; Troca rápida dos filtros devido ao acesso fácil; Nível de ruído: 65dBA; 220V – 50/ 60 Hz;; Acompanhar Garantia Mínima de 12 Meses. Assistência Técnica no Brasil.”

Nessa senda, consta do site oficial <http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-edital?id=15007> no item “Esclarecimentos Pregão Eletrônico Nº 034.2022” – Resposta aos Pedidos de Esclarecimentos, respondido por intermédio da pregoeira, que informa que o questionamento encaminhado a área técnica, e a seguinte resposta referente ao item 05, objeto da discussão, conforme segue:

“Prezados,

De acordo com o questionamento sobre o tipo de equipamento a ser ofertado no item 5 do grupo 2, informamos que é a Cabine de Segurança Biológica Classe II B2, com as seguintes medidas Dimensão interna: Largura=1266 x Profundidade=590 x Altura=622 mm e Dimensão externa: Largura=1338 x Profundidade=700 x Altura=2090 C/ BASE.”

Nesse viés, conforme informado a Cabine de Segurança Biológica que atende o item 5 do Grupo 2, é a de Classe II B2.

Nesse sentido analisando a proposta apresentada pela empresa JOÃO APARECIDO DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, referente ao equipamento descrito no item 05, do Grupo 02 do Edital

do Pregão Eletrônico nº 034/2022, temos que o equipamento apresentado atende o disposto no presente edital, bem como ao laboratório.

A luz desses fundamentos, sendo esta as informações até o momento disponibilizadas a esta Unidade, remetemos a presente manifestação para prosseguimento nos tramites legais.

Dra. Elaine Cristina de Oliveira

Diretora do LACEN-MT

Rua Santiago, nº70 - Jd das Américas

CEP: 78060-628, Cuiabá-MT

Fones: (65) 3624-6095 Ramal -201, (65) 3622-0599 - (65)9 9925-6733

E-mail: dirlacen@ses.mt.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]