



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Avaliação da Amostra

5 mensagens

Coordenadoria Técnica CRIDAC <ctcridac@ses.mt.gov.br>

27 de fevereiro de 2023 às 11:41

Para: Licitações ORTHEC|CPO <licitacoes@orthec.com.br>, Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>,

Coordenadoria Administrativa CRIDAC-CERIII <coacridac@ses.mt.gov.br>

Bom dia,

Segue a avaliação da equipe técnica referente a Amostra do Item 02:

2	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ARO DE PROPULSÃO: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, PINTURA EPÓXI, DESMONTÁVEL , COM ESTRUTURA A PERMITIR O ENCAIXE SOBRE VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL. BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E/ OU REMOVÍVEIS. ENCOSTO PADRÃO, RODAS TRASEIRAS DE 20" OU 24" COM ARO DE PROPULSÃO, PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS, E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6". APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS OU REBATÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. DIMENSÕES DE LARGURA DE ASSENTO DE ATÉ 42 CM. O produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Garantia mínima de 01 ano.
---	--

Na descrição do Item 02 foi solicitado que a Cadeira de Rodas para Banho deve ser **DESMONTÁVEL**. Dessa forma informamos que a amostra não contempla o que foi solicitado na descrição da TR.

Ivana Glaucia Paes de Barros**Coordenadoria Técnica CRIDAC CER III****Celular 065 984320912**

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

27 de fevereiro de 2023 às 12:39

Para: Coordenadoria Técnica CRIDAC <ctcridac@ses.mt.gov.br>