



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência do Programa Estadual de Imunização/Rede de Frio

MEMORANDO Nº. 0268/GPEIM/COVEP/SVS/SES-MT/2021

Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2021.

Para: Coordenadoria de Aquisições

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves

Prezada Pregoeira,

Cumprimentando-a cordialmente, em resposta a solicitação de parecer técnico quanto as amostras enviadas dos itens 01 e 02 referentes ao Pregão Eletrônico 059/2021, cujo objeto consiste no “Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Material Médico Hospitalar”, para atender a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, suprimindo as necessidades das Centrais Estaduais e Regionais de Rede de Frio da Gerência do Programa Estadual de Imunização”.

Informamos que as amostras foram recebidas na data de 15/10/2021 (conforme recibo anexo 01), onde após análise das mesmas seguem os pareceres:

Item 01 - SERINGA DESCARTÁVEL DE BAIXO VOLUME MORTO, CAPACIDADE PARA 01 ML - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA DE BOA VISUALIZAÇÃO DE 0,02 EM 0,02 ML, NUMERADA DE 0,1 EM 0,1 ML, BICO CENTRAL SIMPLES, ÊMBOLO DE RESÍDUO ZERO COM FORMATO ANATÔMICO, PONTEIRA DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA, PERFEITAMENTE AJUSTADA À SERINGA E VOLUME MORTO DE NO MÁXIMO 35 MICROLITROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. UNIDADE.

A amostra apresentada corresponde a seringa de insulina com graduação externa em **UI (unidades internacionais)**, conforme foto anexo não correspondendo ao produto solicitado, onde a graduação externa deverá ser em **ML (mililitros)**, a graduação em **UI** interfere na exatidão no momento da aspiração do produto a ser aplicado, sendo **reprovado o produto apresentado na avaliação**.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência do Programa Estadual de Imunização/Rede de Frio

Item 02 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAMANHO 25 X0, 7 MM (22 G). CAIXA C/ 100 UNIDADES.CAIXA.

A amostra apresentada corresponde ao produto solicitado, sendo **aprovado o produto apresentado na avaliação.**

Solicitamos a sequência do processo de aquisição, uma vez que os Itens em questão são de suma importância para as ações de vacinação no Estado.

Certos de vossa compreensão e colaboração no processo, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente;



Thiago Nunes Rondon
Gerente do Programa Estadual
de Imunização
COVEPI/SVS/SES-MT



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência do Programa Estadual de Imunização/Rede de Frio

ANEXO 01

***INJEX* INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SES – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº059/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 223919/2021
ABERTURA: 08 DE SETEMBRO DE 2021
HORARIO: 09:00 HS

A/C: Sr. Thiago Nunes Rondon - Gestor de Contrato

ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA

Estamos enviando amostra dos itens abaixo:

Amostra

Item 1:

Seringa descartável de baixo volume morto, capacidade para 01 ml - estéril, descartável, confeccionada em polipropileno, translúcido, atóxico, com graduação externa de boa visualização de 0,02 em 0,02 ml, numerada de 0,1 em 0,1 ml, bico central simples, êmbolo de resíduo zero com formato anatômico, ponteira de borracha atóxica, siliconizada, perfeitamente ajustada à seringa e volume morto de no máximo 35 microlitros, embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade.

Qtd: 02 unidades

Lote: 3416/21 Fab: 09/2021

Item 2:

Agulha hipodérmica descartável atóxica, atraumática, cânula de aço inox, siliconizada, embalagem com filme transparente e papel grau cirúrgico apirrogênico, tamanho 25 x0, 7 mm (22 g). caixa c/ 100 unidades.

Qtd: 02 unidades

Lote: 924/20 Fab: 09/2020

Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2021.

*Recebido
15/10/2021
[assinatura]*

[assinatura]
Henrique César M. Vilela
Representante Legal
Coremat J 2.723 MT
RG: 048.088 SSP/MS
CPF: 250.488.481-87

65-99981-34-37





Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência do Programa Estadual de Imunização/Rede de Frio

***INJEX* INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

Ourinhos, 13 de Setembro de 2021.

DECLARAÇÃO

Para:

Secretária de Saúde do Estado do Mato Grosso

A Injex conforme solicitado pelo órgão, esclarece que entregará para a Secretária de Saúde do Estado do Mato Grosso, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº059/2021, uma SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 01 ML - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA DE BOA VISUALIZAÇÃO DE 0,02 EM 0,02 ML, NUMERADA DE 0,1 EM 0,1 ML, BICO CENTRAL SIMPLES, ÊMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.

Sem mais, atentamente.

FRANCHELE R. C. C. S. RODRIGUES
GERENTE DE GARANTIA DA QUALIDADE
CRF: 54.633
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.





Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência do Programa Estadual de Imunização/Rede de Frio

H.1 Geral

A Tabela H.1 fornece exemplos de especificações de graduações de seringas para seringa 40 UI e 100 UI. Elas são baseadas em versões anteriores da ABNT NBR ISO 8537, e fornecidas como exemplos apenas. Em última instância, convém que especificações para graduações de seringas e numerações sejam determinadas, com base na análise de risco e nos testes de usabilidade.

Tabela H.1 – Seringas de insulina, variações de tamanhos, escalas graduadas e tolerância para capacidades graduadas

Escala de unidades	Capacidade nominal ml	Comprimento mínimo da escala mm	Intervalo da escala unidades	Tolerância para capacidade graduada	
				Volumes inferiores à metade da capacidade nominal	Volumes equivalentes ou maiores do que metade da capacidade nominal
100 UI	0,3	41	0,5	± 1,5 % da capacidade nominal + 2 % do volume retirado	± 5 % do volume retirado
	0,3	41	1		
	0,5	43	1		
	1,0	57	1		
	1,0	57	2		
40 UI	0,5	43	0,5		
	0,5	43	1		
	1,0	50	1		
	2,0	60	1		
	2,0	60	2		

5.11 Desempenho da seringa montada

5.11.1 Espaço morto

Convém que o espaço morto seja minimizado para reduzir desperdícios e a transmissão de agentes infecciosos.

O espaço morto não pode exceder os limites dados na Tabela 2.

NOTA A conformidade com este requisito pode ser demonstrada usando os métodos descritos no Anexo D.

Tabela 2 – Espaço morto máximo

Tipo de seringa	Espaço morto máximo mL
1 e 2	0,07
3 e 4	0,10
5 e 6	0,02
7 e 8	0,01

unidade litro / mL





Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência do Programa Estadual de Imunização/Rede de Frio

4 Tipos de seringas

O tipo de seringa deve ser designado como descrito a seguir.

- **Tipo 1;** seringa com montagem cônica com conicidade macho de 6 % (Luer), fornecida sem agulha e embalada unitariamente.
- **Tipo 3;** seringa com montagem cônica com conicidade macho de 6 % (Luer), fornecida com uma agulha desconectada ou desconectável e embalada unitariamente.





Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência do Programa Estadual de Imunização/Rede de Frio

ANEXO 02

