



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

RECEBEMOS	
Em	03/08/2022
Hora:	10:09
Ass.:	DE
SES/MT	

MEMORANDO Nº 1359/2022/GBSAGH/SES-MT

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2022.

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Ideuzete Maria da Silva

Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS – PREGÃO 045/2022 – PROCESSO SIGADOC 07471/2022.

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação das empresas classificadas, referente ao Processo Sigadoc 07471/2022 Pregão Eletrônico nº 045/2022, cujo objeto é “futura e eventual aquisição de bens permanentes, **EQUIPAMENTO ARCO CIRÚRGICO**, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia, para atender as necessidades dos hospitais sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso., quantos aos itens em referência a qualificação técnica e documentações complementares exigidas no edital, análise da proposta/catálogo apresentada pelas empresas classificadas temos a informar:

1) Empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA.:

Item 01 – ARCO CIRÚRGICO TIPO C: Equipamento ofertado atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.

Item 02 – ARCO CIRÚRGICO TIPO C: Equipamento ofertado atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.

2) Empresa VMI TECNOLOGIAS.

Item 03 - ARCO CIRÚRGICO TIPO C: Após diligenciar a empresa relativo à descrição do item no edital onde solicita “Gerador com Potência Mínima de 12 kw”, e o equipamento ofertado chega no “Gerador com Potência Mínima de 8KW”, no entanto a empresa não se manifestou.

Desta forma, um Gerador com potência mínima de 12KW, dispõe de tecnologias para auxiliar em procedimentos almejados complexos e avançados, como ortopedia, cirurgia geral, urologia, gerenciamento de dor, marcapasso, coluna, vascular periférico, cirurgia geral complexa/embolização, cirurgia endovascular, cirurgia neurovascular, eletrofisiologia, permitindo assim, alcançar maior dose de radiação e profundidade de visualização. Desta forma, ARCO CIRÚRGICO TIPO C **não atende a descrição do Edital.**

Diante do exposto, após análise dos folders/catalogo a fim de verificar se os equipamentos ofertados atendem as especificações técnicas exigidas no edital e seus anexos, informamos o seguinte:

Itens Aptos: 01 e 02

Item Inapto: 03 assim sendo solicitamos que convoquem a segunda colocada.

Atenciosamente,

Danielle A. Ribeiro da Costa Leite
Assistente de Direção III

CAROLINE CAMPOS DOBES C. NEVES
Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar