



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-Hemocentro

Cuiabá, 03 de Maio de 2022

CI Nº 014/MTHEMO.NGE/2022

De: Arnildo Lopes Mendes
NGE – Núcleo de Gestão de Equipamentos

Para: Diretora Geral - Gian Carla Zanela

Prezado (a),

Venho por meio deste entregar:

PARECER TÉCNICO - AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA
REFRIGERADA DE PISO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208734/2021
REPETIÇÃO DO P. E. Nº 077/2021.

PARECER TÉCNICO

Considerando a necessidade de aquisição de “**centrifugas refrigeradas de piso**” para atender a demanda da Hemorrede publica do estado de Mato Grosso.

Considerando que o equipamento desta aquisição já possua referência em outros bancos de sangue e que produziram componentes com qualidade de acordo com determinação da portaria vigente.

Diante desta venho expressar que a centrifuga da marca **NOVATECNICA, modelo NT 850**, proposta comercial da empresa **PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELE**, não atende as especificações descritas do edital.

1. **Não atendem o edital** – item: Devem ser fornecidos dois conjuntos de adaptadores para caçapas para centrifugação, na proposta da modelo NT 850 não consta;
2. **Não atendem o edital** – item: Força centrifuga de pelo menos 7.295xg, na proposta da modelo NT 850 consta 5.130xg;

Arnildo Lopes Mendes
TINMSSES/MT-Hemocentro
03229 - Tec. Laboratório



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-Hemocentro

3. **Não atendem o edital** – item: Tampa da centrífuga deve ser de abertura frontal automatizada sem necessidade de uso das mãos, na proposta da modelo NT 850 não consta;
4. **Não atendem o edital** – item: Interface touchscreen com possibilidade de uso de smartphones, na proposta da modelo NT 850 não consta;
5. **Não atendem o edital** – item: Integral de centrifugação, a centrífuga deve ser compatível com software de controle de qualidade de centrifugação, na proposta da modelo NT 850 não consta;
6. **Não atendem o edital** – Atestado de capacidade técnica que fornece/forneceu o objeto desta licitação, na proposta os atestados de capacidade técnica não contemplam a centrífuga modelo NT 850;

Realizado análise em todas as especificações exigidas no edital e principalmente visando a qualidade dos componentes produzidos pelo equipamento **NOVATECNICA, modelo NT 850**, considero que o mesmo **"NÃO ATENDE"** as especificações exigidas.

Sem mais para o momento.
Atenciosamente.

Arnildo Lopes Mendes
Núcleo de Gestão de Equipamento do MT-Hemocentro