**1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) N° SES-PRO-2022/38497**

O **SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO**, por intermédio da Pregoeiro, abaixo assinado, comunica aos interessados que as descrições dos itens 11, 12 e 13 do Edital de Pregão em epigrafe, terão as seguintes alterações:

**ONDE SE LÊ:**

## APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID DE MEDIDA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 11 | **ELETROCARDIÓGRAFO**, COM 12 CANAIS COM TELA MÍNIMO DE 7" TOUCHSCREEN. USB E/OU WI-FI. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA COM IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12CANAIS EM FORMATO A4. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V | UND | 10 |
| 12 | **FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS.** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA COM TECNOLOGIA LED PARA FIXAÇÃO EM TETO ATRAVÉS DEHASTE CENTRAL ÚNICA E BRAÇOS MULTIARTICULADOS.COMPOSTO POR DUAS CÚPULAS CONSTITUÍDASPOR UMA ESTRUTURA INTERNA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EXTERNO EM MATERIAIS RESISTENTES (PLÁSTICOS DE ENGENHARIA) E GRUPOS DE LED LENTES. CÚPULAS NO FORMATO CIRCULAR, ARREDONDADOS E COM SEUS LEDS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA SIMÉTRICA E HOMOGÊNEA POR TODA ASUA FACE PARA UMA REDUÇÃO DE SOMBRAS. DEVERÁ SER ISENTA DE QUAISQUER REENTRÂNCIAS ECANTOS PARA EVITAR O ACÚMULO DE SUJIDADE. INTEIRAMENTE SELADA (HERMETICIDADE ÍNDICE IP30MÍNIMO) PERMITINDO A LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE SUA SUPERFÍCIE. AS CÚPULAS DEVEM TER UMARCO DE MANOBRA CIRCULAR AFIXADO E COBRINDO PELO MENOS 60% DE SUA CIRCUNFERÊNCIA PARAPERMITIR SEU POSICIONAMENTO PELO TIME CIRCULANTE E UMA MANOPLA ESTERILIZÁVELCENTRALIZADA NA CÚPULA PARA PERMITIR SEU POSICIONAMENTO PELO CIRURGIÃO, ESTÁ ÚLTIMAREMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL A VAPOR (PELO MENOS 400 CICLOS DE 121°C EM AUTOCLAVE) | UND | 49 |
| 13 | **ELETROCARDIÓGRAFO**, COM 12 CANAIS COM TELA MÍNIMO DE 7" TOUCHSCREEN. USB E/OU WI-FI. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA COM IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12CANAIS EM FORMATO A4. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V. | UND | 44 |

**LEIA-SE:**

## ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID DE MEDIDA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 11 | **ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL** COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12DERIVAÇÕES, DISPLAY DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO - TOUCH SCREEN DE 5" NO MÍNIMO, VISUALIZAÇÃOCOMPLETA DO TRAÇADO ECG EM TEMPO REAL ANTES DA AQUISIÇÃO OU IMPRESSÃO, PERMITIR AIMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO A4, PERMITIR ESCOLHA DE QUANTIDADE DE DERIVAÇÕES A SEREMIMPRESSAS, ARMAZENAMENTO DE EXAMES IGUAL OU MAIOR QUE 50 EXAMES, BATERIA COM DURAÇÃOMAIOR QUE 60 MINUTOS E RECARREGÁVEL, ALGORITMO DE INTERPRETAÇÃO DE ECG, DEVE PERMITIR OAJUSTE DE VELOCIDADE DE AVAÇO DO PAPEL, DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE QUALIDADE DOCONTATO DO ELETRODO COM A PELE, TAXA DE AMOSTRAGEM MINIMA DE 100 HZ, FILTRO DIGITAL DE 60HZ, FILTRO CONTRA TREMOR MUSCULAR E DESVIOS DE LINHA DE BASE, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGADE CARDIOVERSORES / DESFIBRILADORES, POSSIBILIDADE DE ENVIO DOS EXAMES ATRAVÉS DE REDE DEDADOS WI-FI E EM FORMATO PDF, DEVE POSSUIR CARRINHO PARA TRANSPORTE, DEVE POSSUIR UMSUPORTE PARA O CABO TRONCO, CABO TRONCO COM 10 DERIVAÇÕES COM SEUS RESPECTIVOSRABICHOS, 01 CONJUNTO DE 04 PINÇAS PARA MEMBROS PERIFÉRICOS, 01 CONJUNTO DE PERAS PARADERIVAÇÕES V1 A V6, 01 KIT DE GARRAS PARA ELETRODOS COM 6 DERIVAÇÕES, 01 TUBO DE GEL, 01PAPEL PARA IMPRESSORA, PESO MÍNIMO DE 1KG, TER SAÍDA USB, TECLADO ALFANUMÉRICO PARAENTRADA DE DADOS DO PACIENTE, ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESCONECTADA, SOFTWAREDE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V OU BIVOLT. | UND | 10 |
| 12 | **FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS**. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA COM TECNOLOGIA LED PARA FIXAÇÃO EM TETO ATRAVÉS DEHASTE CENTRAL ÚNICA E BRAÇOS MULTIARTICULADOS.COMPOSTO POR DUAS CÚPULAS CONSTITUÍDASPOR UMA ESTRUTURA INTERNA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EXTERNO EM MATERIAIS RESISTENTES (PLÁSTICOS DE ENGENHARIA) E GRUPOS DE LED LENTES. CÚPULAS NO FORMATO CIRCULAR, ARREDONDADOS E COM SEUS LEDS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA SIMÉTRICA E HOMOGÊNEA POR TODA ASUA FACE PARA UMA REDUÇÃO DE SOMBRAS. DEVERÁ SER | UND | 49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ISENTA DE QUAISQUER REENTRÂNCIAS ECANTOS PARA EVITAR O ACÚMULO DE SUJIDADE. INTEIRAMENTE SELADA (HERMETICIDADE ÍNDICE IP30MÍNIMO) PERMITINDO A LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE SUA SUPERFÍCIE. AS CÚPULAS DEVEM TER UMARCO DE MANOBRA CIRCULAR AFIXADO E COBRINDO PELO MENOS 60% DE SUA CIRCUNFERÊNCIA PARAPERMITIR SEU POSICIONAMENTO PELO TIME CIRCULANTE E UMA MANOPLA ESTERILIZÁVELCENTRALIZADA NA CÚPULA PARA PERMITIR SEU POSICIONAMENTO PELO CIRURGIÃO, ESTÁ ÚLTIMAREMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL A VAPOR (PELO MENOS 400 CICLOS DE 121°C EM AUTOCLAVE) | | |
| 13 | **ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL** COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12DERIVAÇÕES, DISPLAY DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO - TOUCH SCREEN DE 5" NO MÍNIMO, VISUALIZAÇÃOCOMPLETA DO TRAÇADO ECG EM TEMPO REAL ANTES DA AQUISIÇÃO OU IMPRESSÃO, PERMITIR AIMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO A4, PERMITIR ESCOLHA DE QUANTIDADE DE DERIVAÇÕES A SEREMIMPRESSAS, ARMAZENAMENTO DE EXAMES IGUAL OU MAIOR QUE 50 EXAMES, BATERIA COM DURAÇÃOMAIOR QUE 60 MINUTOS E RECARREGÁVEL, ALGORITMO DE INTERPRETAÇÃO DE ECG, DEVE PERMITIR OAJUSTE DE VELOCIDADE DE AVAÇO DO PAPEL, DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE QUALIDADE DOCONTATO DO ELETRODO COM A PELE, TAXA DE AMOSTRAGEM MINIMA DE 100 HZ, FILTRO DIGITAL DE 60HZ, FILTRO CONTRA TREMOR MUSCULAR E DESVIOS DE LINHA DE BASE, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGADE CARDIOVERSORES / DESFIBRILADORES, POSSIBILIDADE DE ENVIO DOS EXAMES ATRAVÉS DE REDE DEDADOS WI-FI E EM FORMATO PDF, DEVE POSSUIR CARRINHO PARA TRANSPORTE, DEVE POSSUIR UMSUPORTE PARA O CABO TRONCO, CABO TRONCO COM 10 DERIVAÇÕES COM SEUS RESPECTIVOSRABICHOS, 01 CONJUNTO DE 04 PINÇAS PARA MEMBROS PERIFÉRICOS, 01 CONJUNTO DE PERAS PARADERIVAÇÕES V1 A V6, 01 KIT DE GARRAS PARA ELETRODOS COM 6 DERIVAÇÕES, 01 TUBO DE GEL, 01PAPEL PARA IMPRESSORA, PESO MÍNIMO DE 1KG, TER SAÍDA USB, TECLADO ALFANUMÉRICO PARAENTRADA DE DADOS DO PACIENTE, ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESCONECTADA, SOFTWAREDE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V OU BIVOLT. | UND | 44 |

O Edital está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde Link: **http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais**. Contato: E-mail **pregao02@ses.mt.gov.br** e (65) 3613-5410 – Coordenadoria de Aquisições.

Cuiabá, 05 de maio de 2023.

**Nelson Augusto da Silva**
Pregoeiro Oficial SEPLAG/SES- MT