



Tecnologia em Sistemas Diagnósticos

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – SES/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2020

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA., estabelecida na Avenida Francisco de Angelis, 186, Jd. Okita, Campinas/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.962.122/0003-21, vem, respeitosamente à elevada presença de Vossa Senhoria, através de seu representante legal, solicitar **ESCLARECIMENTO** quanto ao Edital em referência, o que faz de acordo com as razões a seguir expostas:

A empresa interessada em licitação promovida pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, ofertando o equipamento marca HORIBA, modelo PENTRA 80 XL, contudo, diante de algumas características solicitadas para o equipamento está impedida de participar do referido certame, quais sejam:

- Análise mínima de 28 parâmetros;
- Parâmetro P-LRC;
- Gráfico de dispersão com leitura de três ângulos exclusivos para BASO;
- Citometria/laser para fluxo para contagem total de leucócitos;

O equipamento que esta empresa deseja ofertar – marca HORIBA modelo PENTRA 80 XL, atende aos requisitos solicitados, exceto quanto as características acima mencionadas, uma vez que o mesmo:

- Realiza 27 parâmetros, não possuindo o parâmetro P-LCR;
- Não realiza o gráfico de dispersão com leitura de três ângulos exclusivos para BASO por se tratar de característica exclusiva de uma única marca do mercado;
- Realiza impedância com hidrofoco (DHSS) e citoquímica.

Pergunta-se: Esta empresa poderá ofertar o equipamento que possui sendo marca HORIBA, modelo PENTRA 80 XL, com as características apresentadas?

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Campinas/SP, 02 de dezembro de 2020.

CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda.
Simone Barros Ravazi
Gerente de Licitação
RG 27.327.240-8
CPF 271.063.778-21

