



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-Hemocentro

Memorando nº 339/MTHEMO.DG/MT-Hemocentro/2020.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.

À Coordenadoria de Aquisições e contratos/SES-MT.

Prezados,

Considerando os questionamentos encaminhados.

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2020**

Conforme avaliação da solicitação de revisão do presente **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2020**, realizado pela empresa **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA**.

Considerando o **DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019**, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

- 1) Esta empresa poderá ofertar o equipamento que possui sendo marca HORIBA, modelo PENTRA 80 XL, com as características apresentadas?

Resposta: A empresa **pode ofertar** o equipamento citado, os itens elencados no documento não são impeditivos da empresa impugnante participar do certame e nem excludente de qualidade, tendo em vista que a empresa possui em seu portfólio produtos que atendem o objeto em questão, não implicando em restrição a competitividade da mesma.

No item do Termo de Referência, os equipamentos passam pelo processo de validação, qualificando o mesmo para execução dos testes:

7.11. As empresas vencedoras devem fazer a validação de todos os processos emitindo parecer de conformidade e utilizando 30 testes de exames de doadores utilizados da rotina e controles conhecidos para validação de toda a metodologia de processo de trabalho.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.


GIAN CARLA ZANELA
Diretora Geral
MT – Hemocentro.

Gian Carla Zanela
Diretora Geral
MT - Hemocentro