



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Pedido de esclarecimento - PE342023

5 mensagens

Kelvin Oliveira | Interjet <kelvin@interjet.com.br>
Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

2 de maio de 2023 às 15:31

Prezados,

Gostaria de um esclarecimento para o item 7 do lote 2 , do pregão 342023 programado para o dia 10 de maio às 9:00h. A descrição do item esta como "Agar cromogênico para detectar enterobactérias", porém essa descrição pode corresponder a mais de um tipo de agar (Podendo ser o cromogenico E.coli, o KPC..) . Poderiam dar mais detalhes sobre o descritivo do produto?

Desde já, agradeço sua atenção e aguardo retorno.

Kelvin Oliveira

Depto. Comercial

Fone: (11) 5632-4300

INTERJET COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 59.403.410/0001-26 INSC. EST.:112.191.952.117

Rua Sobrália, 422 – Vila Gea

CEP: 04691-020 – São Paulo-SP

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>
Para: Kelvin Oliveira | Interjet <kelvin@interjet.com.br>

2 de maio de 2023 às 16:38

Prezado Kelvin,

Boa tarde.

Confirmamos o recebimento do pedido de esclarecimento quanto ao **Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2023**, cujo objeto consiste em "**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER O SETOR DE CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS E SOLUÇÕES, PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - LACEN/MT**".

Informamos que encaminharemos a unidade técnica, e assim que respondido, daremos o devido retorno.

Atenciosamente,

Ana Clara Pedroso

Equipe de Apoio ao Pregão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Rua Santiago, 70 - Jardim das Américas

CEP: 78060-628, Cuiabá-MT

E-mail: dirlacen@ses.mt.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

4 de maio de 2023 às 10:22

Para: Kelvin Oliveira | Interjet <kelvin@interjet.com.br>

Bom dia,

Em atenção ao pedido de esclarecimento para o item 7 do lote 2 , do pregão 34/2023, informamos que, após consulta junto a unidade demandante, a informação é que:

"O ágar cromogênico solicitado é o Ágar Cromogênico UTI (Infecções do Trato Urinário)."

Atenciosamente,

Ideuzete Silva

Pregoeira

Em ter., 2 de mai. de 2023 às 15:31, Kelvin Oliveira | Interjet <kelvin@interjet.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]