



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SES-PRO-2022/14107 - DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Nascimento, Matheus <matheus.nascimento@draeger.com>

15 de fevereiro de 2023 às 16:26

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Cc: "Silva, Joyce" <Joyce.Silva@draeger.com>

Internal

AO

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SES-PRO-2022/14107.

Data da sessão: 24/02/2023 Horário: 03:00

DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.535.707/0001-28, vem, através deste e-mail, solicitar o seguinte esclarecimento para participação no Item 02 – Aparelho de Anestesia.

DO DESCRITIVO

O edital solicita: "mínimo 2 Gavetas"

No intuito de participarmos da concorrência, gostaríamos de saber a respeito do quantitativo de gavetas citado no termo de referência. Temos notado uma tendência mundial dos fabricantes na redução do número de gavetas dos aparelhos de anestesia por conta da ergonomia do corpo clínico. Com a redução do número de gavetas, os materiais que antes precisavam ser procurados dentro de gavetas, agora ficam em fácil acesso para uso durante o procedimento cirúrgico. Os fabricantes têm desenvolvido bancadas de trabalho maiores, no conceito "tudo a vista", que traz um tempo de resposta melhor da equipe clínica ao precisar acessar insumos e outros itens que antes ficavam "escondidos". Foi pensando nessa, e em outras melhorias que desenvolvemos o Atlan. Esse equipamento lançado no Brasil há 3 anos, já é homologado em grandes redes e centros de referência por todo o país. Atualmente, a versão que temos disponível possui 1 gaveta, e traz uma série de outros benefícios clínicos e econômicos, que podem ser observados no catálogo em anexo. Aguardamos sua análise para saber se podemos seguir na concorrência, apresentando nossa proposta com o modelo Atlan A300

O edital solicita: MONITOR MULTIPARAMETRO COM NO MINIMO 14 POLEGADAS TOUCH SCREEN

Por gentileza informar se será necessário monitor no item 02

Atenciosamente,

Matheus Nascimento

Analista de Licitações Jr.

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil

Tel: 11 4689-4900 Ramal 6424

matheus.nascimento@draeger.com

www.draeger.com

Ouvidoria Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Tecnologia para a Vida®



**Redefinindo o cuidado
no desenvolvimento!**

Com medição de ruído no compartimento do paciente e muitos outros recursos que suportam o desenvolvimento de um prematuro.

Cuidado com prematuro
como nunca antes visto!

Nova Dräger Babyleo TN500

draeger.com/babyleo e [#babyleo](https://twitter.com/babyleo)

This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.