

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – SES/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA., estabelecida na Avenida Francisco de Angelis, 186, Jd. Okita, Campinas/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.962.122/0003-21, vem, respeitosamente à elevada presença de Vossa Senhoria, através de seu representante legal, solicitar **ESCLARECIMENTO** quanto ao Edital em referência, o que faz de acordo com as razões a seguir expostas:

QUANTO AO ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consta no Anexo I – Especificações Técnicas –

EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE COAGULAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

3. PERFORMANCE: MÍNIMO DE 100 TP/TTPA POR HORA.

Esta empresa possui o equipamento marca STAGO, modelo COMPACT MAX , o qual atende às características solicitadas, exceto quanto a performance, o qual possui performance de 95 TP TTPA por hora.

Pergunta-se: Esta empresa poderá ofertar o equipamento que possui sendo marca STAGO, modelo COMPACT MAX, com performance de 95 TP TTPA por hora?

QUANTO A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACK-UP

Consta no item 8.7 do anexo II:

8.7 EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS QUE A EMPRESA DEVE FORNECER SEM ÔNUS:

VI. Equipamento back up automatizado com no mínimo 30 posições para amostras, no mínimo 10 posições para reagentes, diluição automática da amostra. Amostra de emergência. Interface bidirecional. Metodologia ótica ou mecânica e cromogênica e imunoturbimétrica.

Esta empresa realizou anteriormente pedido de impugnação ao edital, solicitando alteração quanto a posição da amostra do equipamento backup, e obteve resposta favorável conforme segue:

O MT – Hemocentro não se opõem a equipamento com backup com posições para 20 amostras. Não sendo impeditivo para a empresa participar do certame.

Diante disso questiona-se:

- Será necessário o fornecimento de equipamento backup?
- Se sim, esta empresa poderá se amparar na resposta anterior ofertando equipamento backup com posição para 20 amostras?

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Campinas/SP, 05 de maio de 2020.



CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda.
Simone Barros Ravazi
Gerente de Licitação
RG 27.327.240-8
CPF 271.063.778-21

46.962.122/0003-21
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS
DIAGNÓSTICOS LTDA.
Rua Francisco de Angelis, 186
Jd. Okita - CEP 13043-030
CAMPINAS - SP