

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 15/2023 - UASG 926289 – SES MT (24/02/2023)**

1 mensagem

Caio Vinicius de Alencar <caio.alencar@fanem.com.br>

Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

Cc: LICITACAO <licitacao@fanem.com.br>, Breno Holanda <comercial1@medmt.com.br>

Sr. Pregoeiro, boa tarde.

Ref.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 15/2023 - UASG 926289 – SES MT (24/02/2023)

A empresa **FANEM LTDA**, CNPJ 61.100.244/0001-30, interessada em participar do processo em questão, solicita esclarecimentos:**1) Para o item 1 – FOTOTERAPIA:** É solicitado que o equipamento possua 3 leds brancos para iluminação.

Nosso equipamento passou por uma atualização em sua iluminação e hoje possui um único led branco, com maior intensidade de lumens e mais eficaz que o modelo anterior cor

Questionamento: Gostaríamos de saber se o órgão aceitaria o equipamento com um único led branco para iluminação.**2) Para o item 4 – ASPIRADOR CIRÚRGICO:** É solicitado que o equipamento possua mangueira sanfonada e espéculo autoclavável.

É incomum a solicitação destes acessórios para aspiradores cirúrgicos, o comum é solicitarem mangueiras de silicone.

Questionamento: Gostaríamos de saber se o órgão aceitaria o equipamento que NÃO POSSUA mangueira sanfonada e espéculo.**3) Para o item 8 – BERÇO AQUECIDO:** É solicitado que o equipamento possua colchão autoclavável e com revestimento removível**Questionamento:** Gostaríamos de saber se o órgão aceitaria o equipamento que possua Colchão de espuma de poliuretano, com efeito de memória e coberto com capa em PVC.**4) Para o item 8 – BERÇO AQUECIDO:** É solicitado que o equipamento seja BIVOLT.**Questionamento:** Gostaríamos de saber se o órgão aceitaria o equipamento que possua uma única alimentação elétrica, sendo 127V OU 220V**5) Para o item 9 – BERÇO ACRÍLICO:** É solicitado que o equipamento seja construído em aço inox.**Questionamento:** Gostaríamos de saber se o órgão aceitaria o equipamento construído em estrutura tubular metálica de 1" de diâmetro, sem solda aparente, com acabamento em pir anticorrosivo na cor AREIA.

Ficamos no aguardo de uma resposta positiva para a participação da empresa Fanem.

Obrigado e no aguardo,

Atenciosamente,

Caio Vinicius de Alencar

Analista de Licitações



+55 11 2972-5700 - Ramal/Ext.: 5723

caio.alencar@fanem.com.br | www.fanem.com.br |

