



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

ESCLARECIMENTO PE-15-2023

1 mensagem

Licitações GFE do Brasil <licitacoes@gfedobrasil.com.br>

8 de fevereiro de 2023 às 16:02

Para: pregao02@ses.mt.gov.br

Cc: Elisabeth Souza <elisabeth.souza@gfedobrasil.com.br>

Pregoeira: Kelly Fernanda Gonçalves

A GFE vem respeitosamente e tempestivamente esclarecer quanto ao edital mencionado acima.

Identificamos que no descritivo do arquivo

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023-000 SRP

Item 23 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Aditivos: **1 Videocolonosc. Pediátrico**, 2 Videocolon., Organizado, Componentes: 1 Pinça Biópsia Fenestrada, 1 Escova Limpeza Canal, Outros Componentes: Cabo Ligação, 4 Suportes Autocolantes, Tipo: **1 Videobroncosc.** Flexível, Ccd Colorido, 1 Fonte Luz, Características Adicionais: 2 Sist. Captura Imagens Digital (Até 600 Imagens), Composição: 1 Gastrovídeo (Endoscópio Flexível, 140°, 4 A 100mm), Acessórios: Up 210; 1370mm; 3 Centrais Process. De Vídeo,

É mencionado Videocolonosc. **1 Videocolonosc. Pediátrico** e **1 Videobroncosc.** no edital não consta essa solicitação, qual devemos seguir para elaboração da nossa proposta? O edital ou o anexo de relação de itens?

grata, Elaine