

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

MHÉDICA SERVICE COMERCIO E
MANUTENÇÃO LTDA



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - PE 45/2022_SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE MT_24/06/2022 ÀS 09:00

3 mensagens

marcos@mhedica.com.br <marcos@mhedica.com.br>

17 de junho de 2022 14:45

Para: pregao02@ses.mt.gov.br

Cc: napoleao@mhedica.com.br, "Mhedica>Rafael Sorbello" <rafael@mhedica.com.br>, nayara@mhedica.com.br,

marcus.fantoni@mhedica.com.br, Rudson <rudson@mhedica.com.br>, recepcao@mhedica.com.br,

marcos@mhedica.com.br

A**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - MT****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022****PROCESSO ADMINISTRATIVO – SES-PRO-2022/07471**

A/C.: Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio;

A empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.245.855/0001-94, vem, respeitosamente, **solicitar Pedido de Esclarecimento para os itens 1, 2 e 3 – ARCO CIRÚRGICO TIPO C.**

Visando ampliar a participação para mais empresas presentes, solicitamos o seguinte esclarecimento:

Editais solicita: Item 1 – ARCO CIRÚRGICO TIPO C

1) GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: 80 kHz

Será aceito gerador de alta frequência de 40Khz?

Justificativa: A relação técnica entre a frequência e a potência deve seguir uma regra estipulada pelas normas, desta forma existe uma discordância entre os dados.

2) CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE, NO MÍNIMO, 50 KHU OU MAIOR

Será aceito capacidade térmica do anodo de, no mínimo, 48KHu ou maior?

Justificativa: deve-se observar uma tolerância entre as exigências da capacidade térmica porque variam entre marcas e fabricantes, desta forma uma tolerância de 5% não interfere na qualidade e atribuições do aparelho.

3) FLUOROSCOPIA COM, NO MÍNIMO, 40 A 110 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 6 mA OU MAIOR

Será aceito fluoroscopia com, no mínimo, 40 a 110KV e corrente máxima de 5mA ou maior?

Justificativa: A potência necessária para a formação das imagens não sofrerá nenhuma alteração observando que a diferença de valores é ínfima. Desta forma não alterando a característica deseja por esta informação.

4) MODO RADIOGRAFIA COM, NO MÍNIMO, 40 A 110 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 13 mA OU MAIOR

Será aceito modo radiografia com, no mínimo, 40 a 110KV e corrente máxima de 8 mA ou maior?

Justificativa: No modo radiografia a imagem sofre somente uma exposição desta forma não é necessária uma corrente muito alta para formação pois o Kv se eleva para compensar, gerando qualidade diagnostica na imagem.

Editais solicita: Item 2 – ARCO CIRÚRGICO TIPO C

1) GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: 80 KHZ; CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR, COM POTÊNCIA DE 4,5 KW OU MAIOR.

Modificar o gerador de alta frequência de 40KHz; controlado por microprocessador, com potência de 15Kw ou maior.

Justificativa: A modificação no valor da alta frequência não altera as características de funcionamento nem suas atribuições, será compensado pelo microprocessador e a potência fornecida, desta forma obtendo o melhor desempenho.

2) CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE, NO MÍNIMO, 50 KHU OU MAIOR

Modificar a capacidade térmica do anodo de, no mínimo, 75KHu ou maior.

Justificativa: A maior dissipação térmica do tubo devido a uma potência maior, será de grande melhoria, pois desta forma não haverá interrupções devido ao aquecimento do tubo devido aos procedimentos de alta complexidade e na vida útil do tubo.

3) FLUOROSCOPIA COM, NO MÍNIMO, 40 A 110 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 6 mA OU MAIOR

Modificar a fluoroscopia com, no mínimo, 40 a 110 Kv e corrente máxima de 200 mA ou maior.

Justificativa: A maior corrente na fluoroscopia melhora o desempenho das imagens na realização dos exames, fornecendo ao médico operador maior possibilidade de visualização de procedimentos mais profundos e complexos.

4) MODO DE RADIOGRAFIA DIGITAL KV ALCANÇA: 40 – 120 KV mA E CORRENTE MÁXIMA DE 13 mA OU MAIOR

Modificar o modo de radiografia digital Kv alcança: 40 – 120 Kv mA e corrente máxima de 200 mA ou maior;

Justificativa: No modo radiografia o aumento da corrente traz grande benefício nos exames para o médico operador melhorando o desempenho do aparelho trazendo melhor resultado nas imagens e qualidade dos exames.

Editais solicita: Item 3 – ARCO CIRÚRGICO TIPO C

1) PROFUNDIDADE DE IMERSÃO DE NO MÍNIMO 70 CM

Será aceito profundidade de imersão de no mínimo 68 cm?

Justificativa: A diferença na profundidade de imersão menor de 5% não interfere nos procedimentos e exames a serem realizados, também deve-se levar em conta uma tolerância na diferença de valores entre as marcas e modelos dos fabricantes.

2) DOIS MONITORES DE 18 POLEGADAS NO MÍNIMO OU MM MONITOR DE LCD OU TECNOLOGIA SUPERIOR DE MATRIZ ATIVA DE NO MÍNIMO 32 POLEGADAS; CARRO PARA TRANSPORTE PARA O MONITOR, MATRIZ DE NO MÍNIMO 1536 X 1424 EM TODA A CADEIA DE IMAGEM, DA AQUISIÇÃO A IMPRESSÃO, COM EXCEÇÃO DO MONITOR QUE PODERÁ TER A RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 1024;

Favor avaliar a exigência deste quesito porque está ambíguo, precisamos de um melhor esclarecimento sobre o que está sendo solicitado.

3) RADIOGRAFIA DIGITAL E FLUOROSCOPIA PULSADA COM PELO MENOS 8 PULSOS/SEGUNDO, CINEANGIOGRÁFICA COM PELO MENOS 25 OU 30 PULSOS/SEGUNDO

Será aceito radiografia digital e fluoroscopia pulsada com pelos menos 06 pulsos/segundo, cineangiografia com pelos menos 25 ou 30 frames/segundo?

4) RADIOGRAFIA: 40 A 120 KV NO MÍNIMO, COM CORRENTE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 60 MA, MODO DE FLUOROSCOPIA DE 40 A 110 KV NO MÍNIMO, COM CORRENTE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 20 MA

Modificar a radiografia: 40 a 120 kv no mínimo, com corrente máxima de no mínimo 200 ma, modo de fluoroscopia de 40 a 110 kv no mínimo, com corrente máxima de no mínimo 200 ma

Justificativa: Melhora no desempenho e qualidade dos procedimentos de pacientes obesos fornecendo ao médico operador maior segurança em exames profundos.

5) POTÊNCIA MÉDIA MÁXIMA EM FLUOROSCOPIA DE NO MÍNIMO 3000W;

Esclarecer melhor sobre esta exigência, qual seria o padrão ou a equação a ser utilizada para verificar a eficiência da potência no modo fluoroscopia?

Cabe aqui salientar que tal alteração não interfere em nada na qualidade do equipamento e também na funcionalidade e sendo aceita, permitirá a participação de um número maior de empresas, trazendo maior competitividade ao pregão e benefícios a gestão pública.

Aguardamos resposta para ofertar o equipamento em pleno acordo às necessidades do município.

Gentileza confirmar leitura/recebimento deste e-mail.

Desde já agradeço.

Cordialmente,

A Mhédica traz uma nova proposta para o Mercado: **Locação de Equipamentos.**

Não comprometa seu fluxo de caixa com financiamentos bancários. Abata até 34,5% do imposto de renda com o contrato de locação.

Incluso no contrato de locação:

- Calibrações/Certificações;
- Instalação;
- Chamadas livres;
- Kits de Manutenção;
- Contrato de manutenção;
- Transporte até o Hospital;
- Equipamentos de back-up;
- Treinamentos.

 [Clique aqui para visitar nosso Centro de Treinamentos.](#)



Marcos Ferreira
especialista de produtos pleno



tecnologia pela vida

 31 3214.2620

 31 98384.0430

 R. das Canoas, 765 B. Estrela do Oriente
CEP: 30580.040 | BH/MG

 www.mhedica.com.br





Todas informações contidas neste e-mail estão protegidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados

2 anexos

 **PE 045 2022 - Proc n SES-PRO-2022-07471- ARCO CIRURGICO.pdf**
1729K

 **Relacaoltens92628905000452022000.pdf**
52K

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>
Para: marcos@mhedica.com.br

20 de junho de 2022 16:51

Boa tarde,

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento. Faremos a análise e manifestaremos posteriormente.

Atenciosamente,

Ideuzete Silva
Pregeoiria

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

20 de junho de 2022 16:54

Para: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>, Coordenadoria de Acompanhamento da Execução de Serviços Hospitalares <gestaohospitalar@ses.mt.gov.br>, Caroline Campos Dobes Conturbia Neves <carolineneves@ses.mt.gov.br>, Nubia Santana do Nascimento Oliveira <nubiaoliveira@ses.mt.gov.br>

Cc: Ivone Lúcia Rosset Rodrigues <ivonerodrigues@ses.mt.gov.br>, Wesley Jean Nunes da Cunha Bastos <wesleybastos@ses.mt.gov.br>

Boa tarde,

Segue o pedido de esclarecimento, protocolada pela empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA** ao edital do PE 045/2022.

Salientamos que a sessão está agendada para ocorrer no dia 24.06.2022.

Caso seja necessário realizar ajustes no edital, favor comunicar com antecedência para reagendamento da sessão e retificações.

Segue o edital publicado para consulta.

Atenciosamente,

Ideuzete Maria da Silva
Pregoeira

Forwarded Conversation

Subject: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - PE 45/2022_SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE MT_24/06/2022 ÀS 09:00

[Texto das mensagens anteriores oculto]

De: **Pregão da SES** <pregao02@ses.mt.gov.br>

Date: seg., 20 de jun. de 2022 às 16:51

To: <marcos@mhedica.com.br>

Boa tarde,

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento. Faremos a análise e manifestaremos posteriormente.

Atenciosamente,

Ideuzete Silva
Pregoeira

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



PE 045 2022 - Proc n SES-PRO-2022-07471- ARCO CIRURGICO.pdf

1729K



Relacaoltens92628905000452022000.pdf

52K