



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

Cuiabá, 03 de setembro de 2021.

**5º PARECER TÉCNICO REVISADO SOBRE A DESCRIÇÃO MATERIAIS SOLICITADAS NO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021**

Prezados senhores,

Em resposta a solicitação segue o parecer técnico referente ao pregão acima mencionado, com algumas observações:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
2	Acessório para calçar próteses de amputação transfemural - fabricado em tecido exclusivo e destinado para o calçamento de próteses transfemorais, em cores diversas - Quick Fit, tamanho Médio. Unidade.	R. ARAUJO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
8	Andador com rodízio, confeccionado em alumínio, dobrável, regulável na altura, rodas anteriores, ponteira de borracha resistente, tamanho adulto . Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
9	Andador com rodízio, confeccionado em alumínio, dobrável, regulável na altura, rodas anteriores, ponteira de borracha resistente, tamanho infantil . Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
10	Andador fixo, confeccionado em alumínio, dobrável, articulado, ponteira aderente (borracha), regulagem de altura, tamanho adulto. Ate 130 kg Unidade.	C. GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
68	Colete Jewett, confeccionado com duralumínio, espuma e velcro. Tamanho extragrande. Unidade.	AAZ	OBS
69	Colete Jewett, confeccionado com duralumínio, espuma e velcro. Tamanho grande. Unidade.	AAZ	OBS
70	Colete Jewett, confeccionado com duralumínio, espuma e velcro. Tamanho médio. Unidade.	AAZ	OBS
71	Colete Jewett, confeccionado com duralumínio,	AAZ	OBS



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas

Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	espuma e velcro. Tamanho pequeno. Unidade.		
80	Joelheira em Neoprene para Prótese Transtibial, tamanho Pequeno. Cor preta.	R. ARAUJO	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
81	Joelheira em Neoprene para Prótese Transtibial, tamanho Médio. Cor preta.	R. ARAUJO	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
82	Joelheira em Neoprene para Prótese Transtibial, tamanho Grande. Cor preta.	R. ARAUJO	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
104	Muleta tipo axilar, estrutura tubular em alumínio anodizado, com suporte subaxilar em poliuretano, designer super anatômico, regulagem de altura, tamanho grande. Que suporte até 130 kg. Pa	EGR	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
113	Tabua de transferência confeccionada de madeira compensada em envernizada com dimensões aproximada de 60cm x 25cm x 3cm. (CxLxA).	R. ARAUJO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES

OBS: itens 68, 69, 70 e 71. Consta no descritivo da proposta como material **DURALUMÍNIO**, porém o material do produto apresentado no folder **É PVC**, e este não nos atende.

Itens 80, 81 e 82. Não atende porque o comprimento mínimo adequado é de 35 centímetros.

Ivana Glaucia P. de Barros
Coord. Técnica CRIDAC/CER III SES

IVANA GLAUCIA PAES DE BARROS
Coordenadora Técnica CRIDAC/CER III

ANA PAULA FONTES DA SILVA MACEDO
Fisioterapeuta CRIDAC/CER III
CREFITO 9 - 42461-F