



Governo do Estado de Mato Grosso  
SES – Secretaria de Estado de Saúde  
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças  
Superintendência de Aquisições e Contratos

**RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023/SES/MT**  
**Processo: SES-PRO-2022/14107**

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.441.389/0001-61, com sede no Centro Político e Administrativo – CPA, Bloco 05, nesta Capital, doravante denominada SES/MT, neste ato representada pela Pregoeira Oficial da SES, abaixo assinado, nomeada através da Portaria nº 916/2022/GBSES publicada em 23/12/2022, vem através deste manifestar resposta ao pedido de ESCLARECIMENTO formalizado pela empresa **CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S/A**, enviado ao e-mail pregao02@ses.mt.gov.br.

**I - DO RELATÓRIO**

Trata-se de procedimento licitatório, que tem por objeto o “ **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO.**” conforme especificações, detalhamentos e condições constantes neste Edital e seus anexos, proveniente do Processo Administrativo nº SES-PRO-2022/14107

**II – DA TEMPESTIVIDADE**

Informamos que a presente impugnação se encontra tempestiva, visto que o Edital estava com sessão agendada para o dia 24 de fevereiro de 2023, e a impugnação foi enviado por e-mail em nesta Secretaria de Estado de Saúde no dia 14/02/2023, sendo que caberia impugnação até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para sessão de abertura das posturas.

**III - DA ANÁLISE DO PEDIDO**

Considerando que a impugnação é referente a especificação técnica para aquisição do item 19, especificamente a fonte de luz.

Considerando a manifestação da area técnica em anexo.

Considerando que o Edital de licitação deve estabelecer o essencial, necessário ou suficiente para a habilitação e execução contratual, ou seja, deverá conter exigências e características imprescindíveis para realização dos serviços e consequentemente o atendimento aos Usuários do SUS.

Dessa forma com a finalidade de ampliarmos a competitividade, RECEBEMOS a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 096/2022 quanto ao seu mérito e JULGAMOS procedente.

Cuiabá MT, 02 de março de 2023.

KELLY FERNANDA  
GONÇALVES:87676052149

Assinado de forma digital por KELLY  
FERNANDA GONÇALVES:87676052149  
Dados: 2023.03.10 13:38:23 -04'00'

**KELLY FERNANDA GONÇALVES**  
Pregoeira Oficial – SES/MT



Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

## Pedido de Esclarecimento - PE 015/2023

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite &lt;danielleleite@ses.mt.gov.br&gt;

15 de fevereiro de 2023 às 16:44

Para: Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

Boa tarde,

SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – SUAC/SES  
Equipe de Pregão/SES.

A/C: Kelly Fernanda

**ASSUNTO: TERMO DE REFERÊNCIA Nº 037/2022/GBSAGH/SES/MT. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA.**

Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencadas abaixo da empresa **CONFIANCE MEDICAL**:

Por fim, identificamos o que melhor atende cada Unidade Hospitalar dentro de um universo de especificações possíveis visando seu pleno funcionamento.

Sendo assim, a descrição passou por reanálise técnica desta área demandante e visando o não direcionamento do item e maior competitividade entre os participantes, retificamos a especificação em tela em destaque, no qual fazemos constar abaixo, *in verbis*:

**ONDE SE LÊ: - ITEM 29 TORRE DE VÍDEO, CONTER:**

CÂMERA -CAPAZ DE GERAR, REPRODUZIR IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO 4K DE NO MÍNIMO 3840 X 2160 PIXELS COM TECNOLOGIA COM A MELHOR QUALIDADE DE IMAGEM PARA CIRURGIAS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

GRAVADOR DE GRAU MÉDICO, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM 4K, 3840 X 2160 PIXEL, COM ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS COM 4K OU SISTEMA DE GRAVAÇÃO 4K UHD ATRAVÉS DE USB INTEGRADO À PROCESSADORA DE CÂMERA..

01 MONITOR DE VÍDEO DE LED DE GRAU MÉDICO NO MÍNIMO DE 32 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3840 X 2160 PIXELS, COM SISTEMA DE COR PAL / NTSC E ENTRADA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR DE IMAGENS.

01 INSUFLADOR DE CO2, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, QUE PERMITIR AJUSTE DE FLUXO DE NO MÍNIMO 0 A 40 LITROS/MINUTO.

PERMITIR AJUSTE DE PRESSÃO DE 0 A 50 MMHG E COM DISPLAY QUE INDIQUE A RESERVA DE GÁS NO CILINDRO, PRESSÃO NO PACIENTE, FLUXO DE GÁS E VOLUME DE GÁS.

CIRCUITOS DE SEGURANÇA COM ALARME SONORO E VISUAL. COM SISTEMA DE AQUECIMENTO EXTERNO E AUTOCLAVÁVEL.

01 MANGUEIRA COM FILTRO ACOPLÁVEL AO INSUFLADOR PARA INSUFLAÇÃO DE CO2 AO PACIENTE.

02 MANGUEIRAS COM SISTEMA DE AQUECIMENTO.

01 MANGUEIRA DE CONEXÃO DO INSUFLADOR PARA O CILINDRO DE CO<sub>2</sub>.

02 CABOS DE FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 2 METROS COMPATÍVEIS COM A ÓTICA E CÂMERA.

02 ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS AUTOCLAVÁVEL, COMPATÍVEL COM A IMAGEM 4k, VISÃO FORO OBLIQUA DE 30 GRAUS, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTÃO, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE ANGULAR, COM DIÂMETRO DE 10 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM.

01 CARRINHO PARA ADEQUAR A TORRE, E MOVIMENTAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS E O CILINDRO DE CO<sub>2</sub>, COM RODÍZIOS E FREIO.

01 CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO DAS ÓTICAS E 2 CAIXAS COMPLETAS PARA VÍDEO.

01 CÂNULA DE INSUFLAÇÃO DE VERESS 120 MM.

02 TROCATER DE 10 MM COM VÁLVULA TORNEIRA.

02 TROCATER DE NO MÍNIMO 5 MM COM VÁLVULA TORNEIRA.

01 TROCATER DE 10MM COM PONTA PROTEGIDA.

01 EXTRATOR DE APÊNDICE E REDUTOR 10MM/5MM.

01 CÂNULA DE DISSECÇÃO COM GANCHO DE ÂNGULO RETO.

01 PINÇA FENESTRADA PARA FUNDO DE VESÍCULA MÍNIMO 33CM.

01 PINÇA DE APREENSÃO 2X4 DENTES 36CM

01 PINÇA DE APREENSÃO FENESTRADA ESPECIAL VESÍCULA MÍNIMO 33CM.

01 PINÇA DE DISSECÇÃO MARYLAND MÍNIMO 33CM.

01 TESOURA CURVA SERRILHADA CRUZADA MÍNIMO 33CM,  
01 APLICADOR DE CLIPS MÉDIUM LARGE 10MM MÍNIMO 33CM.

01 CABO DE DIATERMIA.

01 VÁLVULA PARA TUBO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO.

01 TUBO PARA IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO 5MM MÍNIMO 33CM.

01 TUBO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO 10MM MÍNIMO 33CM.

1 TUBO DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO COM PONTA AGULHA 5MM MÍNIMO 33CM.

01 CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS.

**LEIA-SE: - 29 ITEM TORRE DE VÍDEO, CONTER:**

CÂMERA -CAPAZ DE GERAR, REPRODUZIR IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO 4K DE NO MÍNIMO 3840 X 2160 PIXELS COM TECNOLOGIA COM A MELHOR QUALIDADE DE IMAGEM PARA CIRURGIAS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

GRAVADOR DE GRAU MÉDICO, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM 4K, 3840 X 2160 PIXEL, COM ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS COM 4K OU SISTEMA DE GRAVAÇÃO 4K UHD ATRAVÉS DE USB

INTEGRADO À PROCESSADORA DE CÂMERA..

01 MONITOR DE VÍDEO DE LED DE GRAU MÉDICO NO MÍNIMO DE 32 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3840 X 2160 PIXELS, COM SISTEMA DE COR PAL / NTSC E ENTRADA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR DE IMAGENS.

01 INSUFLADOR DE CO2, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, QUE PERMITIR AJUSTE DE FLUXO DE NO MÍNIMO 0 A 40 LITROS/MINUTO.

PERMITIR AJUSTE DE PRESSÃO DE 0 A 50 MMHG E COM DISPLAY QUE INDIQUE A RESERVA DE GÁS NO CILINDRO, PRESSÃO NO PACIENTE, FLUXO DE GÁS E VOLUME DE GÁS.

#### **FONTE DE LUZ**

-  
**01 FONTE DE ILUMINAÇÃO LED, EQUIVALENTE A XÊNON 300 WATTS.**

**POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, COM NO MÍNIMO 20.000 HORAS DE VIDA ÚTIL COM CAPACIDADE DE SER CONTROLADO POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127 E/OU 220V.**

CIRCUITOS DE SEGURANÇA COM ALARME SONORO E VISUAL. COM SISTEMA DE AQUECIMENTO EXTERNO E AUTOCLAVÁVEL.

01 MANGUEIRA COM FILTRO ACOPLÁVEL AO INSUFLADOR PARA INSUFLAÇÃO DE CO2 AO PACIENTE.

02 MANGUEIRAS COM SISTEMA DE AQUECIMENTO.

01 MANGUEIRA DE CONEXÃO DO INSUFLADOR PARA O CILINDRO DE CO2.

02 CABOS DE FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 2 METROS COMPATÍVEIS COM A ÓTICA E CÂMERA.

02 ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS AUTOCLAVÁVEL, COMPATÍVEL COM A IMAGEM 4k, VISÃO FORO OBLIQUA DE 30 GRAUS, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTÃO, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE ANGULAR, COM DIÂMETRO DE 10 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM.

01 CARRINHO PARA ADEQUAR A TORRE, E MOVIMENTAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS E O CILINDRO DE CO2, COM RODÍZIOS E FREIO.

01 CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO DAS ÓTICAS E 2 CAIXAS COMPLETAS PARA VÍDEO.

01 CÂNULA DE INSUFLAÇÃO DE VERESS 120 MM.

02 TROCATEURS DE 10 MM COM VÁLVULA TORNEIRA.

02 TROCATEURS DE NO MÍNIMO 5 MM COM VÁLVULA TORNEIRA.

01 TROCATER DE 10MM COM PONTA PROTEGIDA.

01 EXTRATOR DE APÊNDICE E REDUTOR 10MM/5MM.

01 CÂNULA DE DISSECÇÃO COM GANCHO DE ÂNGULO RETO.

01 PINÇA FENESTRADA PARA FUNDO DE VESÍCULA MÍNIMO 33CM.

01 PINÇA DE APREENSÃO 2X4 DENTES 36CM

01 PINÇA DE APREENSÃO FENESTRADA ESPECIAL VESÍCULA MÍNIMO 33CM.

01 PINÇA DE DISSECÇÃO MARYLAND MÍNIMO 33CM.

01 TESOURA CURVA SERRILHADA CRUZADA MÍNIMO 33CM,  
01 APLICADOR DE CLIPS MÉDIUM LARGE 10MM MÍNIMO 33CM.

01 CABO DE DIATERMIA.

01 VÁLVULA PARA TUBO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO.

01 TUBO PARA IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO 5MM MÍNIMO 33CM.

01 TUBO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO 10MM MÍNIMO 33CM.

1 TUBO DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO COM PONTA AGULHA 5MM MÍNIMO 33CM.

01 CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite  
Assistente de Direção  
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT