



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Aquisições e Contratos

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022/SES/MT
Processo: SES-PRO-2022/24571

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.441.389/0001-61, com sede no Centro Político e Administrativo – CPA, Bloco 05, nesta Capital, doravante denominada SES/MT, neste ato representada pela Pregoeira Oficial da SES, abaixo assinado, nomeada através da Portaria nº 916/2022/GBSES publicada em 23/12/2022, vem através deste manifestar resposta ao pedido de ESCLARECIMENTO formalizado pela empresa **LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA**, enviado ao e-mail pregao02@ses.mt.gov.br.

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório, que tem por objeto o ***“Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Bens Permanentes, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 2, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garanti.”*** conforme especificações, detalhamentos e condições constantes neste Edital e seus anexos, proveniente do Processo Administrativo nº **SES-PRO-2022/24571**

II – DA TEMPESTIVIDADE

Informamos que a presente impugnação se encontra tempestiva, visto que o Edital estava com sessão agendada para o dia 09 de janeiro de 2023, e a impugnação foi enviado por e-mail em nesta Secretaria de Estado de Saúde no dia 04/01/2023, sendo que caberia impugnação até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para sessão de abertura das propostas.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO

Considerando que a impugnação é referente a especificação técnica para aquisição do item 22, e ainda a manifestação da área técnica em anexo.

Considerando que o Edital de licitação deve estabelecer o essencial, necessário ou suficiente para a habilitação e execução contratual, ou seja, deverá conter exigências e características imprescindíveis para realização dos serviços e consequentemente o atendimento aos Usuários do SUS.

Dessa forma com a finalidade de ampliarmos a competitividade, RECEBEMOS a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 096/2022 quanto ao seu mérito ACATAMOS PARCIALMENTE .

Cuiabá MT, 24 de fevereiro de 2023.

KELLY FERNANDA
GONCALVES:87676052149

Assinado de forma digital por KELLY
FERNANDA GONCALVES:87676052149
Dados: 2023.02.24 14:09:46 -04'00'

KELLY FERNANDA GONÇALVES
Pregoeira Oficial – SES/MT



Impugnações - PE 096/2022

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

23 de fevereiro de 2023 às 17:02

SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – SUAC/SES.

Equipe de Pregão/SES.

A/C: Letícia Pereira

ASSUNTO: TERMO DE REFERÊNCIA Nº 048/2022/GBSAGH/SES/MT. PREGÃO ELETRÔNICO 096/2022. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 2, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos da Empresa LABOR MED elencadas abaixo:

ITEM 22 – SISTEMA DE VÍDEO COMPLETO

Esclarecimento 1) A processadora prevê como uma das especificações técnicas (características), Alta Resolução Full HD por meio de tecnologia I-Scan.

Resp: Após análise técnica faremos a alteração, onde solicitamos câmera capaz de gerar e reproduzir imagens de alta definição Full HD de no mínimo 1920 x 1080 linhas no mínimo, captadas por tecnologia de óticas.

Esclarecimento 2) O Monitor prevê como uma das especificações técnicas monitor de LCD de até 22 polegadas touchscreen.

Resp: O monitor precisa ter controles frontais de fácil manuseio, com saídas e entradas compatíveis com as mais diversas microcâmeras. A tela touchscreen é um tipo de tela sensível ao toque, permitindo que o profissional encoste nela e rapidamente o aparelho responda ao comando, são tecnologias existentes no mercado que facilita e acelera os procedimentos.

Esclarecimento 3) Existem no mercado fontes de luz com 150 ou 300W, a oferta de fonte de luz com lâmpada xênon de 150W será assegurada aos licitantes?

Resp: Para exames e procedimentos endoscópicos para qual o equipamento deverá possuir uma lâmpada de 300W de xênon, conforme descrição do RENEM , pois, facilitará muito o tratamento da imagem que for gerado a equipe médica.

Esclarecimento 4) Para a realização de exame de colonoscopia equipado com CCDs HD+ de resolução megapixels qual endoscópio deverá possuir estas funções?

Resp: Endoscópio Flexível.

Esclarecimento 5) Quais especificações técnicas do duodenoscópio a ser licitado (diâmetros externo e distal, canal de trabalho, comprimento?

Resp: A especificação técnica de medidas são as compatíveis com o Sistema de Vídeo completo.

Esclarecimento 6) Quais especificações técnicas do broncoscópio a ser licitado (diâmetros externo e distal, canal de trabalho, comprimento?

Resp: A especificação técnica de medidas são as compatíveis com o Sistema de Vídeo completo.

Esclarecimento 7) Poderá ser atendida através de nobreak bivolt automático ?

Resp: Manteremos a descrição quanto à alimentação Bivolt e/ou 220V, no entanto aceitaremos 01 no-break bivolt automático que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica.

Esclarecimento 8) O gravador de imagem e filmes poderá ser atendido através de equipamento externo ?

Resp: Sim aceitaremos um equipamento externo como computador.

Esclarecimento 9) Não disponibilizamos manual de serviço/técnico para manutenção dos equipamentos ?

Resp: Por questões de problemas anteriores e descontinuidade de assistência técnica por parte das empresas, temos equipamentos obsoletos por falta de acesso a estas informações, fazendo-se necessário esta solicitação.

Sendo assim, a descrição passou por reanálise técnica desta área demandante e visando o não direcionamento do item e maior competitividade entre os participantes, retificamos a especificação em tela em destaque, no qual fazemos constar abaixo, *in verbis*:

ONDE SE LÊ: ITEM 22 - SISTEMA DE VÍDEO COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE GASTROSCÓPIO (PARA EXAMES ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA) COM PROCESSADORA EM ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, POR MEIO DE TECNOLOGIA I-SCAN).

1 MONITOR DE LCD DE ATÉ 22 POLEGADAS TOUCH SCREEN, (SAÍDA DIGITAL, COM TWIN MODE E ZOOM, LÂMPADA XENON, COM FUNÇÕES IMAGIOLÓGICAS DE RESOLUÇÃO MEGAPIXAL E GAMA DE EXAME.

DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES TERAPÊUTICAS ADICIONAIS COM JATO D'ÁGUA.

PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCÓPIA EQUIPADO COM CCDS HD+ DE RESOLUÇÃO MEGAPIXEL COM CANAL DE INSTRUMENTO LARGO MÍN. 8,8XX E JATO D'ÁGUA.

GAMA DE EXAME COM PROXIMIDADE DE MÍN. 2MM DA MUCOSA E DOS VASOS SANGUÍNEOS.

DUODENNOSCÓPIO (PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGADA – VIA ENDOSCOPIA) COM EXTREMIDADE DISTAL DESMONTÁVEL PROPORCIONANDO MELHOR LIMPEZA, BRONCOSCÓPIO (PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BRONCOSCÓPIA – BRONCOFIBROSCOPIA), POSSUIR COMBINAÇÃO DE UM RAIOS DE DEFLEXÃO DA PONTA DISTAL PEQUENO E FLEXIBILIDADE MÁXIMA DOS TUDOS DE INSERÇÃO DAS MANOBRAS NOS BRÔNQUIOS

ALIMENTAÇÃO BIVOLT E/OU 220V.

1 CARRINHO TIPO RACK OU TORRE, GRAVADOR DE IMAGEM E FILMES.

1 LICENÇA DE SOFTWARE PARA CAPTURAR IMAGENS E VÍDEOS.

NOBREAK

LEIA-SE: ITEM 22 - SISTEMA DE VÍDEO COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE GASTROSCÓPIO (PARA EXAMES ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA) COM PROCESSADORA EM ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, POR MEIO DE TECNOLOGIA COM CÂMERA CAPAZ DE GERAR E REPRODUZIR IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO FULL HD DE NO MÍNIMO 1920 X 1080.

1 MONITOR DE LCD MÍNIMO 24 POLEGADAS TOUCH SCREEN, (SAÍDA DIGITAL E ZOOM, LÂMPADA XÊNON COM POTÊNCIA COMPATÍVEL A 300W, COM FUNÇÕES IMAGIOLÓGICAS DE RESOLUÇÃO MEGAPIXEL E GAMA DE EXAME.

DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES TERAPÊUTICAS ADICIONAIS COM JATO D'ÁGUA.

PARA REALIZAÇÃO DE EXAME VÍDEO GASTROSCOPIA FLEXÍVEL ELETRÔNICO COM CCD OU CMOS COLORIDO, COMPATÍVEL COM A PROCESSADORA DESCRITA, COM SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL. ÂNGULO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 140 GRAUS, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100 MM, COM CAPACIDADES DE ANGULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 210 GRAUS PARA CIMA, DE 90 A 120

GRAUS PARA BAIXO NO MÍNIMO É DE 100 A 120 GRAUS NO MÍNIMO PARA DIREITA E PARA ESQUERDA. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 9,8 (+/- 1MM), DIÂMETRO DISTAL DE APROXIMADAMENTE DE 9,8 (+/- 1MM), E DIÂMETRO APROXIMADO DO CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 1.050MM E COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 1350 MM. VÍDEO COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL ELETRÔNICO COM CCD OU CMOS COLORIDO, COMPATÍVEL COM A PROCESSADORA DESCRITA., SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 140 GRAUS, COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100 MM, TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 12,8 MM (+/- 1MM), PONTA DISTAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 12,8 MM (+/- 1MM) E CANAL PARA INSTRUMENTOS COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE 3,8 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 1600 A 1700 MM NO MÍNIMO, COMPRIMENTO TOTAL DE 1990MM A 2010MM NO MÍNIMO.

DUODENOSCÓPIO (PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGADA – VIA ENDOSCOPIA) COM EXTREMIDADE DISTAL DESMONTÁVEL PROPORCIONANDO MELHOR LIMPEZA.

BRONCOSCÓPIO (PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA – BRONCOFIBROSCOPIA), POSSUIR COMBINAÇÃO DE UM RAIOS DE DEFLEXÃO DA PONTA DISTAL PEQUENO E FLEXIBILIDADE MÁXIMA DOS TUBOS DE INSERÇÃO DAS MANOBRAS NOS BRÔNQUIOS

ALIMENTAÇÃO BIVOLT E/OU 220V.

1 CARRINHO TIPO RACK OU TORRE, GRAVADOR DE IMAGEM E FILMES.

1 LICENÇA DE SOFTWARE PARA CAPTURAR IMAGENS E VÍDEOS.

NOBREAK

Atenciosamente

Em qua., 4 de jan. de 2023 às 16:18, Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]