



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Aquisições e Contratos

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022/SES/MT
Processo: SES-PRO-2022/24571

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.441.389/0001-61, com sede no Centro Político e Administrativo – CPA, Bloco 05, nesta Capital, doravante denominada SES/MT, neste ato representada pela Pregoeira Oficial da SES, abaixo assinado, nomeada através da Portaria nº 916/2022/GBSES publicada em 23/12/2022, vem através deste manifestar resposta ao pedido de ESCLARECIMENTO formalizado pela empresa **OLYMPUS OPITICAL DO BRASIL LTDA**, enviado ao e-mail pregao02@ses.mt.gov.br.

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório, que tem por objeto o ***“Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Bens Permanentes, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 2, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia.”***, conforme especificações, detalhamentos e condições constantes neste Edital e seus anexos, proveniente do Processo Administrativo nº **SES-PRO-2022/24571**

II – DA TEMPESTIVIDADE

Informamos que o pedido de esclarecimento se encontra tempestivo, visto que o Edital estava com sessão agendada para o dia 09 de janeiro de 2023, e o pedido de esclarecimento foi enviado por e-mail em nesta Secretaria de Estado de Saúde no dia 02/01/2023, sendo que caberia pedido de esclarecimento até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para sessão de abertura das propostas.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO

Considerando que o pedido de esclarecimento é referente as especificações do item 22 – Bomba de Infusão, e ainda a manifestação da área técnica em anexo.

Considerando que o Edital de licitação deve estabelecer o essencial, necessário ou suficiente para a habilitação e execução contratual, ou seja, deverá conter as exigências e características imprescindíveis para realização dos serviços e, conseqüentemente, o atendimento aos Usuários do SUS.

Dessa forma com a finalidade de ampliarmos a competitividade, RECEBEMOS a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 096/2022 quanto ao seu mérito JULGAMOS procedente.

Cuiabá MT, 24 de fevereiro de 2023.

KELLY FERNANDA
GONCALVES:87676052149
Assinado de forma digital por KELLY
FERNANDA GONCALVES:87676052149
Dados: 2023.02.24 14:46:20 -04'00'
KELLY FERNANDA GONÇALVES
Pregoeira Oficial – SES/MT



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO.

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – SUAC/SES.
Equipe de Pregão/SES.

A/C: Letícia Pereira

ASSUNTO: TERMO DE REFERÊNCIA Nº 048/2022/GBSAGH/SES/MT. PREGÃO ELETRÔNICO 096/2022. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL ACQUIZITAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 2, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos da Empresa **OLYMPUS** elencadas abaixo:

Sendo assim, a descrição passou por reanálise técnica desta área demandante e visando o não direcionamento do item e maior competitividade entre os participantes, retificamos fazemos constar abaixo, *in verbis*:

ONDE SE LÊ: ITEM 22 - SISTEMA DE VÍDEO COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE GASTROSCÓPIO (PARA EXAMES ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA) COM FULL HD, POR MEIO DE TECNOLOGIA I-SCAN).

1 MONITOR DE LCD DE ATÉ 22 POLEGADAS TOUCH SCREEN, (SAÍDA DIGITAL, COM TWIN MODE E ZOOM, LÂMPADA XENON, COM FUNÇÕES IMAGIOLÓGICAS DE RESOLUÇÃO DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES TERAPÊUTICAS ADICIONAIS COM JATO D'ÁGUA.

PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCÓPIA EQUIPADO COM CCDs HD+ DE RESOLUÇÃO MEGAPIXEL COM CANAL DE INSTRUMENTO LARGO MÍN. 8,8XX E JATO DE ÁGUA GAMA DE EXAME COM PROXIMIDADE DE MÍN. 2MM DA MUCOSA E DOS VASOS SANGUÍNEOS.

DUODENOSCÓPIO (PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA – VIA ENDOSCOPIA) COM EXTREMIDADE DISTAL DESMONTÁVEL E PROTOCOLO DE BRONCOSCÓPIO (PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BRONCOSCÓPIA – BRONCOFIBROSCOPIA), POSSUIR COMBINAÇÃO DE UM RAIO DE DEFLEXÃO DA PONTA DISTAL DOS TUBOS DE INSERÇÃO DAS MANOBRAS NOS BRÔNQUIOS

ALIMENTAÇÃO BIVOLT E/OU 220V.

1 CARRINHO TIPO RACK OU TORRE, GRAVADOR DE IMAGEM E FILMES.

1 LICENÇA DE SOFTWARE PARA CAPTURAR IMAGENS E VÍDEOS.

NOBREAK

LEIA-SE: ITEM 22 - SISTEMA DE VÍDEO COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE GASTROSCÓPIO (PARA EXAMES ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA) COM FULL HD, POR MEIO DE TECNOLOGIA COM CÂMERA CAPAZ DE GERAR E REPRODUZIR IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO FULL HD DE NO MÍNIMO 1920 X 1080.

1 MONITOR DE LCD MÍNIMO 24 POLEGADAS TOUCH SCREEN, (SAÍDA DIGITAL E ZOOM, LÂMPADA XÊNON COM POTÊNCIA COMPATÍVEL A 300W, COM FUNÇÕES DE RESOLUÇÃO MEGAPIXEL E GAMA DE EXAME.

DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES TERAPÊUTICAS ADICIONAIS COM JATO D'ÁGUA.

PARA REALIZAÇÃO DE EXAME VÍDEO GASTROSCOPIA FLEXÍVEL ELETRÔNICO COM CCD OU CMOS COLORIDO, COMPATÍVEL COM A PROCESSADORA DESCRITA, COM 5" DE VISÃO FRONTAL. ÂNGULO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 140 GRAUS, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100 MM, COM CAPACIDADES DE ANGULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 90 A 120 GRAUS PARA BAIXO NO MÍNIMO É DE 100 A 120 GRAUS NO MÍNIMO PARA DIREITA E PARA ESQUERDA. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADAMENTE DE 9,8 (+/- 1MM), E DIÂMETRO APROXIMADO DO CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 1350 MM. VÍDEO COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL ELETRÔNICO COM CCD OU CMOS COLORIDO, COMPATÍVEL COM A PROCESSADORA DESCRITA, COM 5" DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 140 GRAUS, COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100 MM, TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 12,8 MM (+/- 1MM), PONTA DISTAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 12,8 MM (+/- 1MM) E CANAL PARA INSTRUMENTOS COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE 3,8 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 1990MM A 2010MM NO MÍNIMO.

DUODENOSCÓPIO (PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA – VIA ENDOSCOPIA) COM EXTREMIDADE DISTAL DESMONTÁVEL E PROTOCOLO DE BRONCOSCÓPIO (PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BRONCOSCÓPIA – BRONCOFIBROSCOPIA), POSSUIR COMBINAÇÃO DE UM RAIO DE DEFLEXÃO DA PONTA DISTAL DOS TUBOS DE INSERÇÃO DAS MANOBRAS NOS BRÔNQUIOS

ALIMENTAÇÃO BIVOLT E/OU 220V.

1 CARRINHO TIPO RACK OU TORRE, GRAVADOR DE IMAGEM E FILMES.

1 LICENÇA DE SOFTWARE PARA CAPTURAR IMAGENS E VÍDEOS.

NOBREAK

Atenciosamente



Responder

Encaminhar

Em sex., 3 de fev. de 2023 às 15:08, raphael denner <raphaeldenner@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite
Assistente de Direção
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT