



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PE 30/2022 - GOVERNO DO ESTADO DE MT - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - RNT01

Diretoria LACEN <dirlacen@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

4 de abril de 2023 às 10:48

Bom dia,
Segue retificação das respostas quanto aos questionamentos:

ITEM 1

O equipamento a ser ofertado acompanha kit de calibração com cubetas seladas de formazina estabilizada nas concentrações de 20, 100 e 800 NTU e 1 padrão para checagem da calibração 10 NTU. Visto que os pontos de calibração acima citados foram estudados pelo fabricante e oferecem um melhor desempenho ao equipamento a ser ofertado, há alguma objeção em relação a fornecermos esse kit?

Não temos objeção.

- O equipamento a ser ofertado permite o armazenamento automático de até 500 registros contendo as seguintes informações: data, hora, ID do operador, modo de leitura, ID da amostra, número da amostra, as unidades, tempo de calibração, estado de calibração, mensagens de erro, e o resultado, será aceito?

Sim, será aceito.

- Será aceito um equipamento que é calibrado em 3 pontos e um quarto ponto será para verificação da calibração?

Sim, será aceito.

- Será aceito um equipamento que não possui calibração automática com fonte de luz infravermelha?

Não será aceito.

LACEN-MT

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MATO GROSSO

Rua Santiago, 70 - Jardim das Américas

CEP: 78060-628, Cuiabá-MT

E-mail: dirlacen@ses.mt.gov.br

Em ter., 28 de mar. de 2023 às 15:49, Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]