



## Pedido de Esclarecimento - PE 015/2023

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

7 de março de 2023 às 18:12

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

**SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – SUAC/SES**  
**Equipe de Pregão/SES.**

**A/C: Kelly Fernanda**

**ASSUNTO: TERMO DE REFERÊNCIA Nº 037/2022/GBSAGH/SES/MT. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA**

**Senhora Pregoeira**

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos encaminhados pela empresa **LOTUS**:

Quanto ao Item 30 - Ureterorrenoscópio Rígido.

**Esclarecimento 3)** A descrição passou por reanálise técnica desta área demandante, retificamos a especificação em tela em destaque, no qual fazemos constar abaixo, *in verbis*:

**ONDE SE LÊ: ITEM 30 - URETERORRENOSCÓPIO RÍGIDO:** RESOLUÇÃO DE IMAGEM 400X400 TUDO EM UM ESPAÇO REDUZIDO, SIMULTANEIDADE DOS COMANDOS MANUAIS COM A PONTA DISTAL (1:1) TECNOLOGIA LED. CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO. FOCO AUTOMÁTICO. GATILHO DE DEFLEXÃO MANUAL, QUE QUANDO ACIONADO, MOVIMENTA A PONTA FLEXÍVEL EM 1:1 ATÉ 275°, EM AMBAS DIREÇÕES, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DE TODO O TRATO URINÁRIO. CANAL DE TRABALHO EM 45° COM Ø DE 3.6FR, POSSIBILITANDO INSERÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS OU IRRIGAÇÃO. PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. PERDA MÍNIMA DA DEFLEXÃO DISTAL NA COLOCAÇÃO DA FIBRA DE LASER E INSTRUMENTOS FLEXÍVEIS. COMPOSIÇÃO CORPO PRINCIPAL: METAL ANODIZADO, POSIÇÃO CANAL DE TRABALHO: PTFE DIREÇÃO DE VISÃO: 0° COMPRIMENTO DE TRABALHO: 670MM DIÂMETRO PONTA DISTAL: 7.5FR DIÂMETRO TUBO DE INSERÇÃO: 8.5FR CANAL DE TRABALHO: 3.6FR RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 400X400 (160.000 PIXELS).

**LEIA-SE: ÍTEM 30 - URETERORRENOSCOPIO RÍGIDO:** EXTREMIDADE DISTAL= 8 FR., CAMISA =9,5 FR., 1 NÍVEL ,12 FR., CANAL DE TRABALHO= 6 FR., PARA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL DE ATÉ 5 FR., ÓTICA= SISTEMA DE LENTE ÓPTICA AVANÇADA FEITO DE FIBRA DE SAFIRA E SISTEMA ANTI REFLEXO DE LUZ, DIREÇÃO VISUAL DE MÍNIMO 6°, COMPRIMENTO EM TORNO DE = 43 CM, OCULAR= ANGULADA E RÍGIDA.

ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS PELO MENOS 02 (DUAS) TORNEIRAS PARA DOSAGEM PRECISA, 02 (DUAS) ADAPTADORES PARA INSERÇÃO DE INSTRUMENTO COM SISTEMA E VEDAÇÃO E FECHAMENTO RÁPIDO (CANAL RETO) ACOMPANHA DE PELO MENOS 40 UNIDADES DE SELO DE VEDAÇÃO PARA CANAL DE TRABALHO E CESTO ARAMADO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS, PELO MENOS 08 PASTAS PARA POLIR A LENTE.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite  
Assistente de Direção  
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT