



RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021/SES/MT

O ESTADO DE MATO GROSSO através da **Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso**, doravante denominada SES/MT, por intermédio da Pregoeira Oficial, instituída pela Portaria n.º 749/2021/GBSES publicada em 19/09/2021, vem, em razão de **Solicitação de esclarecimentos** ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 065/2021/SES/MT, solicitado pela empresa **MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 02.949582/0001-82, apresentar as respostas quanto ao questionamento da referida empresa.

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório, que tem por objeto a *“Futura e eventual aquisição de Equipamento Hospitalar, “Perfurador Ósseo Hospitalar”, assistência técnica e garantia, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso”*. conforme especificações descritas no Termo de Referência e demais condições contidas no Edital de PE nº 066/2021/SES/MT, e seus anexos, proveniente do Processo Administrativo nº 327275/2021.

DA ANÁLISE DO PEDIDO

Tendo em vista que as solicitações de esclarecimentos são exclusivamente técnicas encaminhamos a área demandante que se manifestou conforme segue:

“RESPOSTA à SECRETARIA DE ESTADO DO MATO GROSSO - MT SECRETARIA ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 327275/2021 MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ALTERAÇÃO DOS PERFURADORES ÓSSEOS.

Perfurador Ósseo Hospitalar Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. CNPJ: 02.949.582/0001-82 IE: 901.779.79-10 - ROD. BR 277, 3931 – KM 04 - Orleans CEP: 82305-100 - Curitiba – Pr - Fone/fax:(41) 3253-0500 - Banco do Brasil Ag. 3406 - 1 C/C. 35930-0 E-mail: luciano@medicalway.com.br 2

Consta no Edital: MANDRIL DE ENGATE RÁPIDO DE TORQUE, AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX COM ABERTURA AJUSTÁVEL DE 0 ATÉ 10,0MM (COM CHAVE PARA APERTO).

01 - Perguntamos: Serão aceitos adaptadores Reamer com abertura até 7,4 MM tendo em vista que as fresas com dimensões maiores tem o mesmo encaixe e não há fresas com dimensões de 10,0 MM. No caso de Brocas, as brocas com diâmetros maiores o encaixe da broca é igual independente do diâmetro da mesma?

Resposta: Para tender a necessidade e a capacidade de cirurgias ortopédicas, as brocas podem sim ser conforme diâmetro maiores ao encaixe da broca independente do descritivo, porém o DRILL deve ter a abertura completa para encaixe.

02 - Consta no Edital: MALETA PARA TRANSPORTE. Perguntamos: Será aceito que a empresa vencedora entregue a caixa de esterilização que possui alça para transporte ao invés de maleta de transporte?



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Aquisições e Contratos

Resposta: Sim, preferencialmente a caixa de esterilização.

03 - Consta no Edital: ÓLEO LUBRIFICANTE ESPECÍFICO AO EQUIPAMENTO.

Perguntamos: Se o perfurador não necessitar de óleo lubrificante (sem fornecimento de óleo lubrificante) poderemos participar da concorrência?

Resposta: Se o perfurado não precisar mande o laudo e especificação deste item, caso contrário não poderão participar da concorrência.

04 - Consta no Edital: DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E DE SUPORTE TÉCNICO ... b) O

prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas nos bens e seus componentes, contando a partir da abertura do chamado, é de 48 (quarenta e oito) horas; Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. CNPJ: 02.949.582/0001-82 IE: 901.779.79-10 - ROD. BR 277, 3931 – KM 04 - Orleans CEP: 82305-100 - Curitiba – Pr - Fone/fax:(41) 3253-0500 - Banco do Brasil Ag. 3406 - 1 C/C. 35930-0 E-mail: luciano@medicalway.com.br 3

Perguntamos: Poderá o prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas nos bens e seus componentes, contando a partir da abertura do chamado, de 15 (quinze) dias?

Resposta: Não o prazo deve ser cumprido conforme edital, nossas escalas cirúrgicas são de grande movimentação a ortopedia opera em torno de 12 procedimentos diários, o prazo máximo de 48 horas. (..) “

Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2021.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial da SES/MT
(Original assinado nos autos)