



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 032/2023 - PROC ADM 2022/38497 - ITEM ELETROCARDIOGRAFO

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

24 de abril de 2023 às 16:22

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br>

Boa tarde, Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencados abaixo da empresa "**CARDIOS**", interessado em participar do certame, temos a informar o quanto segue acerca do questionamento:

Esclarecimento 1) Quanto ao Item 11 – "Eletrocardiógrafo" Será aceito item que NÃO contemple **IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA COM IMPRESSÃO** ou não haverá possibilidade..?

Resp: Informamos que a descrição passou por reanálise técnica desta área demandante e visando o não direcionamento do item e maior competitividade entre os participantes, retificamos a especificação em tela, no qual fazemos constar abaixo o Item 13, *in verbis*:

ONDE SE LÊ: ITEM 11 - ELETROCARDIOGRAFO, COM 12 CANAIS COM TELA MÍNIMO DE 7" TOUCHSCREEN. USB E/OU WI-FI. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA COM IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS EM FORMATO A4. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V.

LEIA-SE: ITEM 11 - ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES, DISPLAY DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO - TOUCH SCREEN DE 5" NO MÍNIMO, VISUALIZAÇÃO COMPLETA DO TRAÇADO ECG EM TEMPO REAL ANTES DA AQUISIÇÃO OU IMPRESSÃO, PERMITIR A IMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO A4, PERMITIR ESCOLHA DE QUANTIDADE DE DERIVAÇÕES A SEREM IMPRESSAS, ARMAZENAMENTO DE EXAMES IGUAL OU MAIOR QUE 50 EXAMES, BATERIA COM DURAÇÃO MAIOR QUE 60 MINUTOS E RECARREGÁVEL, ALGORITMO DE INTERPRETAÇÃO DE ECG, DEVE PERMITIR O AJUSTE DE VELOCIDADE DE AVAÇO DO PAPEL, DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE QUALIDADE DO CONTATO DO ELETRODO COM A PELE, TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 100 HZ, FILTRO DIGITAL DE 60 HZ, FILTRO CONTRA TREMOR MUSCULAR E DESVIOS DE LINHA DE BASE, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CARDIOVERSORES / DESFIBRILADORES, POSSIBILIDADE DE ENVIO DOS EXAMES ATRAVÉS DE REDE DE DADOS WI-FI E EM FORMATO PDF, DEVE POSSUIR CARRINHO PARA TRANSPORTE, DEVE POSSUIR UM SUPORTE PARA O CABO TRONCO, CABO TRONCO COM 10 DERIVAÇÕES COM SEUS RESPECTIVOS RABICHOS, 01 CONJUNTO DE 04 PINÇAS PARA MEMBROS PERIFÉRICOS, 01 CONJUNTO DE PERAS PARA DERIVAÇÕES V1 A V6, 01 KIT DE GARRAS PARA ELETRODOS COM 6 DERIVAÇÕES, 01 TUBO DE GEL, 01 PAPEL PARA IMPRESSORA, PESO MÍNIMO DE 1KG, TER SAÍDA USB, TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DE DADOS DO PACIENTE, ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESCONECTADA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V OU BIVOLT.

Desta forma, confirmamos que será necessário a impressora térmica integrada.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite
Assistente de Direção
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT