



Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

---

## Esclarecimento PE 32/2023

---

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

14 de abril de 2023 às 17:21

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

### Boa Tarde, Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencados abaixo da empresa "**CATIONLAB**", interessado em participar do certame, temos a informar o quanto segue acerca do questionamento:

**Esclarecimento 1)** o equipamento em questão precisa ser refrigerado e atender a faixa negativa de -10°C, ou se a temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente até 100°C atende ao solicitante.

**Resp:** Sim.! O equipamento precisa ser resfriado, com medição e controle de temperatura dentro da faixa de aplicabilidade de -10°C e 120 °C, com precisão igual ou melhor que  $\pm 1,5$  °C.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
  
Danielle Leite  
Assistente de Direção  
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT