



pregão 015.2023

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

14 de fevereiro de 2023 às 15:47

Boa tarde,

SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – SUAC/SES
Equipe de Pregão/SES.

A/C: Kelly Fernanda

ASSUNTO: TERMO DE REFERÊNCIA N° 037/2022/GBSAGH/SES/MT. PREGÃO ELETRÔNICO 096/2022. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA.

Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencados abaixo da empresa **FANEM LTDA:**

Relativo ao Item 01 - Aparelho de Fototerapia

Esclarecimento 1) O órgão aceitaria o equipamento com único led branco para iluminação?

Resp: Solicitamos que a empresa comprove que a única led branca seja capaz de gerar iluminação Auxiliar compatível com os 3 leds solicitados

Relativo ao Item 04 - Aspirador de Secreção

Esclarecimento 2) O órgão aceitaria o equipamento que não possua mangueira sanfonada e espêculo ?

Resp: Informamos que essa especificação passou por análise técnica e não será possível aceitarmos que esse equipamento não tenha os itens autoclaváveis. Manteremos a descrição

Relativo ao Item 08 - Berço Aquecido

Esclarecimento 3) O órgão aceitaria o equipamento que possua colchão de espuma de poliuretano, com efeito de memória e coberto com capa de PVC ?

Resp: Lembramos que é uma solicitação com grau de segurança a vida de neonato, não é possível aceitar um equipamento que não esteja equipado com a capacidade de ser autoclavável. Manteremos a descrição

Esclarecimento 4) O órgão aceitaria o equipamento que possua uma única alimentação elétrica sendo 127 ou 220V?

Resp: Sim aceitaremos alimentação elétrica 127V ou 220V.

Relativo ao Item 09 - Berço Hospitalar para Recém nascido.

Esclarecimento) O órgão aceitaria o equipamento construído em estrutura tubular metálica de 1ª de diâmetro, sem solda aparente com acabamento em pin anticorrosivo na cor

areia?

Resp: A qualidade, segurança e durabilidade do aço inox e pintura epóxi para estes não podem ser alterados, devida a necessidade diária de descontaminação. Manteremos a descrição.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite
Assistente de Direção
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT