



Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

## IMPORTANTE: Pedido de esclarecimento ref. Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2023 da Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite &lt;danielleleite@ses.mt.gov.br&gt;

24 de abril de 2023 às 16:05

Para: Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;, Luciana Lopes Castanha Souto &lt;lucianasouto@ses.mt.gov.br&gt;

**Boa tarde, Senhora Pregoeira**

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencados abaixo da empresa "**WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**", interessado em participar do certame do item 08 - "Bisturi Elétrico a partir de 151 W", temos a informar o quanto segue acerca do questionamento:

**Esclarecimento 1)** Qual numero do CPNJ serão adquiridos

**Resp:** Por meio do CNPJ nº 04.441.389/0001-91, Secretaria de Estado de Saúde.

**Esclarecimento 1)** Análise do manual para verificar se o Bisturi Eletrônico Microprocessado modelo SS- 501LX da marca Wem atende ao exigido no edital

**Resp:** No manual enviado pela empresa licitante informa que o transporte do Bisturi WEM é um acessório opcional, lembramos que na descrição do edital foi solicitado o "Carro de transporte"

Não localizamos no manual os seguintes itens:

01 PLACA AUTOADESIVA BIPARTIDA DESCARTÁVEL.

01 CABO P/ PLACA AUTOADESIVA BIPARTIDA.

01 CANETA COMANDO PEDAL REUTILIZÁVEL (OBS: só localizamos no manual referência a Caneta Rocker Switch reutilizável, faz a mesma função ???)

ALÇA PARA TRANSPORTE

APROXIMADAMENTE DE FREQUÊNCIA 400KHZ (Obs: Só localizamos no manual com referência de no máximo 390Hz, faz a mesma função ???)

PEDAL CONTRA A PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA (Obs: Não localizamos no manual referencia desta descrição nos pedais que vem de acessório)

PLACA NEUTRA EM INOX DE APROXIMADAMENTE (150X100X0,5MM)

01 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO APROXIMADAMENTE 65MM

01 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA APROXIMADAMENTE 0=4,5MM

01 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA APROXIMADAMENTE 66MM

Desta forma, o equipamento ofertado não está atendendo ao solicitado em edital, caso contrário a empresa nos informe em qual página consta os referidos itens para que possa passar por nova análise.

Atenciosamente

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite  
Assistente de Direção  
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT