



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

ESCLARECIMENTO, PE 032/2023

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

12 de abril de 2023 às 17:09

Boa tarde, Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencados abaixo da empresa "**PROLIFE EQUIPAMENTOS LTDA**", interessado em participar do certame do Item 13 - Eletrocardiógrafo, temos a informar o quanto segue acerca do questionamento.

Esclarecimento 1) Desta forma, questionamos, serão aceitos eletrocardiógrafos que possuem tela de pelo menos 7 polegadas, alta resolução, e permitem a inserção de dados dos pacientes e principais funções do equipamento através de teclado alfanumérico de membrana sensível ao toque e serão aceitos equipamentos que permitem impressão de 3,6 e 12 canais em papel termosensível A4?

Resp: Sendo assim, a descrição passou por reanálise técnica desta área demandante e visando o não direcionamento do item e maior competitividade entre os participantes, retificamos a especificação em tela, no qual fazemos constar abaixo o Item 13, *in verbis*:

ONDE SE LÊ: ITEM 13 - ELETROCARDIÓGRAFO, COM 12 CANAIS COM TELA MÍNIMO DE 7" TOUCHSCREEN. USB E/OU WI-FI. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA COM IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS EM FORMATO A4. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V.

LEIA-SE: ITEM 13 - ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES, DISPLAY DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO - TOUCH SCREEN DE 5" NO MÍNIMO, VISUALIZAÇÃO COMPLETA DO TRAÇADO ECG EM TEMPO REAL ANTES DA AQUISIÇÃO OU IMPRESSÃO, PERMITIR A IMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO A4, PERMITIR ESCOLHA DE QUANTIDADE DE DERIVAÇÕES A SEREM IMPRESSAS, ARMAZENAMENTO DE EXAMES IGUAL OU MAIOR QUE 50 EXAMES, BATERIA COM DURAÇÃO MAIOR QUE 60 MINUTOS E RECARREGÁVEL, ALGORITMO DE INTERPRETAÇÃO DE ECG, DEVE PERMITIR O AJUSTE DE VELOCIDADE DE AVAÇO DO PAPEL, DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE QUALIDADE DO CONTATO DO ELETRODO COM A PELE, TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 100 HZ, FILTRO DIGITAL DE 60 HZ, FILTRO CONTRA TREMOR MUSCULAR E DESVIOS DE LINHA DE BASE, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CARDIOVERSORES / DESFIBRILADORES, POSSIBILIDADE DE ENVIO DOS EXAMES ATRAVÉS DE REDE DE DADOS WI-FI E EM FORMATO PDF, DEVE POSSUIR CARRINHO PARA TRANSPORTE, DEVE POSSUIR UM SUPORTE PARA O CABO TRONCO, CABO TRONCO COM 10 DERIVAÇÕES COM SEUS RESPECTIVOS RABICHOS, 01 CONJUNTO DE 04 PINÇAS PARA MEMBROS PERIFÉRICOS, 01 CONJUNTO DE PERAS PARA DERIVAÇÕES V1 A V6, 01 KIT DE GARRAS PARA ELETRODOS COM 6 DERIVAÇÕES, 01 TUBO DE GEL, 01 PAPEL PARA IMPRESSORA, PESO MÍNIMO DE 1KG, TER SAÍDA USB, TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DE DADOS DO PACIENTE, ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESCONECTADA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V OU BIVOLT.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite
Assistente de Direção
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT