



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

Cuiabá, 16 de agosto de 2021.

**2º PARECER TÉCNICO SOBRE A DESCRIÇÃO MATERIAIS SOLICITADAS NO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 047/2021**

Prezados senhores,

Em resposta a solicitação segue o parecer técnico referente ao pregão acima mencionado, com algumas observações:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
1	Acessório para calçar próteses de amputação transfemural - fabricado em tecido exclusivo e destinado para o calçamento de próteses transfemorais, em cores diversas - Quick Fit, tamanho Pequeno. Unidade.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
2	Acessório para calçar próteses de amputação transfemural - fabricado em tecido exclusivo e destinado para o calçamento de próteses transfemorais, em cores diversas - Quick Fit, tamanho Médio. Unidade.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
3	Acessório para calçar próteses de amputação transfemural - fabricado em tecido exclusivo e destinado para o calçamento de próteses transfemorais, em cores diversas - Quick Fit, tamanho Grande. Unidade.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
4	Acessório para calçar próteses de amputação transfemural - fabricado em tecido exclusivo e destinado para o calçamento de próteses transfemorais, em cores diversas - Quick Fit, tamanho Extra Grande. Unidade.	REAL MED	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

5	Almofada de assento para cadeira de rodas para prevenção de úlceras de pressão – simples - almofadas de assento quadradas confeccionadas em PVC ou outro material resistente, maleável e impermeável, preenchidas com gel, de fácil higienização e desinfecção. Removível para permitir fechamento da cadeira de rodas. Medidas disponibilizadas conforme medida do assento da cadeira de rodas. Registro na ANVISA. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
6	Almofada de assento para prevenção de úlceras de pressão em células de ar: almofadas de assento com células de ar interconectadas com 10 cm de altura cada célula, confeccionada em borracha sintética com válvulas de inflação de latão niquelado, capa impermeável e laterais confeccionados em material sintético resistente ao fogo e base reforçada. Removível para permitir fechamento da cadeira de rodas. Medidas disponibilizadas conforme demanda e necessidade da instituição. Acompanhada de uma capa removível e lavável, confeccionada em tecido elástico e nylon, além de uma bomba para seu enchimento, manual de instruções e kit de reparo. Garantia do fabricante. Registro na ANVISA. Unidade.		
7	Almofada de assento para prevenção de úlceras de pressão em células de ar: almofadas de assento com células de ar interconectadas com 05 cm de altura cada célula, confeccionada em borracha sintética com válvulas de inflação de latão niquelado, capa impermeável e laterais confeccionados em material sintético resistente ao fogo e base reforçada. Removível para permitir fechamento da cadeira de rodas. Medidas disponibilizadas conforme demanda e necessidade da instituição. Acompanhada de uma capa removível e lavável, confeccionada em tecido elástico e nylon, além de uma bomba para seu enchimento, manual de instruções e kit de reparo. Garantia do fabricante. Registro na ANVISA.		



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	Unidade.		
8	Andador com rodízio, confeccionado em alumínio, dobrável, regulável na altura, rodas anteriores, ponteira de borracha resistente, tamanho adulto . Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
9	Andador com rodízio, confeccionado em alumínio, dobrável, regulável na altura, rodas anteriores, ponteira de borracha resistente, tamanho infantil . Unidade.	AAZ SAÚDE	CONFORME OBSERVAÇÃO
10	Andador fixo, confeccionado em alumínio, dobrável, articulado, ponteira aderente (borracha), regulagem de altura, tamanho adulto. Até 130 kg Unidade.	AAZ SAÚDE	
11	Andador fixo, duas barras, confeccionado em alumínio, dobrável, articulado, ponteira aderente (borracha), regulagem de altura, suporta até 70 kg. Unidade	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
12	Andador fixo, confeccionado em alumínio, dobrável, articulado, ponteira aderente (borracha), regulagem de altura, tamanho infantil. Unidade	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
13	Bengala 04 pontos, confeccionada em alumínio com cabo fixo, pés fixos com ponteiras de borracha. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
14	Bengala de alumínio, confeccionado em alumínio não articulada, cabo em "T", ponteiras de borracha. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
15	Bengala tipo canadense, confeccionada em alumínio anodizado, braçadeira articulada, três ajustes de altura regulável entre punho e braçadeira com ponteira de borracha resistente, tamanho	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	pequeno. Par.		
16	Bengala tipo canadense, confeccionada em alumínio anodizado, braçadeira articulada, três ajustes de altura regulável entre punho e braçadeira com ponteira de borracha resistente, tamanho médio. Par.	AAZ SAÚDE	
17	Bengala tipo canadense, confeccionada em alumínio anodizado, braçadeira articulada, três ajustes de altura regulável entre punho e braçadeira com ponteira de borracha resistente, tamanho grande. Par.	AAZ SAÚDE	
18	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada para aparelho tutor, nº 24. Cor preta. Par.		
19	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 25. Cor preta. Par.		
20	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 26. Cor preta. Par.		
21	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para		



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas

Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	aparelho tutor, nº 27. Cor preta. Par.		
22	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 28. Cor preta. Par.		
23	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 29. Cor preta. Par.		
24	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 30. Cor preta. Par.		
25	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 31. Cor preta. Par.		
26	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para		



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	aparelho tutor, nº 32. Cor preta. Par.		
27	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 33. Cor preta. Par.		
28	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 34. Cor preta. Par.		
29	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 35. Cor preta. Par.		
30	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 36. Cor preta. Par.		
31	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para		



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas

Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	aparelho tutor, nº 37. Cor preta. Par.		
32	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 38. Cor preta. Par.		
33	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 39. Cor preta. Par.		
34	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 40. Cor preta. Par.		
35	Bota ortopédica, confeccionado em couro, com contraforte rígido e forração especial para reduzir o máximo ponto de atrito ou de pressão, solado de grupão rígido, salto simples de borracha antiderrapante, formas retas, corte com abertura atlética e ilhós niquelado. Podendo ser usada Para aparelho tutor, nº 41. Cor preta. Par.		
36	Calçado anatômico Feminino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 37. Cor Preta. Par.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS: ABAIXO
37	Calçado anatômico Feminino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas

Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 38. Cor Preta. Par.		OBS: ABAIXO
38	Calçado anatômico Feminino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 39. Cor Preta. Par.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS: ABAIXO
39	Calçado anatômico Feminino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 40. Cor Preta. Par.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS: ABAIXO
40	Calçado anatômico Masculino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 37. Cor Preta. Par.		
41	Calçado anatômico Masculino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 38 Cor Preta. Par.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS: ABAIXO
42	Calçado anatômico Masculino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 39. Cor Preta. Par.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS ABAIXO
43	Calçado anatômico Masculino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS: ABAIXO



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	plantar nº 40. Cor Preta. Par.		
44	Calçado anatômico Masculino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 41. Cor Preta. Par.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS ABAIXO
45	Calçado anatômico Masculino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 42. Cor Preta. Par.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS: ABAIXO
46	Calçado anatômico Masculino com palmilha para pé neuropático. Confeccionado com forração e solado especial para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotado de palmilhas especiais, até mesmo em silicone, que se adaptem à anatomia plantar nº 43. Cor Preta. Par.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS: ABAIXO
47	Calcanheira para esporão Montreal pequeno (em plástico sintético similar ao silicone). Unidade.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
48	Calcanheira para esporão Montreal médio (em plástico sintético similar ao silicone). Unidade.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
49	Calcanheira para esporão Montreal grande (em plástico sintético similar ao silicone). Unidade.	ORTHEC	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
50	Cinta para transferências com perneiras - adaptações para atividade de vida diária (AVD): cinto em lona ou couro sintético, extra-resistente, acolchoada com tecido macio, superfície interna antiderrapante, com 4 a 6 alças laterais, fivela de liberação rápida, com estrutura e acabamento reforçado, para realização de transferências de posicionamento com alças de sustentação em região inguinal (ex.: deitado para sentado, sentado para posição ortostática) ou de superfícies. Deve ser	CRYSSIL	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	ajustável em cinturas de 75 a 140 centímetros. Indicado para pessoas com até 150kg. Registro na ANVISA. Unidade.		
51	Colar cervical com apoio mentoniano; confeccionado em plástico flexível estofado nas bordas, apoio mentoniano para reduzir movimentos, almofada sobre o esterno, ajuste na altura com fecho em velcro. Indicações: traumatismos, torcicolos, artrites, inclusive a nematóide, artroses e outras afecções na coluna cervical. Tamanho pequeno. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
52	Colar cervical com apoio mentoniano; confeccionado em plástico flexível estofado nas bordas, apoio mentoniano para reduzir movimentos, almofada sobre o esterno, ajuste na altura com fecho em velcro. Indicações: traumatismos, torcicolos, artrites, inclusive a nematóide, artroses e outras afecções na coluna cervical. Tamanho médio. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
53	Colar cervical com apoio mentoniano; confeccionado em plástico flexível estofado nas bordas, apoio mentoniano para reduzir movimentos, almofada sobre o esterno, ajuste na altura com fecho em velcro. Indicações: traumatismos, torcicolos, artrites, inclusive a nematóide, artroses e outras afecções na coluna cervical. Tamanho grande. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
54	Colar cervical tamanho grande - confeccionado em espuma semirrígida de alta densidade, revestida com tecido antialérgico, com costura interna e fecho regulável em velcro. Embalado individualmente, com dados de identificação e procedência. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
55	Colar cervical tamanho médio - confeccionado em espuma semirrígida de alta densidade, revestida com tecido antialérgico, com costura interna e fecho regulável em velcro. Embalado individualmente, com dados de identificação e procedência. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas

Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

56	Colar cervical tamanho pequeno - confeccionado em espuma semirrígida de alta densidade, revestida com tecido antialérgico, com costura interna e feche regulável em velcro. Embalado individualmente, com dados de identificação e procedência. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
57	Colar Filadelfia, tamanho grande, confeccionado em "suftform" com suporte mentoniano e occipital em plástico rígido resistente. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
58	Colar Filadelfia, tamanho médio, confeccionado em "suftform" com suporte mentoniano e occipital em plástico rígido resistente. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
59	Colar Filadelfia, tamanho pequeno, confeccionado em "suftform" com suporte mentoniano e occipital em plástico rígido resistente. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
60	Colete em elástico tipo putti, alto, lombo-sacro – extra-grande, confeccionado em elástico macio e resistente, reforços laterais, barbatanas em duralumínio, fechos em velcro, lavável. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
61	Colete em elástico tipo putti, alto, lombo-sacro - grande, confeccionado em elástico macio e resistente, reforços laterais, barbatanas em duralumínio, fechos em velcro, lavável. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
62	Colete em elástico tipo putti, alto, lombo-sacro - médio, confeccionado em elástico macio e resistente, reforços laterais, barbatanas em duralumínio, fechos em velcro, lavável. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
63	Colete em elástico tipo putti, alto, lombo-sacro - pequeno, confeccionado em elástico macio e resistente, reforços laterais, barbatanas em duralumínio, fechos em velcro, lavável. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
64	Colete em elástico tipo putti, baixo, lombo-sacro – extra-grande, confeccionado em elástico macio e resistente, reforços laterais, barbatanas em duralumínio, fechos em velcro, lavável. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas

Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

65	Colete em elástico tipo putti, baixo, lombo-sacro - grande, confeccionado em elástico macio e resistente, reforços laterais, barbatanas em duralumínio, fechados em velcro, lavável. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
66	Colete em elástico tipo putti, baixo, lombo-sacro - médio, confeccionado em elástico macio e resistente, reforços laterais, barbatanas em duralumínio, fechados em velcro, lavável. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
67	Colete em elástico tipo putti, baixo, lombo-sacro - pequeno, confeccionado em elástico macio e resistente, reforços laterais, barbatanas em duralumínio, fechados em velcro, lavável. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
68	Colete Jewett, confeccionado com duralumínio, espuma e velcro. Tamanho extragrande. Unidade.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
69	Colete Jewett, confeccionado com duralumínio, espuma e velcro. Tamanho grande. Unidade.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
70	Colete Jewett, confeccionado com duralumínio, espuma e velcro. Tamanho médio. Unidade.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
71	Colete Jewett, confeccionado com duralumínio, espuma e velcro. Tamanho pequeno. Unidade.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
72	Cotoveleira de tecido elástico neoprene. Tamanho extragrande. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
73	Cotoveleira de tecido elástico neoprene. Tamanho grande. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
74	Cotoveleira de tecido elástico neoprene. Tamanho médio. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
75	Cotoveleira de tecido elástico neoprene. Tamanho pequeno. Unidade.	AAZ SAÚDE	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
76	Joelheira articulada com cintas cruzadas, com barbatanas laterais e mediais, cintas elásticas e cruzadas para aumentar a estabilidade. Tamanho extragrande. Unidade.	RMM SPORTS	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
77	Joelheira articulada com cintas cruzadas, com barbatanas laterais e mediais, cintas elásticas e cruzadas para aumentar a estabilidade. Tamanho	RMM SPORTS	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	grande. Unidade.		
78	Joelheira articulada com cintas cruzadas, com barbatanas laterais e mediais, cintas elásticas e cruzadas para aumentar a estabilidade. Tamanho médio. Unidade.	RMM SPORTS	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
79	Joelheira articulada com cintas cruzadas, com barbatanas laterais e mediais, cintas elásticas e cruzadas para aumentar a estabilidade. Tamanho pequeno. Unidade.	RMM SPORTS	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
80	Joelheira em Neoprene para Prótese Transtibial, tamanho Pequeno. Cor preta.		
81	Joelheira em Neoprene para Prótese Transtibial, tamanho Médio. Cor preta.		
82	Joelheira em Neoprene para Prótese Transtibial, tamanho Grande. Cor preta.		
83	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras luva com dedos até o ombro – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
84	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras luva sem dedos até o ombro – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
85	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras meia cano perna – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
86	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras meia cano perna coxa – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

87	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras meio cano braço – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
88	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, malha para face metoniana – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Unidade.		
89	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, malha para face semitotal com abertura de orelhas – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
90	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, malha para face parcial com abertura de orelhas – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Unidade.		
91	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, malha para face parcial sem abertura de orelhas – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
92	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, malha para face fechada/total sem abertura de orelhas – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
93	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça para uma perna – confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
94	Malha compressiva para tratamento sequencial de queimados - meia calça completa - confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
95	Malha compressiva para tratamento sequencial de queimados - luva com dedos até o pulso destinado ao tratamento de sequelas de queimaduras -	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas

Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.		
96	Malha compressiva para tratamento sequencial de queimados - luva sem dedos até o pulso destinado ao tratamento de sequelas de queimaduras - confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.		
97	Malha compressiva para tratamento sequencial de queimados - tórax sem mangas - confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.		
98	Malha compressiva para tratamento sequencial de queimados - tórax com mangas - confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.		
99	Malha compressiva para tratamento sequencial de queimados meia do calcâneo até virilha destinado ao tratamento de sequelas de queimaduras - confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
100	Malha compressiva para tratamento sequencial de queimados meia do calcâneo até joelho destinado ao tratamento de sequelas de queimaduras - confeccionada sob medida, sendo estas especificadas no ato da solicitação. Registro na ANVISA. Unidade.	CRYSSIL	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
101	Muleta tipo axilar, estrutura tubular em alumínio anodizado, com suporte subaxilar em poliuretano, designer super anatômico, regulagem de altura, tamanho pequeno. Par.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
102	Muleta tipo axilar, estrutura tubular em alumínio anodizado, com suporte subaxilar em poliuretano, designer super anatômico, regulagem de altura, tamanho médio. Par.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

103	Muleta tipo axilar, estrutura tubular em alumínio anodizado, com suporte subaxilar em poliuretano, designer super anatômico, regulagem de altura, tamanho grande. Par.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
104	Muleta tipo axilar, estrutura tubular em alumínio anodizado, com suporte subaxilar em poliuretano, designer super anatômico, regulagem de altura, tamanho grande. Que suporte até 130 kg. Pa		
105	Muleta tipo axilar, estrutura tubular em alumínio anodizado, com suporte sub-axilar em poliuretano, designer super anatômico, regulagem de altura, tamanho infantil. Par		
106	Ponteira para bengala ou muletas de alumínio, tamanho grande. Unidade.	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
107	Splint tipo gangorra para extensão do dedo, tamanho grande, confeccionado em fio de aço inoxidável e almofadas de espuma microporosa. Unidade.	ORTHEC	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS ABAIXO
108	Splint tipo gangorra para extensão do dedo, tamanho médio, confeccionado em fio de aço inoxidável e almofadas de espuma microporosa. Unidade	ORTHEC	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS ABAIXO
109	Splint tipo gangorra para extensão do dedo, tamanho pequeno, confeccionado em fio de aço inoxidável e almofadas de espuma microporosa. Unidade.	ORTHEC	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES OBS ABAIXO
110	Suspensório de pavilik, confeccionado em material tirante de tecido e fecho velcro. Tamanho pequeno. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
111	Suspensório de pavilik, confeccionado em material tirante de tecido e fecho velcro. Tamanho Médio. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
112	Suspensório de pavilik, confeccionado em material tirante de tecido e fecho velcro. Tamanho Grande. Unidade.	CIRURGICA GONÇALVES	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

113	Tabua de transferência confeccionada de madeira compensada em envernizada com dimensões aproximada de 60cm x 25cm x 3cm. (CxLxA).	GENEILSON	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
114	Tipóia para membro superior, tamanho grande, confeccionada em brim de algodão duplo e estofado, para maior firmeza e conforto, fivelas plásticas manipuláveis com uma só mão, lavável. Unidade.	ORTOSANI	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
115	Tipóia para membro superior, tamanho média confeccionada em brim de algodão duplo e estofada, para maior firmeza e conforto, fivelas plásticas manipuláveis com uma só mão, lavável. Unidade.	ORTOSANI	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
116	Tipóia para membro superior, tamanho pequena confeccionada em brim de algodão duplo e estofada, para maior firmeza e conforto, fivelas plásticas manipuláveis com uma só mão, lavável. Unidade.	ORTOSANI	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
117	Tornozeleira cano longo, composição: 100% poliamida. Tamanho Grande. Unidade.	RMM SPORTS	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
118	Tornozeleira cano longo, composição: 100% poliamida. Tamanho Médio. Unidade.	RMM SPORTS	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
119	Tornozeleira cano longo, composição: 100% poliamida. Tamanho Pequeno. Unidade.	RMM SPORTS	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

OBS: ITENS: 101, 102 e 103: No parecer nº 1 foi dado o parecer favorável à empresa CIRURGICA GONÇALVES. Solicitamos a atenção a fato mencionado.

Outro ponto importante refere-se aos valores ofertados nas propostas. Alguns produtos semelhantes apresentam altas variações entre os fornecedores. O Item 42 apresenta valor maior que o item 44, sendo que o primeiro a numeração do calçado é inferior.


ITENS: 107, 108 E 109: O catálogo apresentado não condiz com o produto solicitado.

ITENS: 36 AO 39. O Modelo que nos atende é o GINNA conforme catálogo enviado.


ITENS 41, 43, 45 E 46. O Modelo que nos atende é o VERONA conforme catálogo enviado.

ITENS 42 E 44. O Modelo que nos atende é o DSD 02 conforme catálogo enviado.

Pedimos que solicite as empresas que façam uma readequação nas propostas quanto as observações.


IVANA GLAUCIA PAES DE BARROS
Coordenadora Técnica CRIDAC/CER III

Ivana Glaucia P. de Barros
Coord. Técnica CRIDAC/CER III/SES
Matrícula: 81769


ANA PAULA FONTES DA SILVA MACEDO
Fisioterapeuta CRIDAC/CER III
(CREFITO 9 - 42461-F)

2000