



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PE 30/2022 - GOVERNO DO ESTADO DE MT - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - RNT01

Hexis Licitacoes <licitacoes@hexis.com.br>

28 de março de 2023 às 08:57

Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

Cc: Hexis Licitacoes <licitacoes@hexis.com.br>

Sr. Pregoeiro, Bom Dia

Segue solicitação de questionamentos.

ITEM 1

O equipamento a ser ofertado acompanha kit de calibração com cubetas seladas de formazina estabilizada nas concentrações de 20, 100 e 800 NTU e 1 padrão para checagem da calibração 10 NTU. Visto que os pontos de calibração acima citados foram estudados pelo fabricante e oferecem um melhor desempenho ao equipamento a ser ofertado, há alguma objeção em relação a fornecermos esse kit?

- O equipamento a ser ofertado permite o armazenamento automático de até 500 registros contendo as seguintes informações: data, hora, ID do operador, modo de leitura, ID da amostra, número da amostra, as unidades, tempo de calibração, estado de calibração, mensagens de erro, e o resultado, será aceito?

- Será aceito um equipamento que é calibrado em 3 pontos e um quarto ponto será para verificação da calibração?

- Será aceito um equipamento que não possui calibração automática com fonte de luz infravermelha?

Ficamos no aguardo de um breve retorno.

Att

**RENATA BONAFIM DO ESPÍRITO SANTO** | Vendedora Interna - LicitaçõesHexis Científica | rbonafim@hexis.com.br

T.: +55 11 4589-2719 | **CENTRAL:** +55 11 4589-2600

SAC: 0800 702 2600 | www.hexis.com.br

Confidential - Company Proprietary

Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify us by email by replying to the sender and delete this message. The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment.



image001.jpg
22K