



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Escalrecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SES-PRO-2022/14107.

Juliano Lotus Medical <juliano.lotus@gmail.com>

22 de fevereiro de 2023 às 09:19

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, alexandre lotus <hospitalar.lotus@gmail.com>

Bom dia, gostaria de esclarecer uma dúvida referente ao item 30 " **URETERORRENOSCÓPIO RÍGIDO: RESOLUÇÃO DE IMAGEM 400X400 TUDO EM UM ESPAÇO REDUZIDO, SIMULTANEIDADE DOS COMANDOS MANUAIS COM A PONTA DISTAL (1:1) TECNOLOGIA LED. CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO. FOCO AUTOMÁTICO. GATILHO DE DEFLEXÃO MANUAL, QUE QUANDO ACIONADO, MOVIMENTA A PONTA FLEXÍVEL EM 1:1 ATÉ 275°, EM AMBAS DIREÇÕES, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DE TODO O TRATO URINÁRIO. CANAL DE TRABALHO EM 45° COM Ø DE 3.6FR, POSSIBILITANDO INSERÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS OU IRRIGAÇÃO. PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. PERDA MÍNIMA DA DEFLEXÃO DISTAL NA COLOCAÇÃO DA FIBRA DE LASER E INSTRUMENTOS FLEXÍVEIL. COMPOSIÇÃO CORPO PRINCIPAL: METAL ANODIZADO, POSIÇÃO CANAL DE TRABALHO: PTFE DIREÇÃO DE VISÃO: 0° COMPRIMENTO DE TRABALHO: 670MM DIÂMETRO PONTA DISTAL: 7.5FR DIÂMETRO TUBO DE INSERÇÃO: 8.5FR CANAL DE TRABALHO: 3.6FR RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 400X400 (160.000 PIXELS.)**"

O Título do item é **URETERORRENOSCÓPIO RÍGIDO, porem parte do descritivo é referente a Ureterorrenoscópio flexível (RESOLUÇÃO DE IMAGEM 400X400 TUDO EM UM ESPAÇO REDUZIDO, SIMULTANEIDADE DOS COMANDOS MANUAIS COM A PONTA DISTAL (1:1) TECNOLOGIA LED. CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO. FOCO AUTOMÁTICO. GATILHO DE DEFLEXÃO MANUAL, QUE QUANDO ACIONADO, MOVIMENTA A PONTA FLEXÍVEL EM 1:1 ATÉ 275°, EM AMBAS DIREÇÕES, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DE TODO O TRATO URINÁRIO. CANAL DE TRABALHO EM 45° COM Ø DE 3.6FR, POSSIBILITANDO INSERÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS OU IRRIGAÇÃO. PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. PERDA MÍNIMA DA DEFLEXÃO DISTAL NA COLOCAÇÃO DA FIBRA DE LASER) e a parte final dele é referente URETERORRENOSCÓPIO RÍGIDO (COMPOSIÇÃO CORPO PRINCIPAL: METAL ALNODIZADO, POSIÇÃO CANAL DE TRABALHO: PTFE DIREÇÃO DE VISÃO: 0° COMPRIMENTO DE TRABALHO: 670MM DIÂMETRO PONTA DISTAL: 7.5FR DIÂMETRO TUBO DE INSERÇÃO: 8.5FR CANAL DE TRABALHO: 3.6FR)**

Gostaríamos de saber o que considerar.

Att



Juliano Dresch Piasetzki
LOTUS MEDICAL LTDA

☎ (41) 3598-4420 / (41) 3408-7211 | ☎ (41) 99147-1411

✉ juliano.lotus@gmail.com

📍 Rua Rio Mucuri, 40
CEP: 82840-340 Curitiba - PR

Follow us

