

**À SECRETARIA DE ESTADO DO MATO GROSSO - MT
SECRETARIA ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 327275/2021

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 02.949.582/0001-82, com sede na Rodovia BR 277 – km 4 – nº 3.931, Curitiba, Paraná, vem, através de seu representante legal, apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ALTERAÇÃO**, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Não obstante o fato da proponente ter conhecimento do descritivo constante do Edital, pretende, através do presente expediente pedir esclarecimentos/alteração acerca da especificação técnica do item Perfurador Ósseo Hospitalar, com o objetivo de contribuir com a clareza e transparência do Certame e visando a lisura do Processo de Licitação em questão.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Considerando que os Aparelhos descrito no item Perfurador Ósseo Hospitalar, é equipamento que conta com desenvolvimento de alta tecnologia a requerente considera que o Edital exige certas características que restaram dúvidas ou ainda que podem ser desnecessárias, pelo que pedimos esclarecimentos nos seguintes quesitos:

item Perfurador Ósseo Hospitalar



Consta no Edital: MANDRIL DE ENGATE RÁPIDO DE TORQUE, AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX COM ABERTURA AJUSTÁVEL DE 0 ATÉ 10,0MM (COM CHAVE PARA APERTO).

Perguntamos: Serão aceitos adaptadores Reamer com abertura até 7,4 MM tendo em vista que as fresas com dimensões maiores tem o mesmo encaixe e não há fresas com dimensões de 10,0 MM. No caso de Brocas, as brocas com diâmetros maiores o encaixe da broca é igual independente do diâmetro da mesma?

Consta no Edital: MALETA PARA TRANSPORTE.

Perguntamos: Será aceito que a empresa vencedora entregue a caixa de esterilização que possui alça para transporte ao invés de maleta de transporte?

Consta no Edital: ÓLEO LUBRIFICANTE ESPECÍFICO AO EQUIPAMENTO.

Perguntamos: Se o perfurador não necessitar de óleo lubrificante (sem fornecimento de óleo lubrificante) poderemos participar da concorrência?

Consta no Edital:
DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E DE SUPORTE
TÉCNICO

...

b) O prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas nos bens e seus componentes, contando a partir da abertura do chamado, é de 48 (quarenta e oito) horas;



Perguntamos: Poderá o prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas nos bens e seus componentes, contando a partir da abertura do chamado, de 15 (quinze) dias? Pois não temos representante na região;

A empresa ressalva que, a grande parte dos equipamentos que podem competir, no presente Certame, tem os equipamentos que funcionam com as características descritas acima. De modo que a manutenção das exigências das características conforme irão constar no Edital limitará em muito a competição.

Requeremos desta forma, o esclarecimento/alteração destas descrições para que nossa empresa não seja impedida de participar do presente Certame, pelo não cumprimento do Edital pela falta/complemento das características acima apontadas.

Nestes termos,
pede deferimento.

Curitiba, 15 de outubro de 2021.

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.



Luciano da Silva Vasconcelos
Representante legal
RG: 8356785-6 SSP/PR
CPF: 029.804.079-41