



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Questionamento - Pregão Eletrônico nº 015/2022 Processo nº SES-PRO-2022/14107

1 mensagem

Medpej Licitação - João França <licitacao.02@medpej.com.br>

7 de fevereiro de 2023 às 10:38

Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

Bom dia, tudo bem?

Gostaria de realizar um questionamento referente ao descritivo do item 15 – Detector Fetal pois o descritivo está direcionando para o equipamento FD300C e como é possível observar o descritivo é o mesmo presente no site de seu distribuidor:

Item 15:

DETECTOR FETAL - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTOFALANTE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME, MENU E CONFIRMAR PARÂMETRO. TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. PORTA USB PARA TRANSMISSÃO DE DADOS. DISPLAY TOUCHSCREEN COM CURVA DA FHR. CONGELAMENTO DA IMAGEM. ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS. DIMENSÕES DO PRODUTO: PESO: 2 KG LARGURA: 20 CM ALTURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 20 CM

Detector Fetal de Mesa Digital FD300C

<https://www.macrosul.com/produto/doppler-fetal-de-mesa-digital-fd-300c-md.html>

Características

- Transdutor de alta sensibilidade.
- Alto-falante de alta performance.
- Design ergonômico e compartimento para transdutor.
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador.
- Botão liga/desliga, controle de volume, menu e confirmar parâmetro.
- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal.
- Porta USB para transmissão de dados.
- Display Touchscreen com curva da FHR.
- Visor 3,2" (65 x 50mm).
- Congelamento da imagem.
- Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis.
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado.
- Desligamento automático após 3 minutos sem utilização.
- Acompanha software de gerenciamento de dados.

Conforme destacado o descritivo do item 15 é uma copia das especificações do Detector Fetal de Mesa FD300C fazendo assim com que somente um equipamento possa ser ofertado na disputa e por se tratar de especificações copiadas alguns dos requisitos somente o FD300C conseguiram atender:

- Botão liga/desliga, controle de volume, menu e confirmar parâmetro.
- Display Touchscreen com curva da FHR.
- Acompanha software de gerenciamento de dados.

As especificações são exclusivas do Modelo FD300C fazendo assim com que outros modelos não atendam ao requisitado tirando assim a Ampla concorrência para aquisição no melhor preço e qualidade sendo que no mercado existem modelos que são de mesma qualidade ou superiores mais devido a essas especificações exclusivas não poderão ser ofertados pois seriam desclassificados por não atendimento. Solicito uma revisão no descritivo para que seja realizado melhorias no descritivo para uma aquisição de qualidade e ampla concorrência, propiciando o princípio da eficiência sem ferir o princípio da isonomia.

Att.,

JOÃO FRANÇA

Licitação

☎ 16 3238-0302

✉ licitacao.02@medpej.com.br

🌐 medpej.com.br

🛒 lojamedpej.com.br

📍 R. Campinas, 2248 | Ribeirão Preto – SP

