



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº068/2021 - ESTADO DE MATO GROSSO

3 mensagens

Goncalves, Kesley Mendes <kesley.goncalves@siemens-healthineers.com>
Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

5 de novembro de 2021 14:45

AO

ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº068/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318527/2021

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no **CNPJ n nº. 01.449.930/0006-02**, sediada na **Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC**, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na **Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – SP CEP 05110-902**, inscrita no **CNPJ sob 01.449.930/0001-90** interessada em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº068/2021**, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:

“LCD DE NO MÍNIMO 25 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS.”

Desejamos esclarecer que o equipamento que desejamos ofertar possui um monitor de LED de 23,8” (resolução de 1920 x 1080 pixels) montado em estrutura sob rodízios. Projetado para visualização da imagem ao vivo e de referência simultaneamente, o monitor é ideal para visualização de estruturas anatômicas estáticas e dinâmicas, implantes, parafusos e dispositivos. O equipamento também possui em seu monitor tecnologia touchscreen que auxilia em um fluxo de trabalho mais simples e eficiente.

Por conta disso, entendemos que atendemos às necessidades clínicas e técnicas do edital. Podemos considerar que será aceita proposta com monitor LED de 23,8” com tecnologia touchscreen?

COLIMAÇÃO SEM EMISSÕES DE RADIAÇÃO.

Argumento técnico: A Siemens Healthineers possui um arco cirúrgico completo que permite viabilizar desafios financeiros e econômicos, nas especialidades clínicas requisitas neste edital. Desejamos esclarecer que equipamento possui um colimador íris multi-folhas eletrônico para colimar o feixe de raios X, proporcionando proteção contra radiação ao paciente e a todas as pessoas presentes durante o exame, sendo possível ajustar os parâmetros de aquisição para que, durante a colimação, seja feita com os menores níveis de dose possíveis. Além disso, o equipamento possui como padrão dois pacotes de controle automático e redução da radiação emitida (IDEAL: “Intelligent Dose Efficiency Algorithm, CARE: “Combined Applications to Reduce Exposure”); os dois pacotes atuam em conjunto com os dados mensurados pela câmara de medição de dose e ajustam automaticamente os parâmetros de tensão e corrente do tubo, largura do pulso dos raios-X, seleção dos focos e inserção de filtros de cobre – proporcionando uma imagem equilibrada com alta qualidade de detalhes, contraste e brilho. Além do ajuste automático, os parâmetros são selecionáveis por região de interesse, para que seja garantida uma ótima qualidade de imagem e segurança do paciente. Visando ampla participação de empresas no processo, o aceite de

conformações similares apenas abrange as opções de participantes no certame, sendo benéfico ao processo como um todo. Dessa forma, entendemos que com a presente configuração atendemos as especificações do edital. Estamos corretos em nosso entendimento?

2. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO:

Solicita a convocação: 7.4 Prazo de entrega - Prazo de entrega dos bens já devidamente instalados nas unidades hospitalar será de 10 (dez) dias úteis, a contar a partir do recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Serviço emitidas pela CONTRATANTE;

Informamos que o equipamento de Arco Cirúrgico é de fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que o equipamento de Arco Cirúrgico é de procedência estrangeira, ou seja, está sujeito a todos os trâmites de importação e desembaraço aduaneiro, sendo que o cumprimento de tais trâmites poderá ocasionar atrasos involuntários por parte da contratada. Sendo assim, podemos considerar o prazo de fornecimento de até 120 dias para equipamentos importados, mesmo que este seja fornecido na modalidade nacionalizada?

3. QUANTO A SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO:

Solicita a convocação:

6.7.4 Treinamento operacional: a contratada deverá disponibilizar profissional qualificado e habilitado, a fim de ministrar treinamento operacional nos locais onde os bens estiverem instalados CONTRATANTE;

Desejamos esclarecer ao Órgão que a Siemens, detentora do conhecimento a respeito de seus equipamentos e funcionalidades inerentes, provisiona para o equipamento de Arco Cirúrgico um treinamento operacional de 8 (oito) horas ministrados no local de instalação do PRODUTO, sendo realizados sempre em dias úteis e consecutivos, no período das 8:00h às 17:00h. Esse treinamento será previamente agendado entre as PARTES, não ocorrendo no mesmo dia da entrega do objeto.

Podemos considerar que a necessidade do Órgão será sanada com o treinamento padrão fornecido pela Siemens?

6.7.5 Treinamento técnico: deverá ser disponibilizado treinamento para a equipe indicada pela unidade hospitalar, englobando, no mínimo: visão geral do sistema, ajustes e calibrações, entendimento de logs de erros, identificação de falhas e correção das mesmas, solução de problemas e configurações;

Esclarecemos: Salientamos que Equipamentos de Arco Cirúrgico são extremamente complexos e por diversas questões entre elas a segurança do paciente / equipe do hospital / clinica, todo procedimento de manutenção do equipamento durante o período de garantia / pós garantia deverá ser executado somente pelos engenheiros da Siemens, porém temos disponível o treinamento de primeiro atendimento (treinamento básico), que consiste em qualificar o corpo clínico do cliente para resolução de problemas de baixa complexidade e suporte à Siemens no momento de um suporte remoto, minimizando o tempo de máquina parada. Adicionalmente serão demonstradas boas práticas de utilização da máquina e instruções sobre procedimentos de calibração básica de qualidade de imagem. O conteúdo deste curso terá uma carga horária de 8 horas (1 dia útil) – treinamento a ser executado pelo engenheiro da Siemens Brasil.

Podemos considerar que a necessidade do Órgão será sanada com o treinamento padrão fornecido pela Siemens?

4. QUANTO A ASSINATURA DA PROPOSTA:

Diante do surto pandêmico do COVID-19 em território nacional e considerando que a situação de contágio tomou proporções relevantes, a Siemens Healthineers, assim como várias outras empresas, por medida preventiva, está adotando o sistema de home office para todos os funcionários, a título de quarentena, o que dificultará a coleta de assinaturas em propostas, bem como envio de documentos originais/autenticados nos processos licitatórios.

Desta forma, solicitamos que para as licitações sejam aceitos documentos enviados em *pdf* por email, bem como propostas e declarações assinadas com assinatura eletrônica.

Caso seja aceita esta sugestão, a Siemens Healthineers se compromete a, passado este período de quarentena, enviar a via física dos documentos originais devidamente assinados (quando for o caso) e ou as cópias autenticadas em Cartório.

Em última instância, caso V. Sas. entendam não ser possível atender a solicitação acima, solicitamos a prorrogação do prazo de abertura da sessão do pregão, tendo em vista que o cenário atual reflete a ocorrência de uma caso de força maior e não se restringe apenas à Siemens, mas à sociedade como um todo.

Agradecemos a atenção dispensada e aguardamos vossa manifestação.

Solicitamos a gentileza de enviar a resposta por e-mail em tempo hábil para participação da Siemens no presente certame.

Atenciosamente,
Kesley Mendes Goncalves

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.
SHS AM LAM BRA FI DI CM PS
[Av Mutinga, 3800](#)
05110-902 São Paulo-SP, Brasilien
Tel.: +55 11 3908-2995 / Cel.: +55 11 94303-8400
<mailto:kesley.goncalves@siemens-healthineers.com>

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

8 de novembro de 2021 08:22

Para: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

Segue para conhecimento e manifestação quanto à impugnação referente ao Pregão Eletrônico 068/2021 .

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

 (65) 3613-5456

 pregao@ses.mt.gov.br

 CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

pregao02@ses.mt.gov.br <pregao02@ses.mt.gov.br>

8 de novembro de 2021 08:22

Para: kesley.goncalves@siemens-healthineers.com, kesley.goncalves@siemens-healthineers.com

Sua mensagem

Para: kesley.goncalves@siemens-healthineers.com

Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº068/2021 - ESTADO DE MATO GROSSO

Enviada: 05/11/2021 14:45:17 GMT-4

foi lida em 08/11/2021 08:22:55 GMT-4