

Pedido de esclarecimento - PE nº 09/2022 Governo do Estado de Mato Grosso - MT

8 mensagens

licitacoes@cmosdrake.com.br <licitacoes@cmosdrake.com.br>

10 de fevereiro de 2022 08:35

Para: pregao02@ses.mt.gov.br

Ilmo. Sr.(a) Pregoeiro(a) ou Representante da Comissão de Licitações,

Bom dia,

Vimos através da presente solicitar, tempestivamente, **ESCLARECIMENTOS** quanto ao **Item 18- CARDIOVERSOR**, do PE nº 09/2022 Governo do Estado de Mato Grosso – MT, uma vez que, conforme Termo de Referência do Instrumento Convocatório, o equipamento apresentado, por se tratar de item destinado ao auxílio à preservação da saúde humana, não possui informações estritamente necessárias para visar o pleno atendimento das necessidades da Administração Pública, podendo inclusive ocasionar despesas extravagantes ou demasiadas aos cofres públicos em sendo aceito produto(s) sem parâmetros adequados à destinação final.

Sendo assim, solicitamos, encarecidamente que seja apresentadas as informações abaixo para seleção da melhor proposta e do melhor preço ao Órgão Licitante, são elas:

- Índice mínimo de Proteção (IP) do aparelho contra sólidos e líquidos.
- Peso máximo aceitável.
- Dispensa ou não de apresentação de traçado de ECG (possibilitando a visualização do ECG no Display).
- Acompanhamento de Bolsa para Transporte.
- Dimensões do Aparelho solicitado.
- Apresentação de ícones ilustrativos em display.
- Tempo máximo de disparo de carga.

Seguimos no aguardo dos esclarecimentos apresentados dentro do prazo, para possibilitar a disputa isonômica e que atenda rigorosamente aos anseios da Administração Pública evitando o recebimento de propostas inviáveis e equipamentos sem qualquer parâmetro basilar que possibilite o amparo do profissional ao qual será destinado.

Nos colocando à disposição para quaisquer dúvidas técnicas que sejam necessárias.

Agradecemos,

Atenciosamente,



Lais Cavalcante de Lima
Assistente de Licitações
+55 31 3615-6423



CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A - CNPJ 03.620.716/0001-80
Av. Regent, 600, Alphaville, Nova Lima - MG, CEP 34018-000
www.cmosdrake.com.br

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

10 de fevereiro de 2022 12:38

Para: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

Boa tarde

Estamos repassando o e-mail, para análise do questionamento e manifestação e vossa senhoria

Atenciosamente

Nelson Augusto

Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

10 de fevereiro de 2022 12:40

Para: licitacoes@cmosdrake.com.br

Recebemos o questionamento, e encaminhamos para a unidade demandante para análise e manifestação.

daremos resposta posterior

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

10 de fevereiro de 2022 15:16

Para: pregao02@ses.mt.gov.br

Sua mensagem Para: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento - PE nº 09/2022 Governo do Estado de Mato Grosso - MT Enviada em: 10/02/2022 12:38:05 GMT-4 foi lida em 10/02/2022 15:16:18 GMT-4

raphael denner <raphaeldennersouza@gmail.com>

11 de fevereiro de 2022 10:57

Para: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>, pregao02@ses.mt.gov.br

Bom dia.

Solicito o número de protocolo referente ao PE 09/2022, bem como o Termo de Referência, para análise e posterior manifestação por parte deste Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar/SES.

Atenciosamente,

Raphael Souza.

**Assessor Técnico de Direção II.
Gestão Hospitalar/SES.**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle A Ribeiro da Costa Leite

Assistente de Direção III

Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares

Secretaria Adjunta de Gestão Hospitalar

Secretaria de Estado de Saúde

 danielleleite@ses.mt.gov.br

 Rua D, s/n, Bloco 5 – Centro Político Administrativo
CEP: 78049-902 | Cuiabá - MT

SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
**Mato
Grosso**

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

11 de fevereiro de 2022 11:35

Para: raphael denner <raphaeldennersouza@gmail.com>

Cc: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

Bom dia!

O processo é físico, sendo assim, segue o número do processo com o edital anexo (no edital possui o Termo de Referência).

Processo nº 362579/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PE 009 2022 - Processo nº 362579-2021 - Equipamentos do Centro Cirúrgico - GB.pdf
1350K

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

23 de março de 2022 09:56

Para: licitacoes@cmosdrake.com.br

Bom dia!

Segue anexado o Memorando da unidade demandante com a resposta às impugnações e pedidos de esclarecimentos ao edital do PE 009/2022 (Processo nº 362579/2021).

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Maria Rita S. Balastrelli

Estagiária
Equipe de Apoio ao Pregão

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Resposta de Questionamentos.pdf

1974K

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

5 de abril de 2022 09:19

Bom dia, Sr. Pregoeiro

Informamos que a resposta quanto ao questionamento segue anexo por meio do Memorando nº 529/2022/GBSAGH/SES/MT.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle A Ribeiro da Costa Leite

Assistente de Direção III

Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares

Secretaria Adjunta de Gestão Hospitalar

Secretaria de Estado de Saúde

✉ danielleleite@ses.mt.gov.br

📍 Rua D, s/n, Bloco 5 – Centro Político Administrativo
CEP: 78049-902 | Cuiabá - MT

SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
**Mato
Grosso**



RESPOSTA IMPUGNAÇÃO GBSGH.pdf

557K