



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE ESLARECIMENTO PE 059/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - MT 08/09/2021

Alisson Cunha <alisson.cunha@distribuidoramedcom.com.br>

2 de setembro de 2021 08:22

Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

Cc: Lucivania Lima <lucivania.lima@distribuidoramedcom.com.br>

Bom dia!

Diante da resposta do órgão a questionamento anterior, solicito esclarecer o seguinte:

O descritivo do edital possui alguns vícios, pois o descritivo direciona para uma nova tecnologia de stooper que avança para dentro do bico.

A disponibilidade deste produto no mercado e neste momento de pandemia é muito restrita.

Mediante a seguinte informação disponibilizada pela indústria, questiono o seguinte: A possibilidade de aceitação de seringa convencional ?,

Se caso a resposta for negativa, se for exigido total cumprimento do descritivo do EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA a grande probabilidade do processo ser fracassado, devido ao sistema de STOOPER.

Segue ficha técnica do nosso produto em abexo.

LOTE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTIDADE
01	459880	SERINGA DESCARTÁVEL DE BAIXO VOLUME MORTO, CAPACIDADE PARA 01 ML - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO , TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA DE BOA VISUALIZAÇÃO DE 0,02 EM 0,02 ML, NUMERADA DE 0,1 EM 0,1 ML, BICO CENTRAL SIMPLES , ÊMBOLO DE RESÍDUO ZERO COM FORMATO ANATÔMICO, PONTEIRA DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA, PERFEITAMENTE AJUSTADA À SERINGA E VOLUME MORTO DE NO MÁXIMO 35 MICROLITROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. UNIDADE.	UND	1.000.000



Uma empresa do Grupo Elfa



NEGÓCIOS



Alisson Cunha

Licitação

alisson.cunha@distribuidoramedcom.com.br

Tel.: +55 (62) 4009-7600

CANAL DE OUVIDORIA:

<https://grupoelfa.com.br/ouvidoria/>

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação não autorizadas são proibidas e podem implicar em responsabilidades civis e criminais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e apague-a juntamente com seus anexos.

CONFIDENTIAL INFORMATION

This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited and may imply in civil and criminal liability. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message and any attachments.

De: Marco G Tsuji <marco_g_tsuji@bd.com>

Enviado: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 17:39

Para: Lucivania Lima <lucivania.lima@distribuidoramedcom.com.br>

Cc: Alisson Cunha <alisson.cunha@distribuidoramedcom.com.br>; AnaPaula Gava <anapaula.gava@bd.com>

Assunto: RE: SOLICITAÇÃO DE ESLARECIMENTO PE 059/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - MT 08/09/2021

Lucivania, diante a resposta do órgão segue minhas considerações.

O descritivo do edital possui alguns vícios, pois o descritivo direciona para uma nova tecnologia de stooter que avança para dentro do bico.

A disponibilidade deste produto no mercado e neste momento de pandemia é muito restrita.

Sugiro solicitar ao pregoeiro a possibilidade em participar com seringa convencional, pois nosso produto não atende este descritivo e se o órgão de fato exigir este modelo, certamente este processo será fracassado.

Como sempre agimos de forma a fazer o que é certo, recomendo solicitar o ajuste do descritivo, para que possamos cotar nosso produto conforme nossa ficha técnica.

LOTE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTIDADE
01	459880	SERINGA DESCARTÁVEL DE BAIXO VOLUME MORTO, CAPACIDADE PARA 01 ML - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO , TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA DE BOA VISUALIZAÇÃO DE 0,02 EM 0,02 ML, NUMERADA DE 0,1 EM 0,1 ML, BICO CENTRAL SIMPLES , ÊMBOLO DE RESÍDUO ZERO COM FORMATO ANATÔMICO, PONTEIRA DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA, PERFEITAMENTE AJUSTADA À SERINGA E VOLUME MORTO DE NO MÁXIMO 35 MICROLITROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. UNIDADE.	UND	1.000.000



Marco G Tsuji

Gerente de Vendas

R: Alexandre Dumas, 1976

Office: 55 16 3965-2978 Mobile: 55 16 99105-9767

Email: Marco_G_Tsuji@bd.com Website: www.BD.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SERINGA BD PLASTIPAK - Tuberculina 990189 (1).pdf

133K