

SOLICITAÇÃO DE ESLARECIMENTO PE 059/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - MT 08/09/2021

2 mensagens

Lucivania Lima <lucivania.lima@distribuidoramedcom.com.br>
 Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>
 Cc: Alisson Cunha <alisson.cunha@distribuidoramedcom.com.br>

Bom dia,

Solicito esclarecimento técnico sobre o descritivo dos itens abaixo pois os mesmos geraram dúvidas sobre as especificações do produto.

Observe abaixo:

Um descritivo pede seringa bico Simples e outro Luer Lok

Também um descritivo pede seringa em Polipropileno e ou Policarbonato (é como se fosse de vidro).

LOTE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTIDADE
01	459880	SERINGA DESCARTAVEL DE BAIXO VOLUME MORTO, CAPACIDADE PARA 01 ML - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO , TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA DE BOA VISUALIZAÇÃO DE 0,02 EM 0,02 ML, NUMERADA DE 0,1 EM 0,1 ML, BICO CENTRAL SIMPLES , ÊMBOLO DE RESÍDUO ZERO COM FORMATO ANATÔMICO, PONTEIRA DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA, PERFEITAMENTE AJUSTADA À SERINGA E VOLUME MORTO DE NO MÁXIMO 35 MICROLITROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. UNIDADE.	UND	1.000.000

1 - Seringa
Descrição Detalhada: Seringa, material: **policarbonato**, capacidade: 1 ml, tipo bico: **bico central luer lock**, adicional: graduada (escala ml), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 1000000 **Critério de Valor:** Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 5000000 **Unidade de Fornecimento:** Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (1000000)

Em um descritivo pede agulha convencional e o outro com dispositivo de segurança

O tamanho é diferente entre os descritivos

02	397493	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAMANHO 25 X 0,7 MM (22 G) , CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	10.000
----	--------	--	----	--------

2 - Agulha hipodérmica
Descrição Detalhada: Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: **25 g x 1"**, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com **sistema segurança segundo fr.32**, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 10000 **Critério de Valor:** Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 50000 **Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10000)

Atenciosamente,

MEDCOM
DISTRIBUIDORA

Uma empresa do Grupo Elfa



NEGÓCIOS



Lucivania Lima

Licitação

lucivania.lima@distribuidoramedcom.com.br

Tel.: +55 (62) 4009-7664

CANAL DE OUVIDORIA:

<https://grupoelfa.com.br/ouvidoria/>

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação não autorizadas são proibidas e podem implicar em responsabilidades civis e criminais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e apague-a juntamente com seus anexos.

CONFIDENTIAL INFORMATION

This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited and may imply in civil and criminal liability. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message and any attachments.

2 anexos

PE 059 2021 - Processo n223919-2021- Material de Consumo - Seringas retificado.pdf
1691K **RelacaoItens92628905000592021000.pdf**
53K**Pregão da SES** <pregao02@ses.mt.gov.br>

Para: Lucivania Lima <lucivania.lima@distribuidoramedcom.com.br>

1 de setembro de 2021 11:00

As propostas deverão ser realizadas de acordo com o descritivo do edital.
O descritivo do sistema tem a finalidade apenas de cadastro do item na ausência de um identico.
Assim considerar o descritivo do edital.

Kelly Fernanda Gonçalves

Pregoeira Oficial-SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n

CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

SES
Secretaria
de Estado
de SaúdeGoverno do
Mato Grosso**Coordenadoria de Aquisições.** (65) 3613-5410**Superintendência de Aquisições e Contratos**

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT