

Anápolis, 04 de agosto de 2020.

Ao
Governo do estado de Mato Grosso

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO 041/2020 – ESCLARECIMENTO

AC: SETOR DE LICITAÇÕES

Sr. Pregoeiro(a)

A **BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 37.844.479/0001-52, situado a Avenida Maranhão nº 500, Bairro Jundiá, CEP 75.110.470, Anápolis – GO, vem, por meio de seu representante regularmente constituído, apresentar sua **impugnação ao edital de licitação** na forma do artigo 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019¹ e item 23 do edital de licitação².

O edital de licitação prevê na descrição dos fios de sutura a serem adquiridos, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde/MT, a seguinte descrição para os Lotes de nº 1,3,4,7,12,13,14,36,38,39,41,64, 67,73 e 76:

Lote 01: Fio Cirúrgico nylon preto estéril, não absorvível diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo, triangular, medindo aproximadamente 2,0 cm. É solicitado fio com comprimento dos fios de 75 cm.

¹ Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

² **23.1** Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para sessão de abertura das propostas, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos e/ou impugnar o edital e seus anexos, mediante requerimento escrito fundamentado ao(a) Pregoeiro(a), encaminhado para o e-mail pregao@ses.mt.gov.br, como arquivo anexo, digitalizado e contendo assinatura em todas as vias, ou protocolado diretamente na Coordenadoria de Aquisições da SES/MT, em horário de expediente sendo: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas;

Lote 03: Fio Cirúrgico nylon preto estéril, não absorvível diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo, triangular, medindo aproximadamente 2,0 cm.

Lote 04: Fio Cirúrgico nylon preto estéril, não absorvível diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento, com agulha 1/2 de círculo, cilíndrica, medindo aproximadamente 2,5cm.

Lote 07: Fio Cirúrgico nylon preto estéril, não absorvível diâmetro 5-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo, cortante, medindo aproximadamente 2,0cm.

Lote 12: Fio Cirúrgico monofilamento de polipropileno, estéril, não absorvível, diâmetro 4-0 medindo aproximadamente 75 cm de comprimento com 2 agulhas de ½ círculo, cilíndricas, medindo 2 cm.

Lote 13: Fio Cirúrgico monofilamento de polipropileno, estéril, não absorvível, diâmetro 4-0 medindo aproximadamente 75 cm de comprimento com 2 agulhas de ½ círculo, cilíndricas, medindo 2,5 cm.

Lote 14: Fio Cirúrgico monofilamento de polipropileno, estéril, não absorvível, diâmetro 5-0 medindo aproximadamente 75 cm de comprimento com 2 agulhas de ½ círculo, cilíndricas, medindo 1,5 cm.

Lote 36: Fio Cirúrgico sintético trançado colorido, com cobertura de Poliglactina, estéril, absorvível, diâmetro 1 medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo, cilíndrica, tamanho 3,5 MM

Lote 38: Fio Cirúrgico sintético Poliglecaprone 25, monofilamento, violeta, estéril, absorvível, diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 3/8 círculo, cilíndrica, robusta, tamanho 3,0 cm.

Lote 39: Fio Cirúrgico sintético Poliglecaprone 25, monofilamento, incolor, estéril, absorvível, diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 3/8 círculo, cilíndrica, tamanho 2,0 cm.

Lote 41: Fio Cirúrgico sintético Poliglecaprone 25, monofilamento, incolor, estéril, absorvível, diâmetro 5-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 círculo, triangular, tamanho 2,0 cm.

Lote 64: Fio de sutura: Fio Cirúrgico nylon preto estéril, não absorvível diâmetro 0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo, triangular, medindo aproximadamente 2,0 cm.

Lote 67: Fio de Polidioxanona diâmetro 3-0, 70 cm, com agulha cilíndrica de ½ círculo de 2,5 cm.

Lote 73: Fio cirúrgico de poliéster trançado com cobertura de polibutilato colorido, estéril, não absorvível, diâmetro 5-0 medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de ½ de círculo, triangular, medindo 1,70 cm

Lote 76: Fio cirúrgico sintético de Poliglactina absorvível diâmetro 3-0 medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha ½ círculo cilíndrico de 3,64 CM

Ocorre que a manutenção do comprimento da agulha tão somente para 1,5cm, 2,0 cm, 3,0 cm, 3,5 cm pode frustrar o caráter competitivo do certame, pois é normal que existam pequenas diferenças entre os fabricantes, não causando qualquer prejuízo à segurança e execução dos procedimentos cirúrgicos.

Prova disso é que normalmente os editais de licitação expressamente geralmente

Saúde tratada com respeito!

admitem tal variação, oportunizando a participação para o maior número possível de licitantes e assegurado tratamento igualitário entre os licitantes no bojo do procedimento licitatório³. Vejamos o edital do PE nº 264/2020 desta SES/DF, onde admitiu-se a variação entre 1,5 e 1,7 cm para a mesma agulha:

4	92254	281750	FIO DE SUTURA DE POLIGLECAPRONE 4-0, 70CM, COM 01 AGULHA DE 1,5 A 1,7CM 1/2 CIRCULO CILINDRICA. Material: poliglecaprone monofilamentar, Características Adicionais: fio 4-0, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha 1/2 circulo cilíndrica, comprimento da agulha 1,5 a 1,7cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003. Ampla Concorrência	UN	5.628
---	-------	--------	---	----	-------

Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência e a especificação contida no Sistema Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificação do Termo de Referência. As unidades de fornecimento a serem fornecidas são as especificadas no detalhamento.

No pregão eletrônico nº 348/2020, o Governo do Estado do Amazonas atento às pequenas variações entre fabricantes expressamente consignaram a possibilidade de variação de tamanho das agulhas, vejamos:

8.	(ID-102252) FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, Aplicação: Aparelho digestivo; Tamanho: 70cm; Diâmetro: 5-0; Agulha: 22mm, 1/2 Círculo Cilíndrica. Apresentação: Envelope aluminizado.	3.700
----	--	-------

- 6.1. Os fios deverão possuir embalagem individual, estéril, em papel grau cirúrgico, não estar violada e deverá seguir as exigências da RDC 185/2001, trazendo os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, número do lote, etc.
- 6.2. Os fios relacionados acima deverão estar de acordo com o estabelecido na NBR 13904 – 2003.
- 6.3. As agulhas terão tolerância de +ou- 2mm.

Nota-se, portanto, que não há prejuízo para os procedimentos diante a mínima

³ Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da **isonomia**, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§ 1º **É vedado aos agentes públicos:**

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;

variação das agulhas, alteração perfeitamente admissível em virtude da variedade de fornecedores no mercado.

Ressalta-se, ainda, que o próprio edital no Lote nº 20 do Anexo I autoriza a variação, inclusive maiores à pretendida pela impugnante.

Assim, visando o caráter competitivo do certame, requer-se a adequação do instrumento convocatório para que se permita a variação no tamanho da agulha de +/- **2 mm**, ante a ausência de prejuízo à qualidade do produto e aplicação em procedimentos.

O edital de licitação prevê na descrição dos fios de sutura a serem adquiridos, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde/MT, a seguinte descrição para os Lotes de nº 30, 31 e 53 :

Lote 30 : Fio Cirúrgico sintético trançado colorido, com cobertura de Poliglactina, estéril, absorvível, diâmetro 6.0 medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha $\frac{1}{4}$ círculo, espatulada, tamanho 6,5 MM.

Lote 31: Fio Cirúrgico sintético trançado colorido, com cobertura de Poliglactina, estéril, absorvível, diâmetro 7.0 medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha $\frac{3}{8}$ círculo, espatulada, tamanho 6,5 MM

Lote 53: Fio Cirúrgico sintético trançado colorido, com cobertura de Poliglactina, estéril, absorvível, diâmetro 6.0 medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha $\frac{1}{4}$ círculo, espatulada, tamanho 8,0 MM, com bom corte

Informamos que no mercado exige diversas substâncias para Fios Absorvíveis Sintéticos Multifilamentos, destacamos que comercializamos para aplicação em oftalmologia o fio composto por ácido poliglicólico.

Segue abaixo alguns editais dando abrangência para Poliglactina e ou ácido poliglicólico:

Saúde tratada com respeito!

65	282651	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO PARA SUTURA, ABSORVÍVEL - POLIVICRYL NR. 0 (FIO POLIGLACT. OU ACIDO POLIGLICOLICO).	1332	Peças	000385/2020
		COMPRIMENTO DO FIO DE 70CM, COM AGULHA DE 4,0 CM, CILINDRICA, 1/2 CIRCULAR.			
		FIO CIRÚRGICO PARA			

Considerando o supra citado sugerimos que o edital permita que os fornecedores ofereçam o fio Poliglactina ou ácido poliglicólico, fato que permitirá a livre concorrência entre os fornecedores e economia aos cofres públicos. Outro ponto este item não cita a quantidade agulhas, ressaltamos, no entanto, que a usual utilização neste item específico é com duas agulhas, onde solicitamos a aceitação do mesmo com duas agulhas.

No Lote 001 do termo de referência do edital é fio de sutura: Fio Cirúrgico nylon preto estéril, não absorvível diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo, triangular, medindo aproximadamente 2,0 cm. É solicitado fio com comprimento dos fios de 75 cm. Ressaltamos, no entanto, que não é usual a utilização neste item específico com o tamanho do comprimento. Considerando a demanda nacional, geralmente este item é solicitado com comprimento do fio de 45 cm. Solicitamos a possível aceitação do comprimento do fio para 45 cm.

Lote 013 Fio Cirúrgico monofilamento de polipropileno, estéril, não absorvível, diâmetro 4-0 medindo aproximadamente 75 cm de comprimento com 2 agulhas de 1/2 círculo, cilíndricas, medindo 2,5 cm. É solicitado fio com comprimento dos fios de 75 cm. Ressaltamos, no entanto, que não é usual a utilização neste item específico com o tamanho do comprimento. Considerando a demanda nacional, geralmente este item é solicitado com comprimento do fio de 90 cm. Solicitamos a possível aceitação do comprimento do fio para 90 cm, visto que estamos oferecendo tamanho maior.

Lote 017 Fio Cirúrgico monofilamento de polipropileno, estéril, não absorvível, diâmetro 7-0 medindo aproximadamente 60 cm de comprimento com 2 agulhas de 3/8

círculo, cilíndricas, medindo 1, 0 cm. Ressaltamos, no entanto, que não é usual a utilização neste item específico com o tamanho do comprimento. Considerando a demanda nacional, geralmente este item é solicitado com comprimento do fio de 75 cm. Solicitamos a possível aceitação do comprimento do fio para 75 cm, visto que é maior do que foi solicitado.

Item 033 Fio Cirúrgico sintético de Polidioxanona, monofilamento, colorido, estéril, absorvível, diâmetro 6-0, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo, cilíndrica, medindo 1,3 cm. Ressaltamos que para este item o usual de mercado é com duas agulhas e comercializamos somente com duas agulhas, desta forma visando a livre concorrência, solicitamos a aceitação do item com duas agulhas. Lote 39 - Edital solicita agulha cilíndrica - porém oferecemos agulha triangular

Lote 050 Fio Cirúrgico sintético trançado, Poliglactina 910 com cobertura de Poliglactina, mas estearato de cálcio, estéril, absorvível, diâmetro 2-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de $\frac{1}{2}$ de círculo cilíndrica, robusta, medindo 3,0 cm. Ressalto que este produto com estas especificações é com agulha para aplicação Gastrointestinal e no processo cita agulha Robusta que usualmente é utilizada para aplicação fechamento Geral. Desta forma solicitação a aceitação do item com aplicação Gastrointestinal.

Lote 051 Fio Cirúrgico sintético trançado, Poliglactina 910 com cobertura de Poliglactina, mas estearato de cálcio, estéril, absorvível, diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo cilíndrica, robusta, medindo 3,0 cm. Ressalto que este produto com estas especificações é com agulha para aplicação Gastrointestinal e no processo cita agulha Robusta que usualmente é utilizada para aplicação fechamento Geral. Desta forma solicitação a aceitação do item com aplicação Gastrointestinal.

Lote 068 Fio cirúrgico de poliéster 70% e algodão 30%, cor azul trançado, estéril, não absorvível, diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 15x45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo cilíndrica, medindo 3,0 cm. Ressalto que o padrão de mercado para o fio agulhado de algodão é com 75 cm e como solicita 15x45cm, solicitamos aprovação para enviar o fio de 75 cm, visto que o comprimento 15x45cm, refere-se ao fio sem agulha.

Lote 069 Fio cirúrgico de poliéster 70% e algodão 30%, cor azul trançado, estéril, não absorvível, diâmetro 2-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 de círculo cilíndrica, medindo 2,5 cm. É solicitado fio com comprimento dos fios de 70 cm. Ressaltamos, no entanto, que não é usual a utilização neste item específico com o tamanho do comprimento. Considerando a demanda nacional, geralmente este item é solicitado com comprimento do fio de 45 cm. Solicitamos a possível aceitação do comprimento do fio para 45 cm.

No aguardo de vosso pronunciamento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Cordialmente,

Patrícia da Silva Gomes

Bioline Fios Cirúrgicos LTDA
CNPJ: 37.844.479/0001-52

Saúde tratada com respeito!