



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Pedido de esclarecimento

4 mensagens

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

17 de maio de 2022 09:07

Para: Gabinete do Secretário Adjunto de Unidades Especializadas <gabespecializadas@ses.mt.gov.br>

Bom dia,

Segue questionamento enviado referente ao Pregão Eletrônico n. 034/2022, Processo sob n. 371653/2021.
Desde já ficamos no aguardo e agradecemos a vossa colaboração.

"Gostaria de solicitar esclarecimentos referente às medidas internas e externas do equipamento ITEM 05 - Cabine de segurança biológica classe II A2, e a litragem do ITEM 07 - Estufa Bacteriológica, pois não constam no descritivo do termo de referência."

--

Cordialmente,

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

**Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410****Superintendência de Aquisições e Contratos**

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

17 de maio de 2022 09:24

Para: Diretoria LACEN <dirlacen@ses.mt.gov.br>

Cc: Ivone Lúcia Rosset Rodrigues <ivonerodrigues@ses.mt.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Diretoria LACEN <dirlacen@ses.mt.gov.br>

17 de maio de 2022 16:07

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Cc: Ivone Lúcia Rosset Rodrigues <ivonerodrigues@ses.mt.gov.br>

Prezada,

Conforme questionamento, informamos que as medidas para o item 5 do grupo 2 são:

Dimensão Interna: Largura=1266 x Profundidade=590 x Altura=622 mm

Dimensão Externa: Largura=1338 x Profundidade=700 x Altura=2090 **C/ BASE**

Quanto ao ITEM 07 - Estufa Bacteriológica - a litragem da mesma é 120 litros - vertical.

Continuamos à disposição.

Att

Dra. Elaine Cristina de Oliveira

Diretora do LACEN-MT

Rua Thogo da Silva Pereira, 63, Porto

CEP: 78020-500, Cuiabá-MT

Fones: (65) 3624-6095 Ramal -201, (65) 3622-0599 - (65)9 9925-6733

E-mail: dirlacen@ses.mt.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

17 de maio de 2022 16:34

Para: vendas3@solufil.com.br

Segue conforme solicitado.

Conforme questionamento, informamos que as medidas para o item 5 do grupo 2 são:

Dimensão Interna: Largura=1266 x Profundidade=590 x Altura=622 mm

Dimensão Externa: Largura=1338 x Profundidade=700 x Altura=2090 **C/ BASE**

Quanto ao ITEM 07 - Estufa Bacteriológica - a litragem da mesma é 120 litros - vertical.

Kelly Fernanda Gonçalves

Pregoeira Oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]