

**Pedido de esclarecimento: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

4 mensagens

Yoshida, Vanessa <vanessa.yoshida@medtronic.com>

26 de dezembro de 2022 às 15:38

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Cc: "Almeida, Lucas" <lucas.p.almeida@medtronic.com>, "Bezelga, Ravenna" <ravenna.m.bezelga@medtronic.com>

Boa tarde.

Prezado(a) Sr(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Licitações,

A empresa **WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.**, fabricante de bisturis eletrônicos da marca WEM, inscrita n.º CNPJ nº 54.611.678/0001-30, estabelecida no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 550 – Parque Industrial da Lagoinha – CEP 14095-120, vem por meio deste **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** no que tange ao descritivo técnico publicado para o **ITEM 04 (BISTURI ELÉTRICO)** no Edital que segue em anexo. Vejamos:

ESCLARECIMENTO 1

Através de análise ao descritivo técnico publicado para o Item 04 (Bisturi Elétrico), verificamos que está sendo exigido:

“MODELO RADIOFREQUÊNCIA E ULTRASSÔNICO”

Destacamos esta exigência **pois gerou dúvida de interpretação**, visto que o equipamento que está sendo licitado é **“BISTURI ELÉTRICO”**, ou seja, equipamento que emprega a energia **eletrocirúrgica de alta frequência** ou a chamada **radiofrequência**, utilizada nos mais variados procedimentos de centro cirúrgico.

Por este motivo, **não entendemos o porquê da exigência da energia ultrassônica no descritivo técnico?** Como se trata de Bisturi Elétrico, é exigido **apenas o emprego da radiofrequência**.

Esta parte do descritivo está atrelado ao CATMAT do Ministério da Saúde e por isso não é possível ser alterada? Ou, houve erro de digitação no momento de publicar o descritivo do equipamento? Questionamos porque desconhecemos equipamento no mercado que utilize a técnica de eletrocirúrgica e ultrassônica no mesmo equipamento. **FRISAMOS QUE SÃO TECNOLOGIAS TOTALMENTE DISTINTAS.**

ESCLARECIMENTO Nº 02No descritivo técnico publicado para o Item 04 (Bisturi Elétrico), também é exigido **“COM OPÇÃO DA FUNÇÃO PULSAR”**.

Queremos esclarecer se a **“FUNÇÃO PULSAR”** seria algo semelhante a função de corte endoscópico que requerem alternadamente o corte e a coagulação e ajustes de níveis de tempo (Ecut)?

ESCLARECIMENTO Nº 03

Ainda com relação a descrição técnica publicada para o Item 04 (Bisturi Elétrico), verificamos que os acessórios que não há relação de acessórios que acompanha o equipamento

Ocorre que sem os acessórios **NÃO É POSSÍVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO**. No mínimo, para que o equipamento possa operar, é preciso de: **01 carro de transporte, 01 pedal bipolar, 01 pedal duplo monopolar, 01 placa de retorno, 01 cabo para placa de retorno, 01 caneta monopolar comando por pedal e 01 eletrodo médico.**

Por este motivo gostaríamos de esclarecer se haverá o complemento dos acessórios para o Item 04 (Bisturi Elétrico)?

Indubitavelmente, o presente pedido de esclarecimento tem o condão de esclarecer todas as dúvidas necessárias, resultando assim, na oferta da proposta mais vantajosa para esta R. Administração, consequentemente, atendendo suas necessidades tecnicamente e economicamente.

Ficamos no aguardo da resposta aos nossos pedidos de esclarecimento.

Atenciosamente,

Vanessa Ferreira Aguiar Yoshida

Analyst | Bid & Tenders

Pronomes: Ela/Dela, Ela/Dela, Elas/Delas

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 11º andar | São Paulo, SP, 04576-010 | Brasil Fax 55 11 2187-6001 vanessa.yoshida@medtronic.com medtronicbrasil.com.br | Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube

LET'S TAKE HEALTHCARE**FURTHER, TOGETHER**

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser: <http://emaildisclaimer.medtronic.com>

 **pedido de esclarecimento PE 96. 2022.pdf**
170K

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

27 de dezembro de 2022 às 09:00

Para: Caroline Campos Dobes Conturbia Neves <carolineneves@ses.mt.gov.br>, raphael denner <raphaeldenner Souza@gmail.com>, Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>, Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar <gbsagh@ses.mt.gov.br>

Prezados,

Bom dia.

Segue pedido de esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico n. 096/2022**, oriundo do **Processo Eletrônico n. SES-PRO-2022/24571**, cujo objeto consiste no "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 2, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA"

Insta salientar que a sessão do referido **Pregão ocorrerá no dia 09/01/2023**.

Atenciosamente,

Ana Clara Pedroso

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410
Superintendência de Aquisições e Contratos
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05
Centro Político Administrativo
78049-902, Cuiabá-MT

2 anexos

 **pedido de esclarecimento PE 96. 2022.pdf**
170K

 **PE 096 2022 - Processo n° SES-PRO-2022-24571- Bens permanentes - VC.pdf**
1998K

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

27 de dezembro de 2022 às 09:01

Para: "Yoshida, Vanessa" <vanessa.yoshida@medtronic.com>

Prezada Vanessa,

Bom dia.

Confirmamos o recebimento do pedido de esclarecimento, e informamos que este fora encaminhado para área técnica.

Assim que respondido daremos o devido retorno.

Atenciosamente,

Ana Clara Pedroso

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Boa Tarde

SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – SUAC/SES
Equipe de Pregão/SES.

A/C: Ana Clara Pedroso

ASSUNTO: TERMO DE REFERÊNCIA N° 048/2022/GBSAGH/SES/MT. PREGÃO ELETRÔNICO 096/2022. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BE ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencadas abaixo:

Esclarecimento 1) Modelo Radiofrequência e Ultrassônico

Preliminarmente temos a informar que, as referidas descrições passaram por análise técnica além de seguirem o descritivo indicado pela Relação Nacional de Equip

Lembramos ainda, que os equipamentos a serem adquiridos serão essenciais para o desenvolvimento das atividades nas Unidade Hospitalares. Utilizamos do po operacionalidade, funcionalidade, dentre outros. Por fim, identificamos o que melhor atende cada Unidade Hospitalar dentro de um universo de especificações possíveis visando sei

Destacamos, que esse questionamento já foi respondido por meio do e-mail abaixo:

Medtronic

Avenida Jornalista Roberto Marinho, nº 85, 11º andar – São Paulo/SP – CEP 04576-010 - Brasil
Office: 55 (11) 2187-6053
lucas.p.almeida@medtronic.com
medtronic.com | [Facebook](https://www.facebook.com/medtronic) | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/medtronic) | [Twitter](https://twitter.com/medtronic) | [YouTube](https://www.youtube.com/medtronic)

Medtronic

Engineering the extraordinary

From: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

Sent: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 18:16

To: Almeida, Lucas <lucas.p.almeida@medtronic.com>; Coordenadoria de Aquisições SES-MT <cotacaohr@ses.mt.gov.br>

Subject: [EXTERNAL] Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - EQUIPAMENTO HOSPITALARES

Boa Tarde, Lucas

Informamos que por um erro material na descrição solicitando "Modelo Radiofrequência e Ultrassônico" mas na realidade é em [RADIOFREQUÊNCIA](#).

Desta forma, solicitamos que encaminhem a proposta bem como o catálogo/folder do produto ofertado.

Atenciosamente

Esclarecimento 2) Com Opção da função pulsar:

Esclarecemos que a função pulsar descrita no edital é o mesmo que "Corte Pulsado" onde requer alternadamente o corte e a coagulação e tempo.

Esclarecimento 3) Acessórios

Destacamos, que esse questionamento já foi respondido por meio do e-mail abaixo



Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

para Lucas ▾

Boa Tarde, Lucas

Informamos que esse equipamento será adquirido por Emenda Parlamentar, desta forma seguimos a descrição do RENEM - sendo assim os acessórios que deverão aco

01 Carrinho de transporte

01 Pedal Acionamento Duplo

01 Caneta Comando Pedal Reutilizável

05 Eletrodos

01 Placa Dupla Aço Inox

01 Cabo p/ Placa

01 Pedal Bipolar

Atenciosamente

01 carro de transporte e 01 pedal bipolar.

...

--

Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite

Assistente de Direção

Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT