



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Pedidos de Esclarecimentos e Impugnação.

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

2 de março de 2023 às 14:38

Bom dia,

SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – SUAC/SES
Equipe de Pregão/SES.

A/C: Kelly Fernanda

ASSUNTO: TERMO DE REFERÊNCIA N° 037/2022/GBSAGH/SES/MT. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos segundo questionamentos elencadas abaixo da empresa **STRYKER** relativo ao Item 24:

Esclarecimento 1) É possível entender que essa solicitação se refere a fluorescência ?**Resp:** Sim**Esclarecimento 2) Será aceito equipamentos com tecnologia Varifocal ?**

Resp: Não ! Entendemos que na lente Varifocal ao mexer no zoom da imagem, é preciso ajustá-lo novamente para manter o seu tema principal em destaque. Mesmo a menor mudança na ampliação da imagem pode mudar todo o foco da lente.

Na lente Parfocal a mudança de zoom é mais suave. O foco é mantido mesmo na aplicação de zoom é mais suave. Além de deixar um aspecto visual mais nítido, essas lentes também auxiliam no trabalho do profissional.

Esclarecimento 3) Será aceito equipamentos com Aquecimento descartável ?

Resp: Não ! O sistema de aquecimento externo e autoclavável mantém a temperatura entre 34°C e 36°, evitando o embaçamento de ótica e gerando ganho de tempo cirúrgico o que garante uma imagem nítida e limpa durante o procedimento.

Esclarecimento 4) Será aceito equipamentos com controle de intensidade de luz é feito de forma eletrônica ?

Resp: Não ! Esta é uma solicitação dos profissionais, pois, ao ter o controle da intensidade da luz que incide onde ele quer dar ênfase, ele direciona a quantidade que mais lhe convém.

Esclarecimento 5) Será aceito pinça de apreensão 2x4 dentes 36cm. Serão aceitas pinças de 33 cm ?**Resp:** Sim aceitaremos.

Atenciosamente.

Em qua., 15 de fev. de 2023 às 11:31, Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]