



ROTEIRO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA ESTABELECIMENTOS DE FABRICAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES - VISA

1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE:	
a) Razão Social:	Geneilson Gomes de Oliveira
b) CNPJ:	33.394.138/0001-71
c) Município:	Cuiabá - MT
d) Endereço:	Av. Getúlio Vargas, nº 675
	(65) Bairro: Popular CEP: 78005-370
e) Telefones:	Unidade: 3359-7001 SMS: 99973-7114 FAX:
f) E-mail:	cep.adm01@hotmail.com
g) Data de Implantação:	17/04/2019 Data de Implementação: / /
Capacidade Instalada:	Foto anexas Micro-regional: MT
h) Coordenador da Unidade:	Geneilson Gomes da Silva
i) Técnicos da Unidade:	Geneilson Gomes da Silva
	ACT - Validade 06 de julho de 2022
	01 - Recepcionista
	02 - Colaboradores na Confecção (masculinos)
j) Pessoas Contactadas:	Geneilson (Responsável)
Data da Supervisão:	16/11/2021

Site: www.cops.cuiaba.br

2- ÁREA FÍSICA:	SIM	NÃO
POSSUI EM LOCAL VISÍVEL CARTAZ COM OS SEGUITES DIZERES: ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ SOB A SUPERVISÃO DA	X	

Assinatura



④ VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PARA QQ INFORMAÇÃO, SUGESTÃO OU RECLAMAÇÃO UTILIZE O TELEFONE:	X		
O ESTABELECIMENTO É ACESSÍVEL AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA?	X		
DISPÕE DE OFICINA PRÓPRIA PARA CONFEÇÃO DOS PRODUTOS DE ÓRTESES E PRÓTESES?	X		
POSSUI RECEPÇÃO COM SALA DE ESPERA?	X		
POSSUI SALA PARA MEDIDAS, MOLDES DE GESSO NEGATIVO E PROVAS DE COLOCAÇÃO DE MOLDES E DE ÓRTESES E PRÓTESES, COM I) BARRA PARALELA DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) METROS E ALTURA AJUSTÁVEL; II) ESPELHO POSTURAL COM MEDIDA MÍNIMA DE 1,20 x 0,60 m, FIXO OU MÓVEL; III) MESA PRÓPRIA PARA EXAMES E MEDIDAS, COM ESCADA, COLCHONETES E LENÇOL DESCARTÁVEL; IV) PAREDE LAVÁVEL; V) PISO ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL.	X		
POSSUI LOCAL APROPRIADO PARA CONFEÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES ORTOPÉDICAS, DEVENDO O MESMO SER ISOLADO DO SETOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, COM PORTA EQUIPADA COM DISPOSITIVO QUE A MANTENHA FECHADA PERMANENTEMENTE PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES, COM PISO ANTIDERRAPANTE, LAVÁVEL E PAREDES LAVÁVEIS?	X		
SANITÁRIO EM LOCAL QUE GARANTA PRIVACIDADE E FÁCIL ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICOS, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS (NBR 9050) COM PISO ANTIDERRAPANTE, LAVÁVEL E AZULEJOS ATÉ 1,50M DE ALTURA OU TINTA LAVÁVEL?	X		
3-RECURSOS HUMANOS			
POSSUI RT LEGALMENTE HABILITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTOPEdia TÉCNICA (ABOTEC)?	X		
O RT TEM EXPERIÊNCIA DE 60 (SESSENTA) MESES NO CAMPO DA ORTOPEdia TÉCNICA(COMPROVADO POR 3 PESSOAS FÍSICAS	X		

④ OBS: Tem Alvorá Sanitário Fixo na Parede da Recepção

[Handwritten signature]



OU JURÍDICAS) E PARTICIPOU DE, NO MÍNIMO 5 (CINCO) CURSOS NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS DE APRENDIZADO OU ATUALIZAÇÃO NO CAMPO DA ORTOPEDIA TÉCNICA	X		
OBSERVA-SE O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS PARA SUBSTITUIR O RT?	X		
4-SUB-ATIVIDADE NA ORTOPEDIA TÉCNICA	S	N	
CATEGORIA I – AUTORIZADA A CONFECCIONAR PRÓTESES E ÓRTESES ORTOPÉDICAS SENDO O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL O PROTESISTA-ORTESISTA			
CATEGORIA II – AUTORIZADA A CONFECCIONAR PRÓTESES ORTOPÉDICAS SENDO O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL O PROTESISTA			
CATEGORIA III – AUTORIZADA A CONFECCIONAR ÓRTESES ORTOPÉDICAS SENDO O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL O ORTESISTA			
CATEGORIA IV– AUTORIZADA A CONFECCIONAR PALMILHAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS SENDO O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL O SAPATEIRO ORTOPÉDICO, PROTESISTA-ORTESISTA OU ORTESISTA	X		
5 – DA LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA			
SEDIADA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.			
I) HAVENDO DESNÍVEL DO PISO DA CALÇADA SUPERIOR A 20 cm, DEVERÁ TER RAMPA, COM LARGURA MÍNIMA DE 95 cm, COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 20% E PISO ADERENTE			
II) AS RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO TER CORRIMÃO FIXADO À PAREDE OU AO SOLO, COM ALTURA DE 92 cm, AFASTADOS 4,0 cm DA PAREDE, COM EMPUNHADURA CIRCULAR DE 3,5 A 4,5 cm.	X		
III) EMPRESAS SEDIADAS EM SUB OU SOBRELOJAS OU EM PISOS SUPERIORES, DEVEM DISPOR DE ELEVADORES, MESMO QUE COLETIVOS, COM FACILIDADES DE ACESSO PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, INCLUSIVE O USO DE CADEIRA DE RODAS.			
O AMBIENTE E OS PROCESSOS DE TRABALHO DEVERÃO	X		

OBS: Os funcionários da fábrica possuem capacitação na área da atividade exercida, inclusive os deles está realizando o Curso Técnico de Órtese e Prótese




RESPEITAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TRATAM DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES			

⊗ Espaço plano

OBS: A empresa possui alvará sanitário atualizado e com todas as atividades licenciadas. Fotos anexas.
Tem espaço de produção de órteses e próteses.

Quatá, 16/11/2021


Dr.ª Ana Paula Fontes da Silva
Fisioterapeuta
CREPITO - 942461-F
CRIDAC - SUS/SES-MT